



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O. APPROVVIGIONAMENTI

Atti 261/2010 all. 49

Milano, 13.05.2010

Oggetto: "SISTEMA CHIUSO SOTTOVUOTO (PROVETTE STERILI E MATERIALE DI PRELIEVO COMPLEMENTARE) PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI DI SANGUE PER L'ESECUZIONE DI DETERMINAZIONI ANALITICHE IN CHIMICA CLINICA, EMATOLOGIA, COAGULAZIONE, MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA" -

CHIARIMENTI

Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di richiesta di delucidazioni presentate da una ditta, si precisa quanto segue:

➤ **Domanda:**

Disciplinare di Gara – art. 5 Campionatura
Campioni con lotti di produzione diversi.

Vi segnaliamo che, ai fini delle analisi effettuate con le provette e con i relativi dispositivi per prelievo, non è determinante il lotto di produzione (non trattandosi di reagenti per analisi)

➤ **Risposta**

Il laboratorio ritiene che, in caso di criticità, la prova su lotti di produzione diversi possa chiarire eventuali problematiche.

La campionatura di tre lotti diversi può essere presentata anche di provette e aghi che, nell'ambito della stessa tipologia, presentino misure diverse rispetto a quelle richieste in gara

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. APPROVVIGIONAMENTI

(Orsola Baldacci)

