FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503 8226
FAX 02/58306067

Atti 1271/2012 - all.

Milano, 20.02.2013

OGGETTO: **procedura aperta per la fornitura di dispositivi per aspirazione chirurgica e dispositivi medici per infusione, per un periodi di 36 mesi – occorrenti alla Fondazione IRCCS "CA' GRANDA - Ospedale Maggiore Policlinico" (amministrazione capofila) ed all'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - CHIARIMENTI**

Domande

Lotto n. 4 - "rubinetto a 3 vie con prolunga": il diametro int.? Il materiale pvc o pe o entrambi ?
Lotto n. 6 - diametro int.?
Lotto n. 7 - il volume e' 9 ml. o 0,9ml ? diametro int? in PVC o PE?
Lotto n. 8 - prolunga spiralata diametro int.? noi offriamo in PE

Risposte

Lotto n. 4 - rubinetto in materiale plastico lipido-resistente privo di ftalati, prolunga in materiale plastico privo di ftalati (es. pvc dehp-free) diam. int. 2.5mm circa
Lotto n. 6 - "lunghezza circa cm. 100 - connessioni L/L M/F - Volume 1 ml ca ": il diametro int. è 1 mm
Lotto n. 7 - " lunghezza circa cm. 100 - connessioni L/L M/F - Volume 9 ml ca": il materiale è PVC, il diametro interno è 3 mm., il volume significativamente inferiore a 9 ml.
Lotto n. 8 - prolunghe in L.D.P.E. – diametro pari a 1x2.5 mm.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)