Atti 1244/2016 – all. 17)

Milano, 3 ottobre 2016

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI INTEGRATORI CHIMICI PER CICLI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE, PER 26 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 26 MESI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

CHIARIMENTO 2

Domanda: Nel rispetto della base d'asta da Voi proposta, è possibile offrire un indicatore/emulatore di classe 6, quindi di classe superiore rispetto agli indicatori/integratori a scorrimento di classe 5, che in funzione del miglior contenuto tecnico e tecnologico, garantisce migliori prestazioni di monitoraggio del ciclo di sterilizzazione rispetto alla classe 5 e che vira solo al raggiungimento e mantenimento dei parametri Tempo, Temperatura e Pressione per cui la sterilizzatrice è impostata?

Risposta: Si riconferma quanto richiesto all'interno della documentazione di gara: "Integratori chimico di classe 5 a scorrimento per cicli di sterilizzazione con doppia finestra di lettura (conformi alle normativa vigenti UNI EN ISO 11140-1:2009)".

IL DIRETTORE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Paolo Cassoli)

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da: Sig.ra Marzia Colombo / Sig.ra Monica Varisco