Atti 1145/16 - all.)

Milano, 29.12.2016

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016 PER LA FORNITURA DI SACCHE E PERFORATORI PER SACCA PER 36 (TRENTASEI) MESI, OCCORRENTI ALL'U.O.C. CENTRO TRASFUSIONALE DELLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

VERBALE ESITO VALUTAZIONE TECNICA

LOTTO 1:

ditta SIAD HEALTHCARE: non idoneo
Il prodotto offerto non rispetta le dimensioni richieste:
larghezza della sacca di 7.9 ± 2 anziché 7.2-7.5 cm e l'overwrap ha una larghezza di 10 ± 2 cm, anziché non superiore a 8.2 cm.

ditta MACO PHARMA : non idoneo
Il prodotto offerte non rispetta le dimensioni richieste
larghezza della sacca cm. 7.5 ± 2; lunghezza 23 ± 3 anziché 7.2 - 7.5 cm. di larghezza e cm. 14.5 di altezza ; dimensioni overwrap 14.9 ± 2 cm. – lunghezza 31.8 ± 2 cm. anziché larghezza non superiore a 8.2 cm. e altezza non inferiore a 18 cm.

ditta MILTENY BIOTEC : idoneo

LOTTO 2:

ditta ASTRA FORMEDIC : non idoneo
il volume della sacca contiene 157 ml di sangue; inoltre l'anticoagulante è CPD-A1 anziché CPD;

ditta GRIFOLS: non idoneo il volume della sacca contiene da 150 a 175 ml di sangue;
le sacche offerte non permettono di raccogliere fino a 200 ml di sangue come richiesto nella regola di gara.

ditta FRESENIUS KABI : idoneo;

ditta MACO PHARMA: idoneo

LOTTO 3:
ditta EMA – non idoneo
ditta MACO PHARMA – non idoneo
I prodotti offerti non sono perforabili con ago.
Nella regola di gara si richiedeva non needle free.

IL PRESIDENTE
(Paolo Cassoli)