DATA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 1 DEL D.Lgs. 50/2016

Atti 327/2018

Milano, 13 MAR. 2018

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DI TEST DI SIEROLOGIA - ID 94820518

PRECISAZIONE

A seguito di chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

Domanda: - in riferimento all'analita Chlamidophila Pneumoniae IgG- IgM-IgA, sono indicati 690 test annui. Si richiede se questi sono da intendersi in totale (IgG + IgA + IgM) oppure per ogni classe anticorpale indicata (690+690+690);
- in riferimento all'analita Dengue IgG- IgM- sono indicati 24 test annui. Si richiede se questi sono da intendersi in totale (IgG + IgM) oppure per ogni classe anticorpale indicata (24+24);
- in riferimento all'analita HEV IgG- IgM- sono indicati 140 test annui. Si richiede se questi sono da intendersi in totale (IgG + IgM) oppure per ogni classe anticorpale indicata (140+140);
- in riferimento all'analita Zika IgG- IgM- sono indicati 40 test annui. Si richiede se questi sono da intendersi in totale (IgG + IgM) oppure per ogni classe anticorpale indicata (40+40).

Risposta: si precisa che i numeri relativi a ciascun test sono da intendersi relativamente a ogni classe anticorpale IgG, IgM, IgA.

Domanda: in riferimento alle caratteristiche tecniche minime "dispensatore del campione da provetta primaria con puntali monouso", si richiede se può essere offerta strumentazione con sistema equivalente di lavaggio che garantisca la pulizia del sistema.

Risposta: si precisa che può essere offerta strumentazione con sistema equivalente di lavaggio che garantisca la pulizia del sistema.

Domanda: si richiede inoltre se ci possono essere altri analiti in chemiluminescenza che possono essere quotati come opzionali e che potrebbero servire in futuro al laboratorio, indicando le quantità annue richieste(es. Chlamydia Trachomatis).

Risposta: si precisa che possono essere quotati tutti i test eseguibili con lo strumento, es. Chlamidia Trachomatis (150/ anno), senza indicazione del fabbisogno.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Paolo Cassoli)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da: Marzia Colombo / Annarita Mancuso