



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**SISTEMA DIAGNOSTICO MULTIFUNZIONALE AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE  
DI 40000/ANNO DETERMINAZIONI IMMUNOISTOCHIMICHE DI PREPARATI CITO-  
ISTOLOGICI.**

**Dipartimento Interaziendale di Anatomia Patologica**

**Allegato A.3**

**Caratteristiche indispensabili**

**1. Sistema proposto**

Modello.....

Automazione completa nella procedura di effettuazione delle reazioni, dalla sparaffinatura alla  
controcolorazione, senza alcun intervento dell'operatore dopo l'avvio della corsa

si ☐ no ☐

**2. Test eseguiti**

Reazioni in perossidasi

si ☐ no ☐

Reazioni in fosfatasi

si ☐ no ☐

Reazioni in immunofluorescenza

si ☐ no ☐