



Atti 1336/2010

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIVERSI PER SALE ANGIOGRAFICHE, EMODINAMICA, RADIOLOGIE INTERVENTISTICHE ED EPATOBILIARE, PER 36 MESI – precisazioni/**rettifica caratteristiche tecniche lotti 29, 45 e 47 di cui al capitolato speciale posto a base di gara**

Rettifica delle caratteristiche tecniche dei lotti 29,45 e 47 riportate nel capitolato speciale, atti 1336/2010:

**LOTTO 29 - specifiche corrette:**

<b>CATETERE PER CONTROPULSAZIONE AORTICA</b> <b>Caratteristiche:</b> - compatibile con contropulsatore Arrow Acat 1 Plus - volume palloncino 30 e 40 cc - completo di kit di inserimento <b>Destinazione d'uso:</b> contropulsazione aortica <b>Confezionamento:</b> imballo singolo, monouso, sterile, confezione max 1 pz <b>CND C019001</b>	q.tà 4
---	--------

**LOTTI 45 e 47 –misure corrette**

<b>Lotto 45</b> <b>STENT NITINOL AUTOESPANDIBILI EPATO-BILIARI</b> <b>Lotto 47</b> <b>STENT NITINOL AUTOESPANDIBILI EPATO-BILIARI RICOPERTI</b>  <b>Misure : 6-8-9 mm. nelle lunghezze 60-80-90 mm.</b>	
--	--

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'U.O. APPROVVIGIONAMENTI  
(Sig.ra Orsola Baldacci)

