



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DIPARTIMENTO  
U.O. APPROVVIGIONAMENTI  
DIRETTORE ORSOLA BALDACCI

TEL 02/5503.8226

FAX 02/58306067

Atti 1390/all.40

Milano, 20.04.2011

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER STERILIZZAZIONE, PER 36 MESI: CHIARIMENTI:**

A seguito di richiesta di una ditta, si precisa quanto segue:

**DOMANDE**

1. Con riferimento al modulo di autocertificazione richiesto all'art. 4.1 "Documentazione Amministrativa", nel quale si chiede di dichiarare di essere in possesso del Piano Operativo Sicurezza (POS). Ci risulta che il suddetto POS sia richiesto per i Cantieri edili. Potreste chiarire come ci si deve comportare con questa dichiarazione?
2. Il valore presunto anno dei lotti viene considerato una base d'asta, pena esclusione?
3. Con riferimento al disciplinare di gara punto 4.3, sulla busta deve essere riportato anche l'oggetto della gara oltre alla dicitura "Offerta economica"?
4. Con riferimento al disciplinare di gara, punto 4.2.4 si chiede di chiarire cosa si intende per "...certificazione, anche riepilogativa.....". E' sufficiente inserire le dichiarazioni di conformità alle norme dei prodotti offerti nella documentazione riferita ad ogni lotto?;
5. con riferimento al capitolato speciale Lotto n. 4, non vengono indicate le misure del prodotto. Essendo disponibili più misure sul mercato, si chiede di specificare quale dimensione di nastro è richiesta;
6. con riferimento al capitolato speciale Lotto n. 9 in cui si chiede la conformità alle seguenti norme EN 285 e ISO 17665. Ci risulta che le suddette norme non disciplinino il prodotto ma richiedano solo l'utilizzo dello stesso. Per questo motivo non è possibile dichiarare la conformità a queste norme, si chiede di eliminare la richiesta;
7. con riferimento al capitolato speciale Lotto n. 10 si chiede se il numero di rotoli indicati come "quantità presunta" sia riferito a rotoli di lunghezza 70 mt o a rotoli di lunghezza 100 mt. Tale informazione diventa fondamentale al fine del calcolo del valore totale del lotto, infatti, i rotoli da 100mt presenteranno un costo maggiore avendo il 30% di prodotto in più;
8. con riferimento al capitolato speciale Lotto n. 11 in cui viene indicato un cod. CND. Ci risulta che il prodotto non sia un D.M quindi non sia in possesso di un CND.
9. con rif. al lotto n. 8 ci risulta che il pacco test monouso sia soggetto solo alle norme ISO 11140-4 e non alle ISO 11140-3 che riguardano, invece, il test tradizionale di Bowie & Dick. Da ciò deriva che non è possibile presentare certificazione di conformità alla parte 3 della norma.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DIPARTIMENTO  
U.O. APPROVVIGIONAMENTI  
DIRETTORE ORSOLA BALDACCI

TEL 02/5503.8226  
FAX 02/58306067

## **RISPOSTE**

1. Modulo Autocertificazione – non obbligatoria la dichiarazione di possesso del Piano Operativo Sicurezza (POS).
2. Il valore presunto dei lotti **non** è considerato una base d'asta
3. Sì, sulla busta deve essere riportato anche l'oggetto della gara, come indicato nel disciplinare, punto 4.3
4. disciplinare – punto 4.2.4 – Sì, è sufficiente inserire le dichiarazioni di conformità alle norme dei prodotti offerti nella documentazione riferita ad ogni lotto
5. capitolato speciale - Lotto 4 del capitolato speciale – Misure nastro:19 mm. x 50 mt. circa. In caso di lunghezze diverse si considererà il prezzo al mt.
6. capitolato speciale - Lotto 9 – si concorda con la segnalazione; non necessaria la dichiarazione di conformità a tali norme.
7. capitolato speciale . Lotto 10 – saranno accettate offerte sia per i rotoli da 70 mt. che da 100 mt. In caso di offerte per entrambe le lunghezze si considererà il prezzo al mt.
8. capitolato speciale – Lotto 11 – il CND è richiesto solo per i prodotti sottoposti alla Classificazione Nazionale dei dispositivi medici.
9. capitolato speciale - Lotto 8 – La conformità deve essere riferita alle norme ISO 11140-4.



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia