

Oggetto procedura aperta per la fornitura di n. 3 portatili di radioscopia – gara n. 2646500 - chiarimenti

Relativamente alla richiesta di chiarimenti inviata da una Società interessata alla partecipazione alla gara in oggetto, si specifica quanto segue:

L'assenza di una modalità specifica per l'emissione della fluoroscopia ad onda continua non sarà considerata condizione di esclusione, purché, come previsto dall'art. 68 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, *"l'offerente provi in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche"*.