



ATTI 756/2011

**Oggetto: procedura aperta per la fornitura di DUE SISTEMI DIAGNOSTICI PER TEST PRETRASFUSIONALI.**

PRECISAZIONI

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, a seguito di chiarimenti richiesti da una ditta, si precisa quanto segue:

	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>nell'allegato B.1 "caratteristiche del sistema", tra i reagenti obbligatori viene richiesto il gruppo AB0 diretto e determinazione RH con doppio D ma nell'allegato C nella tabella dove si devono riportare i tempi effettivi in minuti si richiede di considerare il test gruppo AB0 diretto e determinazione RH con doppio anti D:</p> <p>deve essere offerto e quotato anche il test con singolo D in alternativa al test con doppio D senza modifica dei test totali offerti oppure si devono considerare un parte dei 24.200 test con 1 clone e una parte con due cloni)</p>	<p>dei 24. 200 test AB ed Rh diretti riportati nell'allegato B1, i 16.200 sono ricontrolli di gruppo AB0 Rh che possono pertanto essere eseguite con 1 solo clone Rh D;</p>

	QUESITO	RISPOSTA
2	<p>Nell'allegato A "caratteristiche relative al lotto 1", vengono valutate le caratteristiche dei pannelli di identificazione e la possibilità di esecuzione del test Du che non rientrano tra i reagenti obbligatori e di conseguenza non sono quantificati:</p> <p>chiediamo conferma che si debbano solo fornire informazioni tecniche senza quotare i reattivi</p>	<p>il test Dw con gli apparecchi del lotto 1 è in fase di implementazione e non è quindi definito il numero di test, ma è necessaria la quotazione degli antisieri come pure tutti i reagenti facoltativi che potrebbero essere usati sullo strumento</p>





	QUESITO	RISPOSTA
3	<p>Allegato A2 “caratteristiche per il lotto 1” , nell'allegato B vengono indicati i test annui senza precisare quanti per analizzatore e non siamo in grado di desumere la differenza tra l'attività nel giorno di punta massima e quella nel giorno medio:</p> <p>si chiede di precisare la numerosità dei campioni per profilo di test per singolo analizzatore da considerare nel giorno medio e nel giorno di punta massima in modo da compilare correttamente la tabella tempo effettivo strumento in minuti. Si chiede conferma che i tempi effettivi richiesti si riferiscono ad un singolo analizzatore</p>	<p>è da considerare il numero di test totali ripartiti sui 3 analizzatori, considerando quanto indicato all'allegato A2. I giorni di punta , 4 la settimana, presentano un attività del 50% in più rispetto alla media calcolata sulla numerosità indicata nella allegato B1</p>

	QUESITO	RISPOSTA
4	<p>Si richiede di poter ricevere in formato “CAD” la planimetria dei locali</p>	<p>Sul sito della Fondazione Ca' Granda, nella sezione <u>gare e concorsi/bandi di gara</u>, è disponibile la planimetria dei locali in formato “CAD”</p>

	QUESITO	RISPOSTA
5	<p>Nel disciplinare di gara vengono richiesti tutti i documenti in lingua italiana</p> <p>Si chiede che le dichiarazioni di conformità marchio CE possano essere fornite in lingua originale (non italiano), in quanto trattasi di certificazioni rilasciate direttamente dal fabbricante; si chiede che i rif. Bibliografici di rilievo essendo pubblicati su riviste internazionali possano essere forniti in lingua originale (non italiano)</p>	<p>si conferma che la documentazione tecnica deve essere presentata in lingua italiana. E' a discrezione della ditta presentare il resto dei documenti richiesti in lingua originale</p>





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DIPARTIMENTO  
U.O. APPROVVIGIONAMENTI  
DIRETTORE ORSOLA BALDACCI

	QUESITO	RISPOSTA
6	Offerta economica: si richiede che tutto il materiale di consumo possa essere offerto in sconto merce;	il materiale di consumo non può essere offerto in sconto merce

	QUESITO	RISPOSTA
7	Offerta economica: si richiede che cosa intendete per “valore richiesto per l’interfacciamento (ove previsto)”	deve essere valorizzato (quantificato) il costo di un eventuale interfacciamento delle apparecchiature

Si precisa, inoltre, che la a dichiarazione, ai sensi del D.Lvo 53/2010, con indicato il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax del concorrente, richiesta nel punto 4.1 (documentazione amministrativa) del disciplinare di gara, NON DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. APPROVVIGIONAMENTI  
(Orsola Baldacci)

PROCEDIMENTO PRESSO U.O. APPROVVIGIONAMENTI  
Responsabile del Procedimento: Sig.ra Orsola Baldacci  
Pratica trattata da: Sig.ra Marzia Colombo



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968