



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DIPARTIMENTO
U.O. APPROVVIGIONAMENTI
DIRETTORE ORSOLA BALDACCI

ATTI 756/2011

Oggetto: procedura aperta per la fornitura di DUE SISTEMI DIAGNOSTICI PER TEST PRETRASFUSIONALI.

PRECISAZIONI

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, a seguito di chiarimenti richiesti da una ditta, si precisa quanto segue:

	QUESITO	RISPOSTA
1	Capitolato speciale, allegato D2, tabella 2: “FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI REAGENTI OBBLIGATORI” E’ previsto che sia indicato il numero di confezioni/anno per la realizzazione del numero di determinazioni previste in ragione d’anno negli all. B di ciascun lotto, tenendo conto del rendimento effettivo e non teorico, come indicato al punto 5.1.3” Poiché la gara è triennale, si richiede se sia possibile esprimere “il numero di confezioni/anno” facendo uso di decimali	è possibile esprimere “il numero di confezioni/anno” facendo uso di decimali purché il numero di confezioni offerte nel triennio sia intero



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DIPARTIMENTO
U.O. APPROVVIGIONAMENTI
DIRETTORE ORSOLA BALDACCI

	QUESITO	RISPOSTA
2	Capitolato speciale: sull'allegato C è previsto che <i>“Ogni fornitore deve esprimere i tempi necessari allo strumento (tempo effettivo in minuti) per giungere alla conclusione dei test (refertazione inclusa) nel giorno medio e di punta massima”</i> Ora, relativamente alla compilazione della tabella con l'indicazione del tempo effettivo strumento (minuti) per ciascun profilo, non vi è modi di indicare quale è il tempo totale per l'esecuzione di tutti i profili di test previsti dal “giorno medio” e dal “giorno di punta”. Uno strumento “multitasking” è infatti in grado di eseguire in parallelo più profili in modo che il tempo totale non sia pari alla loro somma. Si richiede se esso vada esplicitato a piè tabella come “totale tempo per l'esecuzione dei profili richiesti, sia in corrispondenza della colonna “giorno medio” che della colonna “giorno di punta”; Si richiede altresì se sia necessario portare evidenze documentali dei tempi dichiarati (stampa degli schedulatori di attività dello strumento)	si richiede di indicare il tempo totale per giorno medio e giorno di punta per l'esecuzione di tutti profili richiesti in contemporanea ed è altresì necessario produrre evidenze documentali dei tempi dichiarati

Si precisa inoltre che ai fini dell'assegnazione del punteggio economico verrà preso in considerazione il totale annuo della fornitura (locazione strumento + assistenza tecnica full risk + materiale di consumo). E' facoltà di codesta ditta esplicitare il costo dell'interfacciamento (chiaramente da sommare al totale complessivo della fornitura) o indicare che l'importo relativo all'assistenza tecnica full-risk è già comprensivo del costo per l'interfacciamento degli strumenti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. APPROVVIGIONAMENTI
(Orsola Baldacci)

PROCEDIMENTO PRESSO U.O. APPROVVIGIONAMENTI

Responsabile del Procedimento: Sig.ra Orsola Baldacci

Pratica trattata da: Sig.ra Marzia Colombo



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

