



ATTI 756/2011

**Oggetto: procedura aperta per la fornitura di DUE SISTEMI DIAGNOSTICI PER TEST PRETRASFUSIONALI.**

**PRECISAZIONI**

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, a seguito di chiarimenti richiesti da ditte diverse, si precisa quanto segue:

	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Si chiede conferma che i consumabili della stampante (toner, carta ed etichette) debbano essere forniti a titolo gratuito (art. 5.1.4)	Si conferma che <b>solo</b> i consumabili della stampante devono essere forniti a titolo gratuito

	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
2	Capitolato Speciale Art. 5.1 Offerta Tecnica – Punto 5.1.1: viene precisato che “...dovranno essere forniti apparecchi ed accessori nuovi, corrispondenti all’ultimo modello e versione immessi sul mercato”. Con tale dicitura si intende che TUTTA la strumentazione da offrire dovrà essere di ultima generazione, nuova di fabbrica e mai utilizzata?	Si conferma

	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
3	Si chiede se quanto indicato nei chiarimenti del 12/8/2011 in merito alla possibilità di offrire, per il lotto 2, confezioni annue con uso di decimali, fatto salvo il numero intero nel triennio, <b>può essere applicato anche al lotto 1.</b>	Si conferma che, anche per il lotto 1, è possibile esprimere “il numero di confezioni/anno” facendo uso di decimali purché il numero di confezioni offerte nel triennio sia intero.

	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
4	Si chiede quale sia la differenza tra il prezzo unitario scontato ed il costo a confezione richiesti al punto 5.2.2 dell’offerta economica	Per prezzo unitario scontato si intende il prezzo del singolo analita; il costo confezione è il prezzo offerto per una confezione dello stesso.





	QUESITO	RISPOSTA
5	Si chiede conferma che il deposito cauzionale vada calcolato su 36 mesi e non su 60	Si conferma che il deposito cauzionale va calcolato su 36 mesi e non su 60.

	QUESITO	RISPOSTA
6	Si chiede inoltre di specificare se è necessario offrire comunque della soluzione fisiologica tra i reagenti ausiliari (e se sì in che quantità), anche se la metodica offerta non ne prevede l'utilizzo	Si confronti al Paragrafo "OFFERTA TECNICA" al punto 5.1.4.  <i>5.1.4 per i prodotti/materiali complementari e calibratori:</i> elenco dei prodotti/materiali complementari, CQI, unitamente ai quantitativi dei medesimi necessari per l'effettuazione delle determinazioni stimate quali reagenti ausiliari, diluenti, soluzioni di lavaggio e tamponi, materiali di controllo e materiali di consumo;

	QUESITO	RISPOSTA
7	Si chiede di specificare quante stampanti laser e quante stampanti per etichette devono essere offerte a corredo degli analizzatori proposti	Almeno 1 stampante laser e una stampante per etichette per ciascun analizzatore offerto e comunque tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dello strumento in completa autonomia.

	QUESITO	RISPOSTA
8	E' necessario offrire in aggiunta anche una postazione di lavoro manuale completa per schedine?	Almeno 1 postazione manuale Si confronti Allegato A.4 relativo alle caratteristiche relative al lotto N.1 alla voce 4

	QUESITO	RISPOSTA
9	Art. 5.2 Offerta Economica: per ciascun tipologia di determinazione dovrà essere indicato il "prezzo unitario scontato" e "prezzo cad. test"? Vi chiediamo di specificare la differenza tra queste due voci	Per prezzo unitario scontato si intende il prezzo del singolo analita, per prezzo cad. test si intende il prezzo per determinazione





	QUESITO	RISPOSTA
10	Chiarimenti pubblicati l'11/08/11 Quesito 2: “..è necessaria la quotazione degli antisieri come pure tutti i reagenti facoltativi che potrebbero essere usati sullo strumento.”. E' necessario, quindi, formulare un'offerta per i prodotti extragara allegando Listino attualmente in vigore?	Si conferma che è necessario fornire una quotazione economica anche per i prodotti extra gara

Allegato C- Modalità di validazione del sistema

**Per il lotto 1**

		Tempo effettivo strumento (minuti)	
	TIPO DI TEST	Giorno Medio	Giorno di punta massima
	Gruppo ABO diretto e determinazione Rh (con 2 anti-D) + Determinazione indiretta gruppo ABO + Ricerca di anticorpi eritrocitari nel test dell'antiglobulina indiretto con emazie non trattate	9	14
	Gruppo ABO diretto e determinazione Rh (con 2 anti-D) + Determinazione indiretta di gruppo ABO	30	44
	Gruppo ABO diretto e determinazione Rh (con 1 anti-D)	54	81
	Ricerca di anticorpi eritrocitari nel test dell'antiglobulina indiretto con emazie non trattate	16	24
	Ricerca di anticorpi eritrocitari nel test dell'antiglobulina diretto con antisiero polispecifico	7	11
	Ricerca di anticorpi eritrocitari nel test dell'antiglobulina diretto con antisiero anti-IgG	21	32
	Fenotipo Rh (con un clone)	2	3
	Gruppo ABO diretto e determinazione Rh (con 1 anti-D) + Ricerca di anticorpi eritrocitari nel test dell'antiglobulina indiretto con emazie non trattate	41	62
	Prova crociata di compatibilità pretrasfusionale	39	59
	TEMPO EFFETTIVO PER URGENZA INSERITA CON STRUMENTO A PIENO CARICO		





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DIPARTIMENTO  
U.O. APPROVVIGIONAMENTI  
DIRETTORE ORSOLA BALDACCI

Inoltre, a rettifica di quanto scritto nella precisazione del 11/08/2011, dei 24.200 test “Gruppo AB0 diretto e determinazione Rh 8con d anti-D) quelli che possono essere eseguiti anche con un solo clone Rh d sono 6.600 e non 16.200 come precedentemente comunicato. Si precisa, però, che tutti i 24.200 gruppi AB0 diretto e determinazione Rh D devono essere eseguiti anche con l’anti A,B nella determinazione diretta di gruppo AB0.

**Si comunica altresì che, a seguito di rettifica del capitolato speciale posto a base di gara, sul sito di questa Fondazione sono stati pubblicati gli all. B.1 e B.2 aggiornati.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. APPROVVIGIONAMENTI  
(Orsola Baldacci)

PROCEDIMENTO PRESSO U.O. APPROVVIGIONAMENTI  
Responsabile del Procedimento: Sig.ra Orsola Baldacci  
Pratica trattata da: Sig.ra Marzia Colombo



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968