

Allegato A.4 caratteristiche del sistema da sottoporre a punteggio

CARATTERISTICHE RELATIVE AL LOTTO N. 1

	Valutazione della strumentazione	Punti
1	<p>Affidabilità e versatilità (del sistema, del software, personalizzazione dei profili) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - possibilità di estrazione periodica dei dati ed elaborazione statistica dei test eseguiti e dei materiali utilizzati - possibilità di un software esperto che permetta l'impostazione di profili e stampe (immagine, operatore, lotto, scadenza, identificativo dello strumento) - possibilità di controllo visivo, tramite visualizzazione reale dell'immagine dei due lati della card, delle reazioni con risultati letti e interpretati - possibilità di correzione delle reazioni e di attribuzione di uno score di reazione con tracciabilità delle modifiche effettuate - presenza di bucatore della card dedicato per tipologia di schedina - possibilità di reimpiegare card parzialmente utilizzate 	<p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
2	Valutazione dei tempi effettivi di esecuzione delle urgenze con strumento a pieno carico	8
3	<p>Caratteristiche strumentali con particolare riguardo a (allegare simulazioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempo macchina per singolo test, per profilo di test e per batches - tempo operatore per i carichi di lavoro proposti - Progetto tecnico/ organizzativo proposto in base alla tipologia e ai carichi di lavoro 	<p>6</p> <p>6</p> <p>8</p>
4	<p>Caratteristiche dei reagenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipologia di reagenti con particolare riguardo a cloni offerti - pannelli eritrocitari offerti, con particolare riguardo a presenza nel pannello di screening (3-4 cellule) di cellule che presentino antigeni rari (a bassa incidenza) come Kp^a e Lu^a e assenza di antigene Bg - pannelli di identificazione a 10 o più cellule eventualmente trattati con proteasi - possibilità di ricerca del D^w in automatico con 2 reagenti monoclonali IgM+IgG - possibilità di titolazione di alloanticorpi eritrocitari - possibilità di utilizzare gli stessi reagenti/supporti di reazione anche per le metodiche manuali 	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p>
5	Possibilità di effettuare altri test di immunoematologia (allegare l'elenco dei test effettuabili)	2
		Tot. 49