CHIARIMENTI del 02.08.2011.

Oggetto: ATTI 475/2011 - procedura aperta per la fornitura di PRODOTTI DIVERSI IN TESSUTO NON TESSUTO (TNT).

- Al punto 5 "*Esperimento della gara/verifiche idoneità dei prodotti offerti*": presentazione dei campioni che il ns. Ente potrà richiedere successivamente all'apertura delle buste.
  NON è possibile prorogare il termine di 8 giorni per la presentazione della campionatura;
- All'allegato 1) "*Elenco lotti e specifiche tecniche*": in riferimento alle caratteristiche dei Set Sterili.
  a) La tolleranza delle misure NON è accettata se in difetto;
  b) L'idoneità di eventuali modifiche nella composizione dei set proposti, sarà valutata dagli utilizzatori;
- All'allegato 1) "*Elenco lotti e specifiche tecniche*": in riferimento al lotto 6, il telo copertura superiore viene richiesto con indicatore "basso" ed il telo copertura inferiore viene richiesto con indicatore "alto".
  a) Le corrette indicazioni sono da invertire (telo superiore "alto" – telo inferiore "basso");
  b) le misure indicate sono corrette.