

Atti 1036/2011

***Procedura aperta per la FORNITURA DI N.3 ECOTOMOGRAFI DI ALTA FASCIA NECESSARI ALLE UU.OO. RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO, RADIOLOGIA SENOLOGICA, NEFROLOGIA E DIALISI PEDIATRICA.***

In merito alla richiesta di chiarimenti di seguito richiesti si precisa quanto segue:

**Quesito posto**

Per quale tipologia di esami, se prostatici oppure vaginali, deve essere utilizzato il fantoccio richiesto a corredo della fornitura per l'esecuzione dei controlli di qualità per sonde intracavitarie richiesto a pag. 6 del Capitolato Speciale d'appalto"

**Risposta:**

E' richiesto un fantoccio che consenta di valutare le prestazioni qualitative delle sonde endocavitarie con specifico alloggiamento per esse, del tipo "Optimal Ultrasound Phantom" prodotto dalla ditta Unisyn Medical Technologies o modello equivalente"