

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di LETTI ELETTRICI ARTICOLATI e COMODINI per camere di degenza da acquisire nel triennio 2012/2014 occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (capofila) in forma aggregata con A.O. SACCO – MILANO – **Richiesta chiarimenti Lotto 1) letti elettrici -**

In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa alla gara di cui all'oggetto, con la presente si precisa quanto segue:

Quesito n. 1) – A pagina 4 del Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 2) – Voce **STRUTTURA** viene testualmente riportato: "Sezione lato piedi con allungaletto integrato preferibilmente senza che sia necessario levare la pediera" – Voce **ACCESSORI** viene testualmente riportato il punto "Allungaletto" – La caratteristica Allungaletto deve essere considerata, nella formulazione dell'offerta come parte integrante del letto oppure come accessorio da quotarsi a parte?

Risposta quesito n. 1) - **L'allunga-letto, come ciascuno degli altri accessori indicati a pag. 4 del capitolato speciale (tavola porta monitor, asta porta flebo ecc.) deve essere compreso e quindi quotato nella configurazione di base, ma per ciascuno di essi deve essere esplicitata la quotazione singola. Questo ai fini di eventuali ulteriori acquisizioni, contestuali o successivi alla fornitura.**

Quesito n. 2) – A pagina 4 del Capitolato speciale d'appalto all'art. 2: Voce **STRUTTURA** viene testualmente riportato: "allarme disinserimento ruote/e frenante/i" – Voce **COMANDI E MOVIMENTI** viene testualmente riportato: "possibilità di sistema di allarme nel caso di freno non inserito" – nell'alegato B del capitolato Speciale d'appalto questa voce non è riportata per l'attribuzione del punteggio. – La caratteristica Allarme Freno letto dovrà obbligatoriamente essere a corredo del letto?

Risposta quesito n. 2) – **L'allarme di disinserimento ruota/e frenante/i deve essere obbligatoriamente ricompreso a corredo del letto offerto.**

Quesito n. 3) – A pagina 4 del capitolato speciale d'appalto all'art. 2: nella voce **STRUTTURA** viene testualmente riportato "n. 4 ruote gemellari..... piroettanti con 5° ruota accessoria centrale – nella voce **ACCESSORI** la 5° ruota non viene menzionata. – la caratteristica 5° ruota deve essere inclusa nel prezzo del letto oppure deve intendersi come accessorio da quotarsi a parte?

Risposta quesito n. 3) - **La quinta ruota deve essere offerta di serie.**

Quesito n. 4) – A pagina 6 del capitolato speciale d'appalto all'art. 5 – Voce **MANUTENZIONE** viene testualmente riportato "L'offerta deve essere corredata da una proposta di contratto di manutenzione di tipo "full risk" che dovrà avere validità per 3 anni mentre nel disciplinare di gara pag. 3 punto B – voce **PREZZO** viene testualmente riportato: "Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla voce prezzo verrà sommato il valore complessivo dei letti offerti (che dovrà essere comprensivo degli oneri relativi alla garanzia di 24 mesi..., con il costo riveniente dalla proposta riferita al contratto per la manutenzione triennale Post Garanzia – Il prezzo complessivo del letto offerto deve essere comprensivo del costo del contratto di manutenzione triennale?"

Risposta quesito n. 4) – **Come specificato nel disciplinare di gara, il costo del contratto di manutenzione triennale post-garanzia verrà sommato al valore complessivo delle apparecchiature offerte (comprensivo degli oneri relativi alla garanzia di 24 mesi e della formazione/addestramento del personale nei termini specificati dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto) ai soli fini di determinazione del punteggio relativo alla voce prezzo. Occorre pertanto indicare sia il costo delle apparecchiature offerte (comprensivo di garanzia "full risk" di durata non inferiore a 24 mesi e formazione/addestramento del personale) che il costo del contratto di manutenzione post-garanzia.**

PROCEDIMENTO PRESSO U.O. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del Procedimento: Avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: Carla Tremolada
☎ 02/5503.8513 – Fax 02/58306067
Indirizzo e-mail: carla.tremolada@policlinico.mi.it