



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DIPARTIMENTO
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

In merito alla richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:

Quesito posto:

..... Riguardo la voce di capitolato "predisposizione per integrazione di una telecamera HD per ciascuna coppia di lampade.." Quale risoluzione minima ritenete accettabile affinché risponda alle caratteristiche HD ?

Risposta

La telecamera HD è una telecamera in grado di acquisire in almeno uno dei seguenti formati: 720p, 1080i, 1080p. Se per risoluzione della telecamera si intende quindi il numero di punti che compongono ogni singola immagine della ripresa video, ne deriva che la risoluzione minima ammessa è pari a quella del singolo frame acquisito nel formato 720p, e cioè quindi 1280 x 720 pixel."

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968