FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA **FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER L'ESTRAZIONE DI DNA/RNA**, COMPRENDENTE LE APPARECCHIATURE, GLI ACCESSORI, I REAGENTI ED I MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI, NONCHE' IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA STESSO.

PRECISAZIONE 1

Quesito 1

All'art. 2.2 del capitolato speciale "Servizio di assistenza tecnica" è indicato che "*I corsi di formazione saranno accrediti ECM*". Chiediamo di chiarire : essendoci palese incompatibilità tra il corso all'uso degli strumenti e l'accreditamento ECM, come riportato dall'art. delle "*linee guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, allegato* 1 *ai capitoli : 2.8 Regole per la partecipazione dei provider e degli sponsor al sistema di formazione continua 3.3 Conflitto si interessi come rispondere alla richiesta del capitolato speciale relativamente all'accreditamento ECM*"

Risposta 1

la ditta concorrente è tenuta a fare il corso di formazione, come previsto dal capitolato speciale. Per ***mero errore materiale*** è stato riportato nello stesso documento che "i corsi di formazione saranno accreditati ECM". La dicitura corretta è : "**i corsi di formazione non saranno accreditati ECM**"

Quesito 2

Allegato A1) Caratteristiche del Sistema Analizzatore requisiti indispensabili, pena esclusione : il sistema deve essere costituito da almeno 2 estrattori ad elevata produttività, 3 estrattori di media produttività, 2 allestitori automatici di reazioni di PCR, 3 frigoriferi e 3 congelatori -20° - Comunicare per frigoriferi e congelatori :capacità dimensioni posizionamento

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

Risposta 2

- capacità dei frigoriferi indicative: 700 litri dimensioni esterne 70cm x 80 cm x 200cm a ripiani
- capacità dei congelatori indicative: 700 litri dimensioni esterne 70cm x 80 cm x 200cm a ripiani

Quesito 3

Allegato B0) Caratteristiche del sistema : Reagenti/carichi di lavoro . Analita richiesto : DNA/RNA . Frequenza di esecuzione: quotidiana . Carico lavoro/determinazioni anno n. 45.000/50.000 - Per poter indicare l'importo complessivo offerto sotto base d'asta, vi chiediamo di compilare la tabella allegata con l'indicazione dell'esatto numero di analiti.

Risposta 3

di seguito i dati richiesti relativi al numero degli analiti

DNA sangue	**estrattori ad elevata produttività**
	12000 da 100ul
	3000 da 200ul
	3250 da 300ul
	3250 da 1 ml
	1700da 5ml
	estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza
	1500 da 300 ul
	500 da 1 ml
	estrattori media produzione
	500 da 300 ul
	500 da 1 ml
RNA sangue	**estrattori ad elevata produttività**
	4000 da 20ml
DNA plasma	2000 da 500 ul
RNA plasma	200 da 500 ul

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

Buffy coat	**estrattori ad elevata produttività**
	1000 da 200ul
	3000 da 300 ul
	estrattori media produzione
	500 da 200 ul
	buffy coat fresco: 250 da 250µl
	buffy coat congelato: 50 da 300µl
urina DNA	100
urina RNA	330
liquor DNA	**estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza**
	500 da 200ul
liquor RNA	**estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza**
	500 da 200ul
aspirato midollare RNA	**estrattori ad elevata produttività**
	500 da 0,5/3ml
aspirato midollare DNA	**estrattori ad elevata produttività**
	500 da 0,5/3 ml
repiratori DNA	**estrattori ad elevata produttività**
	1000 da 200 ul
respiratori RNA	**estrattori ad elevata produttività**
	1000 da 200 ul
tamponi DNA	**estrattori ad elevata produttività**
	1500
	estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza
	400 da 200 ul
cellule DNA	1000

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

tessuto	610
villi	**estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza**
	1000
liq amniotico	**estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza**
	1000 da 10 ml
cellule RNA	estrattori media produzione
	RNA da cellule e buffy coat: 800 da 10^6cell

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)

PROCEDIMENTO PRESSO U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del Procedimento: Avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra Marzia Colombo