FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

Oggetto: **procedura aperta per la fornitura in service di un sistema diagnostico in citometria a flusso, comprendente le apparecchiature, gli accessori, i reagenti ed i materiali di consumo necessari, nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema stesso.**

PRECISAZIONE 1

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente si segnala cheper mero errore:

- nell'ALLEGATO A.1 del capitolato speciale *"INDAGINI IN CITOMETRIA A FLUSSO"* CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA – è stato indicato il valore 355-375 nm (UV o near UV), anziché **375 o 405 nm (near-UV o violet).**
  Quest'ultimo è il valore corretto.
- al punto 5.1.1, viene generalmente indicato "*analizzatori*", ma con detto termine si intendono gli strumenti (**analizzatori e cell-sorter**). Quindi tutti gli strumenti forniti dovranno essere nuovi e corrispondenti all'ultimo modello e versione immesso sul mercato.
  Di conseguenza, il testo dell'Allegato A.2, "*CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA*" viene così modificato: "Lo ***strumento per il cell-sorting dovrà essere di ultima generazione e consentire un'analisi multicolore ad almeno 10 parametri.....***"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)

PROCEDIMENTO PRESSO U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del Procedimento: Avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra Marzia Colombo