FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

17 maggio 2013

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA **FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER L'ESTRAZIONE DI DNA/RNA**, COMPRENDENTE LE APPARECCHIATURE, GLI ACCESSORI, I REAGENTI ED I MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI, NONCHE' IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA STESSO.

PRECISAZIONE 1

Quesito 1

In riferimento all'allegato A1) del capitolato speciale "Caratteristiche del Sistema: Analizzatore", in cui si richiede n° 1 estrattori di media produzione: estrattore in grado di lavorare con una chimica diversa, si chiede cortesemente di confermare come necessaria tale richiesta in quanto non si riesce a reperire sul mercato strumentazione corrispondente alle vostre caratteristiche alternativa a sistemi proposti da una delle possibili concorrenti. L'eventuale conferma di tale richiesta potrebbe quindi precludere la partecipazione della scrivente azienda alla gara in questione

Risposta 1

si richiede estrattore di media produzione che non utilizzi biglie magnetiche. Sono presenti sul mercato possibili soluzioni alternative.

Quesito 2

Si chiede cortesemente di confermare se la marcatura CE-IVD, prevista nell'allegato A1) del capitolato speciale, e' da intendersi limitatamente agli strumenti di maggiore produttivita', oppure e' da estendersi anche a quelli di media/piccola produttivita', nel qual caso si richiede cortesemente di esplicitare quali saranno i parametri analitici che utilizeranno tali estratti.

Risposta 2

per estrattore di media produttività non a carattere di urgenza non è richiesta marcatura CE_IVD.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

Quesito 3
In riferimento all'allegato B0) del capitolato speciale "Caratteristiche del Sistema: Reagenti/carichi di lavoro", si richiede la suddivisione del numero delle estrazioni tra DNA ed RNA ed inoltre quante di queste andranno sugli strumenti a maggiore produttivita' e quante sugli strumenti a media/piccola produttivita'.

Risposta 3
di seguito i dati richiesti :
censimento ativita'

DNA sangue	**estrattori ad elevata produttività** 12000 da 100ul 3000 da 200ul 3250 da 300ul 3250 da 1 ml **estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza** 1500 da 300 ul 500 da 1 ml **estrattori media produzione** **500 da 300 ul** **500 da 1 ml**
RNA sangue	**estrattori ad elevata produttività** 4000 da 20ml
DNA plasma	2000 da 500 ul
RNA plasma	200 da 500 ul
Buffy coat	**estrattori ad elevata produttività** 1000 da 200ul 3000 da 300 ul **estrattori media produzione** 500 da 200 ul buffy coat fresco: 250 da 250µl buffy coat congelato: 50 da 300µl
urina DNA	100
urina RNA	330

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

liquor DNA	**estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza** **500 da 200ul**
liquor RNA	**estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza** **500 da 200ul**
aspirato midollare RNA	**estrattori ad elevata produttività** 500 da 0,5/3ml
aspirato midollare DNA	**estrattori ad elevata produttività** 500 da 0,5/3 ml
repiratori DNA	**estrattori ad elevata produttività** 1000 da 200 ul
respiratori RNA	**estrattori ad elevata produttività** 1000 da 200 ul
tamponi DNA	**estrattori ad elevata produttività** 1500 **estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza** 400 da 200 ul
cellule DNA	1000
tessuto	610
villi	**estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza** 1000
liq amniotico	**estrattori di media produzione da utilizzare per Urgenza** 1000 da 10 ml
cellule RNA	estrattori media produzione RNA da cellule e buffy coat: 800 da 10^6cell

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)

PROCEDIMENTO PRESSO U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del Procedimento: Avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra Marzia Colombo