FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503 8226
FAX 02/58306067
atti 1462/2012 all.

Milano 02 agosto 2013

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MANUFATTI ORTODONTICI, PROTESI ODONTOIATRICHE ED ALTRI MATERIALI NECESSARI ALLA CLINICA ODONTOIATRICA DELLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"- DURATA 36 (TRENTASEI) MESI - CHIARIMENTI

Domanda 1:
Relativamente al campione 2/i (mascherina chirurgica per implantologia computer guidata e documentazione della pianificazione del caso), la pianificazione del caso viene solitamente eseguita dal clinico e non dal laboratorio odontotecnico e la mascherina viene solitamente fornita dalla casa implantare. Alla luce di ciò, che cosa dobbiamo fornire in qualità di laboratorio odontotecnico?

Risposta 1:
La procedura di chirurgia implantare computer guidata, in uso presso il ns. Ospedale, prevede la progettazione da parte del clinico, ma l'esecuzione della mascherina radiologica con la quale il paziente viene inviato a fare la TAC viene affidata al laboratorio odontotecnico. La metodica di Camlog, utilizzata presso il ns. reparto per la procedura di chirurgia guidata non prevede la fornitura di mascherine radiologiche e chirurgiche che sono approntate dal laboratorio odontotecnico. Per la metodica Camlog non sono previste soluzioni alternative.

Domanda 2:
Relativamente al campione 1/e: Frankel 2 sono richieste le viti di espansione sugli scudi vestibolari inferiori?

Risposta 2:
Si.

Domanda 3:
La programmazione ortodontico chirurgica deve essere firmata da un medico odontoiatra?

Risposta 3:
No.

Domanda 4
Si chiede conferma che per la protesi fissa, il metallo da utilizzare sia il Cromo Cobalto.

Risposta 4:
Il materiale da utilizzare per le protesi fisse deve rientrare tra le leghe in uso cosiddette preziose (che devono avere dal 32 al 35 per cento di un metallo nobile a scelta tra oro, palladio o platino).

Domanda 5:
Il campione 2/b (protesi combinata) deve essere su modello zeiser o di posizione?

Risposta 5:
Il campione 2/b (protesi combinata) deve essere montata su zeiser.

Domanda 6
Per ponte (vedi campioni 2/d e 2/e) si intende che volete tutti gli elementi uniti?

Risposta 6:
Per ponte si intendono corone unite.

Domanda 7:
Al fine della partecipazione alla gara è sufficiente registrarsi sulla piattaforma Sintel o è necessario anche l'accreditamento?

Risposta 7:
Per partecipare alla presente procedura aperta è sufficiente registrarsi sulla Piattaforma Sintel.

Domanda 8
In caso di partecipazione in ATI, è sufficiente che anche uno solo dei laboratori abbia la sede nell'ambito della regione Lombardia o nel raggio di 200 Km per ottenere i 5 punti previsti?

Risposta 8:
In caso di partecipazione in ATI orizzontale, ai fini del conseguimento del punteggio all'uopo previsto dalla regola di gara, tutti i soggetti partecipanti devono essere dotati di almeno un laboratorio localizzato nell'ambito della Regione Lombardia o nel raggio di 200 km; in caso di partecipazione in ATI verticale, il requisito deve essere posseduto almeno dalla capofila.

Domanda 9:
Sempre in caso di partecipazione in ATI la certificazione ISO è necessaria per tutti i componenti dell'ATI oppure è sufficiente che ne sia dotata la capogruppo e magari anche altri componenti ma non tutti?

Risposta 9:
Tutti i componenti dell'ATI devono essere in possesso dalla certificazione ISO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)