



## ALLEGATO 1

Il punteggio riservato alla valutazione tecnico-economica è costituito da 100 punti così suddivisi:

A) QUALITÀ: punteggio massimo 60 punti;

B) OFFERTA ECONOMICA : punteggio massimo 40 punti.

### **1A) Determinazione del punteggio qualità per i Lotti da 1 a 5**

Il punteggio relativo alla qualità, massimo 60 punti, sarà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione tecnica giudicatrice e così suddiviso, in base alla documentazione presentata da ciascuna azienda partecipante alla gara:

		<b>Punteggio massimo</b>
Disposable	Requisiti tecnici materiale di consumo - possesso requisiti preferenziali (linee, liquido di infusione e concentrati) Linee Concentrati e sistemi di reinfusione e lavaggio Disinfettanti	4
Membrane	Qualità membrane (*)	10
Monitor	Caratteristiche tecnico-funzionali degli impianti/apparecchiature e possesso dei requisiti preferenziali. Impatto sull'organizzazione dei servizi delle UU.OO. delle apparecchiature, dei servizi e delle tecniche dialitiche offerte a. praticità d'uso: tempi di preparazione e disinfezione, numero di passaggi dell'operatore, ergonomia, qualità delle connessioni, sistemi di sicurezza b. qualità e versatilità delle procedure di sterilizzazione, decalcificazione, impatto ambientale	22
Assistenza tecnica	Organizzazione servizio di assistenza tecnica e tempi di intervento a. numero addetti all'assistenza tecnica post vendita b. tempi dichiarati di intervento b. ricezione chiamate (anche al sabato)	10
Qualità scientifica	Disponibilità di un servizio specialistico per la formazione del personale con figure dedicate a ciascun prodotto/terapia offerta; presentazione lavori scientifici e bibliografici in merito alle metodiche dialitiche attualmente effettuate con i materiali e le tecniche proposte	8
Diffusione	Diffusione dei sistemi e delle apparecchiature proposte	6
	<b>totale</b>	<b>60</b>

(\*) parametri di valutazione delle membrane: vasta disponibilità di superficie delle membrane, depurazione (clearance urea, creatinina, fosfato, vitamina B12, beta2microglobulina), coefficiente di sieving albumina, volume di priming, spessore membrana, coefficiente di ultrafiltrazione, TMP massima,



diametro interno delle fibre, spessore della parete delle fibre, range rapporto coefficiente di ultrafiltrazione/superficie, sistemi di miglioramento del flusso di dialisi tra le fibre, modalità di sterilizzazione, ridotta necessità di eparinizzazione, facilità di lavaggio e allontanamento dell'aria dalle fibre, basso residuo ematico post-reinfusione, visualizzazione delle diverse superfici (per esempio codice colore), esperienza e volumi di attività, ciclo di fabbricazione, test di biocompatibilità con riferimenti normativi, tracciabilità del prodotto, housing.

### **2A) determinazione del punteggio qualità per il Lotto 6**

Il punteggio relativo alla qualità, massimo 60 punti, sarà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione tecnica giudicatrice e così suddiviso, in base alla documentazione presentata da ciascuna azienda partecipante alla gara:

	<b>Punteggio massimo</b>
Affilatura	10
Facilità di scorrimento	7
Impugnatura manovrabile	7
Tipo sistema di protezione	5
Materiale	4
Tipologia alette	6
Flessibilità tubo di prolunga	5
Sicurezza e tenuta delle clamp sulla cannula dell'ago	7
Raccordabilità con le linee ematiche delle varie ditte	5
Facilità apertura confezione	2
Chiarezza istruzioni	2
<b>totale</b>	<b>60</b>

### **3A) determinazione del punteggio qualità per il Lotto 7**

Il punteggio relativo alla qualità, massimo 60 punti, sarà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione tecnica giudicatrice e così suddiviso, in base alla documentazione presentata da ciascuna azienda partecipante alla gara:

	<b>Punteggio massimo</b>
Adesività cerotto	10
Qualità della garza	10
Qualità dei tamponi	10
Qualità assorbente del telo	7
Facilità apertura confezione	7
Compattezza della confezione	6
Raccordabilità tappi luer-lock con CVC delle varie ditte	5
Maneggevolezza di klemmer e pinze	5
<b>totale</b>	<b>60</b>



#### **4A) Determinazione del punteggio qualità per il Lotto 8**

Il punteggio relativo alla qualità, massimo 60 punti, sarà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione tecnica giudicatrice e così suddiviso, in base alla documentazione presentata da ciascuna azienda partecipante alla gara:

		<b>Punteggio massimo</b>
Caratteristiche generali	Imballaggio (robustezza). Qualità, morbidezza e spessore salviettina	30
Caratteristiche del disinfettante	Contenuto di disinfettante, potere irritante e/o detergente	30
	<b>Totale</b>	<b>60</b>

#### **5A) determinazione del punteggio qualità per il Lotto 9**

Il punteggio relativo alla qualità, massimo 60 punti, sarà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione tecnica giudicatrice e così suddiviso, in base alla documentazione presentata da ciascuna azienda partecipante alla gara:

Caratteristiche Generali	<b>Punteggio massimo</b>
Grado tecnologico	20
Funzionalità	15
Semplicità d'uso	15
Assistenza tecnica	10
<b>Totale</b>	<b>60</b>

Si individua una soglia minima di accettabilità tecnica, pari a punti 36 (trentasei)/60 (sessantesimi) del punteggio qualitativo minimo previsto, al di sotto della quale le offerte per ciascun singolo lotto non saranno ritenute valide e pertanto non saranno ammesse alla successiva fase di gara.

Dell'attribuzione dei punteggi sarà redatto apposito verbale, del quale sarà data lettura in occasione della seduta pubblica di gara dedicata all'apertura delle offerte economiche.