FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503. 8339 -FAX 02/58306067

Atti 599/2013 – all.

Milano, 01.09.2014

Oggetto : procedura aperta per la fornitura di sistemi per trattamenti di emodialisi e di dialisi extracorporea necessari alla fondazione I.R.C.C.S. "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico" ed all'Azienda Ospedaliera-Polo Universitario L. Sacco.

CHIARIMENTO 7

A seguito di chiarimento richiesti si precisa quanto segue:

Quesito 1

Lotto 4:

Rif.: 4.B) 220 trattamenti/anno totali di metodiche dialitiche continue e intermittenti (o soluzioni tecniche alternative equivalenti). Si ipotizzano 150 trattamenti dell'una tipologia e 70 dell'altra.

4.B.1.1) 150 kit con filtro adatti a i monitor offerti necessari per i trattamenti richiesti aventi le seguenti caratteristiche: filtro capillare idoneo alla CRRT, con almeno n°2 superfici per tipo di membrana offerta. Da 0.5 a 1.7 m^2 con coefficiente di ultrafiltrazione >26.

4.B.2.1) 70 per pazienti con severe problematiche di coagulazione o presenza di anticorpi anti-eparina dovranno essere disponibili sacche infusionali o device equivalenti e filtro capillare idoneo, con almeno n. 2 superfici per tipo di membrana offerta, per la gestione dell'anticoagulazione basata sull'uso del citrato. Da 0.5 a 1.8 m^2 con coefficiente di ultrafiltrazione >26.

Con riferimento ai punti sopra citati con la presente si chiede se è possibile ampliarla gamma di superfici pediatriche e per adulti almeno nel range 0. 3 m^2 (e conseguente coefficiente di ultrafiltrazione a 15 ml/h*mmHg) a 2.2 m^2 al fine di consentire una maggiore scelta terapeutica a seconda della diverse tipologie e/o esigenze dei pazienti;

Risposta 1:

Si conferma che è possibile ampliare la gamma di superfici;

Quesito 2

Lotto 4:

Rif.: 4.C.4) 750 Sacche Sodio Cloruro 0,9%, lt. 2 a 2 vie con almeno un punto di infusione su una della due vie, ove richiesto dalle modalità di priming ATC: B05BB01.

Con riferimento al punto 4.C.4 sopra riportato si chiede gentilmente di approfondire la reale necessità della presenza delle 2 vie, in quanto le più moderne apparecchiature in commercio non necessitano di

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503. 8339 -FAX 02/58306067

questo tipo di sacca durante il priming ma di una sacca tradizionale ad una sola via in quanto le 2 vie non hanno nessun vantaggio terapeutico o funzionale;

Risposta 2:

si ribadisce quanto già specificato nel testo del capitolato tecnico "ove richiesto dalle modalità di priming.", pertanto, se le apparecchiature offerte non lo prevedono è sufficiente specificarlo;

Quesito 3:

lotti 1, 2 e 3

Rif. certificazione elettrica di grado CF (Allegato 1 – Tabella 1 – punto 3).

Si richiede la possibilità di modificare tale requisito preferenziale per i lotti 1, 2 e 3, in quanto è un requisito necessario per applicazioni cardiache dirette e non ad esempio per i trattamenti dialitici.

Infatti nei trattamenti dialitici costituiscono parte applicata il circuito extracorporeo connessioni all'accesso vascolare compresi, liquido di dialisi e tutte le parti conduttivamente collegate ad esso (grado B);

Risposta 3:

si conferma che trattasi di requisito preferenziale;

Quesito 4:

A pag. 9 del capitolato speciale di gara in corrispondenza della voce 5.2.2 per le tipologie di trattamento di cui ai lotti 1-5 vengono richiesto dei dati non contemplati nella scheda dettaglio economico (Allegato 2).

Si chiede conferma che "il relativo numero di codice e catalogo" corrisponda al codice prodotto offerto, voce già presente nella scheda dettaglio economico (Allegato 2).

Tenuto conto che il codice PARAF/codice a barre è stampigliato sulla confezione di prodotto, si chiede conferma di non dover inserire nulla al riguardo nella scheda dettaglio economico (Allegato 2).

Tenuto conto che vengono richiesti:

- quantità dei dispositivi medici necessari per la realizzazione dei singoli trattamenti previsti in ragione d'anno nel Capitolato tecnico;
- prezzo per ciascuna confezione;

Si chiede conferma di poter inserire un numero di colonne necessarie per inserire i dati da Voi richiesti e non previsti nella Scheda dettaglio economico (Allegato 2);

Risposta 4:

si conferma che il numero di codice e catalogo corrisponde al codice prodotto offerto indicato nella scheda dettaglio economico;

in riferimento alla richiesta relativa al codice PARAF/codice a barre è sufficiente una dichiarazione che attesti che lo stesso è stampigliato sulla confezione dei prodotti offerti;

poiché l'allegato 2 è un documento word, si conferma che è possibile inserire le colonne ritenute necessarie alla compilazione dello stesso;

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503. 8339 -FAX 02/58306067

Quesito 5:

Lotto 5 – in funzione di quanto richiesto al Lotto 5 alla voce 5.C.3), poiché i trattamenti di Plasmaferesi vengono eseguiti utilizzando soluzioni albuminate e/o di plasma si chiede di eliminare la voce "sacche di reinfusione, da 5 lt., a uno o più compartimenti, conteneti tampone bicarbonato," sia indicate nella scheda tecnica riassuntiva sia nell'allegato 2 scheda dettaglio economico;

Risposta 5:

si conferma che trattasi di un refuso e che, pertanto, la voce si intende come mai indicata;

Quesito 6:

Lotto 5 – in base alle recenti quotazioni delle gare di forniture analoghe sul territorio Nazionale e anche nella Regione Lombardia risulta economicamente congruo l'importo complessivo a base d'asta (€.396.600,00) tuttavia non risultano congrui le tre basi d'asta dei sublotti è più precisamente:

a. sublotto A risulta indicativamente superiore del 25% rispetto al valore di mercato,
b. sublotto B risulta indicativamente inferiore del 25% rispetto al valore di mercato,
c. sublotto C (senza considerare le sacche di infusione così come richiesto al quesito 2) risulta comunque inferiore di circa il 50% rispetto al valore di mercato,

si chiede

di modificare i singoli sublotti A-B-C- in modo da essere coerenti con il mercato lasciando immutato il valore a base d'asta totale de lotto 5 ;

Risposta 6:

si confermano la base d'asta totale e le quotazione dei sublotti indicati, che non ammettono offerte in aumento;

Quesito 7:

Con riferimento ai chiarimenti n. 6 del 28.08.2014 pubblicati sulla piattaforma dell'Azienda Ospedaliera IRCCS, siamo a richiedere delucidazioni in merito alla risposta al quesito n. 2 ossia le modalità con cui deve essere compilato l'allegato C al documento Security Policy che, in sede di gara, veniva richiesto di restituire semplicemente firmato digitalmente e che solo all'atto della stipula del contratto sarebbe stato perfezionato: Si chiede pertanto conferma che al punto 8.3.a/8 si debba produrre una dichiarazione di conformità della propria attività al D.L. 196/03 da rendere sottoscritto digitalmente e corredata dal documento Security Policy sempre firmato digitalmente;

Risposta 7:

si conferma quanto indicato nella risposta al quesito 2 del chiarimento 6: una volta compilata l'ultima pagina del documento "Security Policy", questo dopo essere stato firmato digitalmente per integrale accettazione, deve essere caricato a sistema;

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503. 8339 -FAX 02/58306067

Quesito 8:

Lotto 6 - si chiede se è possibile, in sede di offerta economica, differenziare i prezzi del
Rif. 6.A.1 aghi fistola con dispositivo di sicurezza a scorrimento e
Rif. 6.A.2 aghi fistola in cui l'ago deve essere inserito in una cannula in materiale plastico (tipo venflon)
anche se la base d'appalto unitaria indicata è unica (€. 0,90);

Risposta 8:

non è possibile differenziare i prezzi in quanto la base d'appalto unitaria è unica;

Quesito 9:

relativamente al rilascio da parte della banca, delle 2 referenze bancarie, abbiamo riscontrato parecchie difficoltà circa l'inserimento della seguente clausola:
solidità economica di non poter rilasciare una dichiarazione circa un'informazione non in suo possesso.
Si richiede pertanto, se possibile omettere tale clausola.

Risposta 9:

Si conferma che la documentazione richiesta all'Art. 8.3.A/3 del disciplinare di gara è essenziale ed è prescritta a pena di esclusione.
La dichiarazione è indispensabile per dimostrare la capacità finanziaria ed economica della Ditta concorrente, a mente dell'art. 41 del d.lgs. n. 163/2006, le cui forme ed i cui contenuti devono essere rispettati.

Quesito 10:

Vs. Rif. : Chiarimento 4 – Lotto 10 del 08.08.14 (Atti 599/2013 – all. 205) , Risposta 3
Con riferimento al Chiarimento 4 – Quesito 3 – Risposta 3 sopra indicato, si richiede doi specificare dettagliatamente per quale ambito clinico/amministrativo (es. CUP, Refertazione Documentale, LIS, altro da specificare) sia richiesto lo sviluppo dell'integrazione monodirezionale con il Sistema Galileo, da realizzarsi mediante passaggio di contesto da Galileo al sistema proposto nell'ambito della presente Procedura

Risposta 10:

Il passaggio di contesto tra l'applicativo proposto e Galileo deve essere realizzato in una sola direzione, ovvero Galileo chiamerà l'applicativo proposto mentre il focus applicativo è sul singolo paziente (già presente in Galileo) passando all'applicativo:

1. le credenziali utente (ipotizzando che tali credenziali siano allineate con quelle di dominio utilizzate dall'azienda)
2. i dati identificativi del paziente

in modo da permettere all'utente di lavorare sullo stesso paziente nei due ambienti senza inserimento doppio di dati già presenti a sistema.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503. 8339 -FAX 02/58306067

Questa amministrazione si farà carico di realizzare il sistema di chiamata da parte di Galileo, si chiede che l'applicativo proposto sia in grado di ricevere tale chiamata e di interpretare correttamente i parametri passati, nonché di gestire il ritorno all'applicativo chiamante.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)

PROCEDIMENTO PRESSO L'U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Avv. Gianluca Bracchi
PRATICA TRATTATA DA: Sig.ra D. Levorato