

TEL 02/5503 8226 FAX 02/58306067 atti 1495/2014 all.

Milano, 4 Marzo 2015

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER SERVOASSISTENZA RESPIRATORIA E DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA" GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO", ALL'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA" GRANDA ED ALL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DEI TINTORI – ID 65527711 - CHIARIMENTI

Quesito 1 *"lotto 1 e 3*

Nella risposta n.2 al chiarimento del 02/03, abbiamo notato che oltre al range di diamentri interni dei circuiti adulti (lotto 1 a,b,c) e neonatali (lotto 3c) sono stati variati anche quelli dei circuiti pediatrici (lotto 3 a,b). Si precisa che i circuiti pediatrici presenti sul mercato hanno solitamente diametri interni da 15 mm, non ricompresi pertanto nel range da 18 a 22mm. ne' da 9 a 11 mm. Si richiede pertanto che l'aggiornemento dei range di d.i. sia apportata solo ai lotto 1a 1b 1c e 3c."

Risposta 1

Con riferimento al chiarimento in oggetto si segnala che per le posizioni 3-a) e 3-b) i diametri indicati, come riportato nel file denominato PRECISAZIONI del 02.03.2015, sono compresi nel range 14-16mm, quindi la misura 15mm rientra perfettamente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI (Gianluca Bracchi)



