FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503 8226
FAX 02/58306067
atti 1495/2014 all.

Milano, 2 Marzo 2015

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER SERVOASSISTENZA RESPIRATORIA E DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO", ALL'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA ED ALL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DEI TINTORI – ID 65527711 – *PRECISAZIONI*

Con riferimento al lotto 18, nell'all. A al C.S. si precisa che:
... omissis catetere peridurale in nylon radiopaco , centimetrato, con elevata resistenza all'inginocchiamento, punta chiusa traumatica *... omissis*
Per un refuso, nell'all. A al C.S., in analogia a quanto indicato per il lotto 19 e come correttamente indicato nel Capitolato Speciale, deve leggersi:
... omissis punta chiusa atraumatica *... omissis* .

Con riferimento al lotto 2, nell'all. A al C.S. si precisa che:
"... omissis circuito respiratorio adulti.....lunghezza 160 cm .....fornito di uno spezzone, anch'esso in PVC, avente lunghezze 60 cm.....omissis"
come correttamente indicato nel Capitolato Speciale, deve leggersi:
"... omissis circuito respiratorio adulti.....lunghezza 160 cm (+/-5%) .....fornito di uno spezzone, anch'esso in PVC, avente lunghezze 60 cm (+/-5%) .....omissis"

Con riferimento ai diametri interni:
(*omissis ... linee inspiratoria ed espiratoria D.I.15mm ... omissis*) dei circuiti di cui al **lotto 3a-b,** si precisa che:
Lotto 3
pos. 3 a – 3 b - trattasi di refuso; il range di diametri interni ammessi è il seguente: 14 - 16 mm

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)