FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
TEL 02/5503 8218
FAX 02/58306067

Atti 1335/25014

Milano, 22 giugno 2014

Oggetto: procedura aperta per la fornitura di Sistemi ematologici completi finalizzati all'esecuzione e gestione di indagini emocromocitometriche, per 60 mesi, occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico", che opera in qualità di capofila, ed all'A.O. Niguarda Ca' Granda, all'A.O. Ospedale San Gerardo di Monza, all'A.O. San Paolo di Milano, all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, all'A.O. G. Salvini di Garbagnate Milanese, all'A.O. San Carlo di Milano, all'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano e all'A.O. Fatebenefratelli.

PRECISAZIONE 10

A seguito di chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

Domanda:
la tipologia del sangue di controllo e le modalità di esecuzione per gli enti aggregati che non ne hanno dato indicazione nel Capitolato di gara

Risposta:
modalità di esecuzione dei controlli (*a breve sarà completata l'informazione per i presidi ospedalieri mancanti*)

per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico:
- routine 3 livelli per 2 volte al giorno
- urgenza 3 livelli 1 volta al giorno

per i PP.OO. Bassini e Buzzi (A.O. ICP):
- tipologia: 3 livelli Basso, Normale e Alto;
- modalità di esecuzione: 2 controlli giornalieri per 3 livelli su tutti gli strumenti presenti;
- controlli eseguiti tutti i giorni: (365 gg./anno).

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
TEL 02/5503 8218
FAX 02/58306067

per l'A.O. Garbagnate:
tipologia di controllo:

a) sangue intero di controllo strumentale su tre livelli (basso, normale, alto): modalità di esecuzione: tre livelli una volta al giorno per 365 giorni per ciascuno strumento;
b) sangue intero di controllo interno di terza parte su tre livelli (basso,normale,alto): modalità di esecuzione: tre livelli una volta al giorno per 365 giorni per ciascuno strumento.

per l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini:
la tipologia del sangue di controllo è sangue intero in tre concentrazioni MEDIO,BASSO,ALTO da eseguire giornalmente sui tre livelli specificati e sui due strumenti per validare l'allineamento.

per l'A.O. San Carlo:
Vengono eseguiti 3 controlli di qualità al giorno su tre livelli per ogni analizzatore.

Domanda:
in merito alla fornitura di QCI si chiede di specificare se vada inclusa nell'offerta la fornitura di controlli per i liquidi biologici.

Risposta:
nella fornitura di QCI non devono essere inclusi i controlli per i liquidi biologici.

Domanda:

- si chiede cortesemente di rendere disponibili le piantine in formato CAD di tutti gli enti aggregati e relativi presidi
- si chiede la possibilità di avere le piantine dei laboratori in cui andranno installati i sistemi in formato DWG.

Risposta:
PLANIMETRIE AL MOMENTO DISPONIBILI: si rimanda al sito: *www.policlinico.mi.it – Gare e concorsi – Lavori beni e servizi – bandi ed esiti di gara*

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
TEL 02/5503 8218
FAX 02/58306067

Domanda:
in merito alle CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA punto 1. "*Consolidamento delle linee diagnostiche oggetto di gara in uno o più sistemi analitici in automazione composti da più analizzatori*" di cui all'Allegato B, si chiede:

1.1) di specificare per ciascun presidio cosa si intende per consolidamento delle linee diagnostiche;

1.2) se per i presidi di BOLLATE, SAN PAOLO Lab. Analisi e M.MELLONI i sistemi offerti devono essere fisicamente collegati tra loro.

Risposta:

1.1) per consolidamento dì intende la realizzazione, l'implementazione del sistema .....

1.2) PRESIDIO DI BOLLATE: i sistemi offerti non dovranno essere necessariamente collegati fisicamente tra loro:

SAN PAOLO – LAB ANALISI: i sistemi offerti non dovranno essere fisicamente collegati tra loro.

M.MELLONI: si rimanda a prossima pubblicazione.

Domanda:

- si chiede cortesemente di rendere disponibili le piantine in formato CAD di tutti gli enti aggregati e relativi presidi
- si chiede la possibilità di avere le piantine dei laboratori in cui andranno installati i sistemi in formato DWG.

Risposta:

PLANIMETRIE AL MOMENTO DISPONIBILI: si rimanda al sito: www.policlinico.mi.it – *Gare e concorsi – Lavori beni e servizi – bandi ed esiti di gara*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra M. Colombo/ dr.ssa Annarita Mancuso