



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503 8218

FAX 02/58306067

Atti 1335/25014

Milano, 22/06/2015

Oggetto: procedura aperta per la fornitura di Sistemi ematologici completi finalizzati all'esecuzione e gestione di indagini emocromocitometriche, per 60 mesi, occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico", che opera in qualità di capofila, ed all'A.O. Niguarda Ca' Granda, all'A.O. Ospedale San Gerardo di Monza, all'A.O. San Paolo di Milano, all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, all'A.O. G. Salvini di Garbagnate Milanese, all'A.O. San Carlo di Milano, all'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano e all'A.O. Fatebenefratelli.

PRECISAZIONE 9

A seguito di chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

Domanda:

si fa presente che:

- l'allegato A.2 citato al punto 5 dell'art. 8.3.B/1 del disciplinare di gara
 - l'allegato G citato al punto 5.1.2 dell'art. 5 Offerta del capitolato speciale
- non sono stati inseriti nella documentazione di gara. Confermate che si tratta di un semplice refuso?

Risposta:

Trattasi di refuso. Si invita a non voler in alcun modo considerare il riferimento all'allegato G e all'allegato A.2

Domanda:

l'importo del deposito cauzionale provvisorio indicato al punto art 8.3.A/5 risulta pari al 5% del valore posto a base d'asta anziché del 2% come indicato.

Si chiede di indicare l'importo corretto comprensivo dell'importo della sanzione ex art. 38, comma 2 bis, d.l.vo 163/2006

Risposta:

si rimanda alla precisazione 6.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503 8218

FAX 02/58306067

Domanda:

da una verifica sul portale SINTEL i campi relativi alle richieste del Disciplinare di Gara di cui ai punti art. 8.3.A/12 (copia autentica dell'atto costitutivo dell'RTI) e art. 8.3.A/13 (Dichiarazione in caso di RTI costituito) risultano obbligatori anche indicando di voler partecipare in forma singola. Si chiede rendere i campi sul sistema SINTEL facoltativi.

Risposta:

trattasi di rigidità della piattaforma digitale che può essere alternativamente superata allegando una semplice dichiarazione di non inerenza dell'atto/dichiarazione richiesta ovvero replicando il caricamento di altro documento (es. istanza di partecipazione).

Domanda:

per una più agevole compilazione si richiede l'Allegato B.3 - Questionario in formato editabile.

Risposta:

il Questionario di cui all'Allegato B.3 in formato edibile è disponibile tra la documentazione di gara sulla piattaforma Sintel e sul sito della Fondazione IRCCS.

Domanda:

con riferimento al punto 5.2.1 del Capitolato Speciale il "prezzo richiesto per l'interfacciamento", è da intendersi canone di locazione annuo.

Risposta:

la regola di gara ha previsto a carico dell'aggiudicatario della fornitura la realizzazione dell'interfacciamento e il mantenimento dello stesso per tutta la durata stessa nei diversi presidi ospedalieri individuati. Tale attività che si presume da regolarsi una tantum, è comunque soggetta ad accordi diretti con le software-house interessate.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503 8218

FAX 02/58306067

Domanda:

con riferimento al punto 5.2.2 del Capitolato Speciale il PREZZO CAD. TEST (il prezzo deve essere uguale per ciascun degli enti aggregati) si precisa che:

- Il prezzo a test calcolato dal prezzo a confezione diviso in numero dei test della confezione è uguale per tutti i presidi;
- il prezzo a test calcolato dal totale offerto per presidio diviso il numero totale dei test richiesti per presidio non può essere uguale per ogni presidio.

Pertanto si chiede di precisare quale prezzo a test è richiesto.

Risposta:

al fine di semplificare la valutazione degli operatori economici si invita a non voler considerare il dato "PREZZO CAD. TEST (il prezzo deve essere uguale per ciascuno degli enti aggregati)" di cui al punto 5.2.2 del capitolato speciale.

Domanda:

con riferimento alla tabella CARATTERISTICHE GENERALI CHE INFLUENZANO L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO di cui all'Allegato B.2:

- in merito al requisito N. 1 - *caratteristiche del progetto*, si richiedono le planimetrie per ogni presidio per poter dedurre l'area dedicata al settore;
- in merito al requisito N. 2 - requisito preferenziale "*impatto spaziale della strumentazione* ($R(\%) = \text{area ingombro strumentazione e manutenzione} / \text{area dedicata al settore deducibile dalle piantine}$ ", si chiede di specificare se trattasi di formula matematica da indicare per ciascun presidio. Si chiede, inoltre, di specificare la modalità di attribuzione del punteggio relativo a tale requisito;
- in merito al requisito N. 3 - requisito preferenziale oggetto di valutazione "*Impatto ambientale: peso x m2 - reflui - morosità*" si chiede se trattasi di formula matematica o di mero elenco di informazioni.

Risposta:

- in riferimento al Requisito N. 1 – si rimanda a successiva pubblicazione
- in riferimento al Requisito N. 2 - requisito preferenziale - si conferma che trattasi di una formula matematica; per l'attribuzione del punteggio si conferma quanto previsto nella regola di gara.
- in riferimento al Requisito N. 3 - requisito preferenziale - si precisa che per lo specifico requisito "impatto ambientale" si richiede un mero elenco di informazioni.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503 8218

FAX 02/58306067

Domanda:

con riferimento alla tabella CARATTERISTICHE STRUMENTALI (ANALIZZATORI, STRISCIATORE / COLORATORE) di cui all'Allegato B.2:

- in merito al requisito N. 4 - requisito preferenziale oggetto di valutazione "*Più modalità conta piastriniche (indicare)*", si chiede di considerare anche modalità di analisi piastrinica in aggiunta o in alternativa alle modalità di conta.

Risposta:

si conferma quanto previsto nella regola di gara.

Domanda:

in merito alle CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA punto 1. "*Consolidamento delle linee diagnostiche oggetto di gara in uno o più sistemi analitici in automazione composti da più analizzatori*" di cui all'Allegato B, si chiede:

- 1.1) di specificare per ciascun presidio cosa si intende per consolidamento delle linee diagnostiche;
- 1.2) se per i presidi di BOLLATE, SAN PAOLO Lab. Analisi e M.MELLONI i sistemi offerti devono essere fisicamente collegati tra loro.

Risposta:

si rimanda a successiva pubblicazione.

Domanda:

Con riferimento alla tabella CARATTERISTICHE GENERALI CHE INFLUENZANO L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO di cui all'Allegato B.2:

in merito al requisito N.2 - requisito preferenziale "*Impatto spaziale della strumentazione (R(%)= area ingombro strumentazione e manutenzione/area dedicata al settore deducibile dalle piantine)*", si chiede di confermare che "l'area di ingombro strumentazione e manutenzione" includa, oltre agli ingombri dei conta globuli e striscia tori, anche gli ingombri spaziali dovuti al sistema di trasporto e carico/scarico delle provette.


Risposta:

per area di ingombro si intende l'area complessiva della strumentazione.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503 8218

FAX 02/58306067

Domanda:

al fine di formulare un'offerta che semplifichi la gestione del magazzino per tutti i Presidi e per massimizzare l'intercambiabilità della strumentazione (richiesta al punto 3 dei REQUISITI INDISPENSABILI di cui all'Allegato B.1), si chiede di specificare se siano da intendersi intercambiabili strumentazioni che utilizzano GLI STESSI REAGENTI. Inoltre si chiede di specificare se venga richiesta l'intercambiabilità dei sistemi non solo all'interno del Presidio ma anche fra tutti i presidii.

Risposta:

le apparecchiature devono essere intercambiabili su tutti i presidi e si intendono tali se utilizzano gli stessi reagenti.


IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra M. Colombo/ dr.ssa Annarita Mancuso



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia