FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
TEL 02/5503 8218
FAX 02/58306067

Atti 1482/2014

Milano, 5.6.2015

Procedura aperta per la fornitura in noleggio di **UN SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER ALLESTIMENTO DI PCR E PER ALLESTIMENTO DI PROTOCOLLI DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE comprendente le apparecchiature, gli accessori, i reagenti ed i materiali di consumo necessari**, occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 mesi

CHIARIMENTO 1

Domanda: nell'allegato A, caratteristiche generali della fornitura a pena di esclusione e nelle caratteristiche della piattaforma per l'allestimento di reazioni di PCR e amplicon sequencing si parla di un lettore automatico di barcode lineare per piastre e tubi/ provette. Questo tipo di lettore deve essere in grado di riconoscere anche la posizione delle provette posizionate sullo strumento pena esclusione, oppure solo il riconoscimento del codice a barre applicato sulle stesse è considerato requisito di minima?

Risposta: il lettore, oltre al riconoscimento del codice a barre applicato sulle stesse, deve essere in grado di riconoscere la posizione delle provette posizionate sullo strumento come requisito indispensabile

Domanda: nell'allegato A, caratteristiche generali della fornitura a pena di esclusione e nelle caratteristiche della piattaforma per la purificazione dei prodotti di sequenziamento si parla di un sistema di movimentazione interno al piano di lavoro oppure gripper, indipendente dal sistema di pipettamento, per la movimentazione di piastre su supporti magnetici durante la purificazione. E' corretto interpretare il sistema di movimentazione che sfrutta i canali di pipettamento equivalente al sistema di movimentazione indipendente dai canali di pipettamento in quanto differenza da considerarsi ininfluente ai fini dell'applicazione?

Risposta: il gripper deve essere indipendente dal braccio che movimenta i canali indipendenti

Domanda: l'ente fornisce un certificato di avvenuto sopralluogo o le ditte partecipanti ne devono produrre uno controfirmato.

Risposta: come indicato nel disciplinare di gara il certificato di avvenuto sopralluogo verrà rilasciato dall'U.O.C. Ingegneria Clinica.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
TEL 02/5503 8218
FAX 02/58306067

Domanda: per quanto riguarda l'art. 8.3.A/5 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO l'importo di €uro 2.410,00 relativo alla sanzione ex. art. 38, comma 2-bis d.lgs 163/2006 NON è dovuto nel caso in cui si inviino le dichiarazioni relative all'art. 38, per tutti i legali rappresentanti o è dovuto sempre e comunque in aggiunta al deposito del 2% pari al valore posto a base d'asta ?

Risposta: si conferma che all'art. 8.3.A/5 del disciplinare di gara è richiesta la somma totale di € 12.022,00 costituita dal deposito cauzionale del 2% e dalla sanzione prevista a mente dell'art. 38 comma 2-bis, del d.lgs n. 163/2006.

Domanda: è possibile dettagliare volumi in cui vengono purificati i prodotti di pcr e i prodotti di sequenza?

Risposta: Volume reazione di PCR : 25-50 microlitri; Volume reazione di sequenza: 10-20 microlitri

Domanda: il fluorimetro proposto deve poter leggere sia in assorbanza che in fluorescenza?

Risposta: Si

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra L.Colombo