



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503 8218

FAX 02/58306067

Atti 639/25015

Milano, 22.10.2015

OGGETTO: Procedura aperta, in unione d'acquisto, per la fornitura di un sistema diagnostico per coagulazione, comprendente gli analizzatori, gli accessori, i relativi reagenti e materiali di consumo necessari, nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema stesso, per 60 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 60 (sessanta) mesi, occorrente alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" (Amministrazione capofila) ed ai seguenti enti aggregati: Azienda Ospedaliera "San Gerardo" di Monza, Azienda Ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate, Azienda Ospedaliera "San Paolo", Azienda Ospedaliera "San Carlo Borromeo", Azienda Ospedaliera "Fatebenefratelli" ed all'Azienda Ospedaliera "L. Sacco".

PRECISAZIONE 4

Domanda:

Gli analizzatori devono essere collegati al Middleware o direttamente al LIS? Se dovranno essere interfacciati al Middleware, quante workstation (PC) o licenze sono richieste?

Risposta:

Gli analizzatori devono essere collegati al Middleware, così come specificato nel capitolato di gara. Ogni interfacciamento al LIS deve essere comprensivo di hardware (PC). Si richiede una licenza del software per ogni Ente.

Domanda:

Il SW TAO Web Base per definizione non necessita la fornitura di un PC. A fronte delle 50 licenze complessive richieste potete indicare il numero di workstation (PC) da fornire?

Risposta:

Si richiede hardware per ogni interfacciamento al LIS del software per la gestione dei pazienti in terapia anticoagulante.

Domanda:

E' necessario offrire i Controlli interni (Normale e Patologico) per il controllo del sistema? In caso affermativo specificarne la quantità.

Risposta:

Il programma (software + materiale di controllo degli analiti) di controllo di qualità giornaliero inter e intralaboratori, per tutti i test eseguiti, sarà affidato da ciascuna Amministrazione contraente, con contratto a parte.

Domanda:

Potreste indicare le percentuali di ripetizioni da prevedere?

Risposta:

Nel computo totale dei test richiesti sono già state considerate eventuali ripetizioni.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL 02/5503 8218

FAX 02/58306067

Domanda:

Tra i requisiti indispensabili di gara rileviamo la richiesta di un "sistema di lettura ottico" per gli analizzatori portatili per l'esecuzione del PT-INR. Si richiede di poter accettare sistemi di lettura diversi qualora garantiscano qualità analitiche di precisione e accuratezza altrettanto valide e perfetto allineamento con i metodi di laboratorio, anche in considerazione del numero limitato di test annui (500).

Risposta:

Si accettano sistemi di misura diversi dal fotottico; devono comunque essere garantite le medesime prestazioni.

Domanda:

A pag 27 del Capitolato Speciale alla voce "Requisiti Indispensabili/Caratteristiche del Sistema Diagnostico" vengono richiesti i materiali per il controllo di qualità interno.

A pag 5 del Capitolato Speciale, articolo 2 paragrafo 2.3 si richiede "fornitura di reagenti (compresi reagenti ausiliari), calibratori, diluenti, materiali di controllo per gli analiti, materiali di consumo ..."

A pag 5 del Capitolato Speciale, articolo 2 paragrafo 2.3 si dichiara che "Il programma di controllo di qualità giornaliero inter ed intralaboratori, per tutti test eseguiti, sarà acquisito da ciascuna Amministrazione contraente, con contratto a parte".

Si chiede dunque di precisare se è intenzione delle amministrazioni contraenti acquisire nell'ambito di questa gara d'appalto anche i plasmi per l'esecuzione del controllo di qualità giornaliero per tutti gli analiti previsti o invece, acquistarli al di fuori, con contratto a parte.

Risposta:

Il programma (software + materiale di controllo degli analiti) di controllo di qualità giornaliero inter e intralaboratori, per tutti i test eseguiti, sarà affidato da ciascuna Amministrazione contraente, con contratto a parte.

IL DIRETTORE

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

(Gianluca Bracchi)

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti

Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi

Pratica trattata da: sig.ra M. Colombo/ dr.ssa Annarita Mancuso *dy*



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia