



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL. 02/5503 8265

FAX 02/58306067

Atti 1791/2014 – all. 54

Milano, 10.11.2015

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER TEST PRETRASFUSIONALI, COMPRENDENTI GLI ANALIZZATORI, GLI ACCESSORI, I RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI, NONCHÈ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI STESSI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" (AMMINISTRAZIONE CAPOFILA) E ALL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PAOLO".

CHIARIMENTO 1

Domanda: Allegato B – reagenti obbligatori/carichi di lavoro punto 7) e Allegato A.2 caratteristiche specifiche del sistema, A.2.2. nell'allegato B richiedete come tipologia di test *Ricerca di anticorpi eritrocitari clinicamente significativi nel test diretto - reagenti obbligatori siero polispecifico di Coombs*, mentre nell'Allegato A.2 punto A.2.2 lettera g) è indicata come caratteristica obbligatoria *test dell'antiglobulina diretto con siero anti-IgG*. Chiediamo se sia possibile assumere come indispensabile il test dell'antiglobulina diretto monospecifico, anche in considerazione del fatto che la tecnologia su fase solida (Capture), permette di rilevare i casi di sensibilizzazione degli eritrociti di significato trasfusionale.

Risposta: Si conferma indispensabile il test dell'antiglobulina diretto con siero di Coombs IgG.

Domanda: Allegato E – caratteristiche generali del sistema – requisito 23. Prediluizione automatica del tipo, del lotto e della scadenza dei diversi reagenti. Chiediamo se si tratti di un refuso e se si possa intendere "Riconoscimento del tipo, del lotto e della scadenza dei diversi reagenti".

Risposta: Si conferma che si tratta di un refuso e che si debba intendere "registrazione automatica del tipo, del lotto e della scadenza dei diversi reagenti".

Domanda: Allegato E – caratteristiche specifiche del sistema requisito 9 e Allegato A.2 caratteristiche specifiche del sistema, A.2.2. – *Prove di compatibilità eritrocitaria nel test dell'antiglobulina indiretto con Siero di Coombs ad ampio spettro "i" IgG* Chiediamo di confermare che la "i" prima di IgG sia un refuso e debba intendersi "o IgG", in accordo a quanto indicato nell'allegato A.2.2 punto f) dove è riportato *Prove di compatibilità eritrocitaria nel test dell'antiglobulina indiretto con Siero di Coombs ad ampio spettro o IgG*.

Risposta: Si conferma che si tratta di un refuso e che si debba intendere "o IgG".

Domanda: Nell'Allegato B reagenti obbligatori/carichi di lavoro non si richiede il profilo *Prove di compatibilità eritrocitaria nel test dell'antiglobulina con Siero di Coombs ad ampio spettro o IgG*. Chiediamo se la mancanza di numerosità di questo test nei fabbisogni sia un refuso e, in tal caso, se tali reagenti debbano comunque essere quotati in offerta.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

TEL. 02/5503 8265

FAX 02/58306067

Risposta: Il test di *Prova di compatibilità eritrocitaria nel test dell'antiglobulina con Siero di Coombs ad ampio spettro o IgG* non è previsto che venga routinariamente eseguito con questa metodica, ma è richiesto che, all'occorrenza, lo strumento lo possa eseguire.

Domanda: Disciplinare di gara. Art. 4 e art. 8.3.C/2: questi due articoli fanno riferimento ad una SCHEDA DI DETTAGLIO ECONOMICO. Chiediamo se tale SCHEDA sia un file che sarà generato dalla piattaforma SinTel e che sarà da compilare direttamente in piattaforma informatica oppure se sia un documento che dobbiamo produrre tenendo conto di quanto richiesto all'art. 5.2 del Capitolato speciale e che sarà nominato "Scheda dettaglio economico" o, ancora, che sia un file che verrà da Voi fornito a seguito del presente chiarimento.

Risposta: La scheda di dettaglio economico prevista dall'art. 8.3.C/2 del Disciplinare di gara deve essere prodotta dalla ditta offerente su propria carta intestata e dovrà essere conforme a quanto previsto dallo stesso art. 8.3.C/2.

La scheda, da allegare in fase di caricamento dell'offerta sulla piattaforma negoziale SinTel, dovrà contenere tutto quanto richiesto dall'art. 5.2 del Capitolato speciale, nonché dall'art. 8.3.C/2 del Disciplinare di gara.

Domanda: nell'allegato B richiedete i seguenti profili di test: 1) Gruppo ABO diretto e determinazione Rh (con 2 anti-D) – Reagenti obbligatori anti-A, anti-B, anti-D (1 clone), anti D (2 clone); 3) Determinazione di gruppo ABO diretto e determinazione Rh (con 2 cloni) – Reagenti obbligatori anti-A (1 clone), anti-A (2 clone), anti-B (1 clone), anti B (2 clone).

Chiediamo se la mancanza della menzione dell'anti A,B in entrambi i profili sia un refuso e per tanto vada offerto anche se non indicato.

Risposta: Si tratta di un refuso, il reagente anti A,B è indispensabile e va, conseguentemente, offerto.

IL DIRETTORE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Gianluca Bracchi)

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: Avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: Sig.ra Marzia Colombo / dott. Roberto Polli



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968