



DATA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 29, COMMA 1 DEL D.Lgs. 50/2016

18 OTT. 2017

Atti 1304/2017 - all. 38

Milano,

**OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di kits procedurali, in unione d'acquisto, per 18 mesi, occorrente alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico ed all'ASST Lodi.**

#### CHIARIMENTI

##### Domande:

1. in riferimento alla colorazione delle ciotole presenti nei set, si chiede la possibilità di offrire colorazioni diverse rispetto a quanto richiesto, pur mantenendo la diversificazione per misura.
2. Lotto 1.1 – Kit emodinamica e Lotto 1.3 Kit pericardio centesi. Viene richiesta ciotola graduata diametro cm. 25 (3000 cc) BLU. Si chiede la possibilità di offrire in alternativa ciotola rettangolare non graduata da 3000 cc.
3. Lotto 2.1. - Kit neuroradiologia e Lotto 2.2. – Kit radiologia interventistica periferica. Viene richiesto un contenitore per aghi, si chiede di precisarne le caratteristiche.
4. Lotto 2.1.- Kit neuroradiologia e Lotto 2.2. – Kit radiologia interventistica periferica. Si chiede conferma che con la dicitura "arcella graduata da 700 cc", si voglia intendere "ciotola reniforme da 700 cc".

##### Risposte:

1. Lotti diversi – colorazioni delle ciotole: **si possono accettare, pur mantenendo la diversificazione per misura**
2. Lotto 1.1 e lotto 1.3 ciotola graduata diametro 25cm (3000cc). – **si riconferma quanto scritto nel capitolato di gara**
3. Lotto 2.1 e lotto 2.2 contenitore per aghi – **trattasi di "basetta per infissione" in materiale tipo spugna, in cui inserire i taglienti prima dello smaltimento**
4. Lotto 2.1 e lotto 2.2 arcella graduata da 700cc - **trattasi di ciotola reniforme da 700cc**

./.



**Domanda:**

Si chiede di confermare che nei kit richiesti in gara il telo copripaziente possa essere offerto in materiale triaccoppiato, come si evince dalle caratteristiche tecniche descritte nel capitolato di gara.

**Risposta:**

Si conferma che i teli pazienti devono essere ad alta capacità di assorbimento esternamente ed impermeabili nella parte interna.

**Domande:**

Vi segnaliamo che la base d'asta unitaria indicata risulta troppo bassa se rapportata ai prezzi medi di mercato per tali prodotti. Si richiede, pertanto, di voler riparametrare tale base d'asta allineandola ai valori di mercato. Si chiede, altresì, la possibilità di aggiudicare la fornitura per singolo sublotto riconoscendo, pertanto, la possibilità di offrire solo parte dei kit richiesti nei lotti stessi. Quanto sopra ai fini di garantire la più ampia partecipazione alla fornitura.

**Risposte:**

Non è possibile l'aggiudicazione per singolo sub-lotto.  
Si conferma la base d'asta come da documentazione.

IL DIRETTORE  
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA  
(Paolo Cassoli)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica  
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli  
Pratica trattata da: M. Colombo / M.N. Baroni

