



Atti 395/2017 - all. 41

Milano, 07.06.2017

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI TERRENI DI COLTURA PER ANALISI CITOGENETICHE, SUDDIVISA IN N. 6 LOTTI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”, PER 48 MESI.**

**VERBALE DI ESITO DELLE VALUTAZIONI TECNICHE**

A seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in raffronto alle specifiche tecniche richieste dalla regola di gara, sono emerse le risultanze che si vanno di seguito ad elencare.

**LOTTO 1: TERRENO DI COLTURA PER CAMPIONI DI MIDOLLO OSSEO TIPO A**

**Ditte offerenti:** Medi Diagnostici S.r.l. e Technogenetics S.p.A.

**Esito della valutazione tecnica:**

- l'offerta della ditta **Medi Diagnostici S.r.l.** risulta non idonea per i seguenti motivi:
  - Non contiene l'HEPES (acido 4-2-idrossietil-1-piperazinil-etansolfonico), sostanza organica utilizzata per preparare una soluzione tampone largamente usata nelle colture cellulari per mantenere stabile il pH fisiologico, a differenza di quanto indicato dalla regola di gara;
  - Indicato alfaMEM anziché DMEM come da specifiche richieste a quanto disposto dalla lettera d’invito;
- l'offerta della ditta **Technogenetics S.p.A.** risulta essere conforme a quanto richiesto dalla regola di gara.

**LOTTO 2: TERRENO DI COLTURA PER CAMPIONI DI MIDOLLO OSSEO TIPO B**

**Ditte offerenti:** Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV e Medi Diagnostici S.r.l.

**Esito della valutazione tecnica:**

- l'offerta della ditta **Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV** risulta essere conforme a quanto richiesto dalla regola di gara.





- l'offerta della ditta **Medi Diagnostici S.r.l.** risulta non idonea in quanto il terreno offerto risulta stabile solo per due settimane dopo scongelamento anziché 60 giorni come richiesto nelle specifiche di capitolato

### LOTTO 3: TERRENO DI COLTURA PER VILLI CORIALI

**Ditte offerenti:** Technogenetics S.p.A.

#### **Esito della valutazione tecnica:**

- l'offerta della ditta **Technogenetics S.p.A.** risulta essere conforme a quanto richiesto dalla regola di gara.

### LOTTO 4: TERRENO DI COLTURA PER AMNIOCITI E VILLI CORIALI

**Ditte offerenti:** Medi Diagnostici S.r.l.

#### **Esito della valutazione tecnica:**

- l'offerta della ditta **Medi Diagnostici S.r.l.** risulta non idonea per i seguenti motivi in quanto il prodotto offerto non contiene l'HEPES (acido 4-2-idrossietil-1-piperazinil-etansolfonico), sostanza organica utilizzata per preparare una soluzione tampone largamente usata nelle colture cellulari per mantenere stabile il pH fisiologico, a differenza di quanto indicato dalla regola di gara.

### LOTTO 5: TERRENO DI COLTURA PER COLTURA PRIMARIA DI LIQUIDO AMNIOTICO UMANO E VILLI CORIALI

**Ditte offerenti:** Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV e Medi Diagnostici S.r.l.

#### **Esito della valutazione tecnica:**

- l'offerta della ditta **Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV** risulta essere conforme a quanto richiesto dalla regola di gara.
- l'offerta della ditta **Medi Diagnostici S.r.l.** risulta non idonea in quanto il terreno offerto garantisce una proliferazione cellulare sufficiente all'analisi citogenetica dopo otto giorni, come specificato nella risposta fornita dallo stesso operatore economico a seguito di puntuale richiesta di precisazioni in merito. Pertanto, lo stesso non è conforme alle specifiche richieste nel capitolato speciale d'appalto.





---

**LOTTO 6: TERRENO DI COLTURA PER LINFOCITI**

**Ditte offerenti:** Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV e Medi Diagnostici S.r.l.

**Esito della valutazione tecnica:**

- l'offerta della ditta **Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV** risulta essere conforme a quanto richiesto dalla regola di gara.
- l'offerta della ditta **Medi Diagnostici S.r.l.** risulta essere conforme a quanto richiesto dalla regola di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Paolo Cassoli)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica  
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli  
Pratica trattata da: Marzia Colombo / Roberto Polli



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification

