



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4232 del 22/10/2026

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 13 SISTEMI DI VIDEOLARINGOSCOPIA COMPLETI DI LAME PER LE NECESSITA' DI VARI REPARTI DEL NUOVO OSPEDALE PER UN IMPORTO DI € 444.080,00 IVA INCLUSA – DGR XII/2930 – APPARECCHIATURE ED ARREDI SANITARI - FINANZIAMENTO: DGRXII2930 - CODICE PROGETTO: NO_APP - CUP C44E24000100002 – ESCLUSIONE SOCIETA' M.G. LORENZATTO SRL (ATTI 1.6.03/2025-432).

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore della SC Ingegneria Clinica

PREMESSO che con decreto del Direttore Generale n. 633 del 17/02/2026 è stata indetta procedura aperta per la fornitura di n. 13 sistemi di videolaringoscopia completi di lame e accessori per le necessità di vari reparti del Nuovo Ospedale della Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico".

TENUTO CONTO che la fornitura in oggetto sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 108, del d.lgs. n. 36/2023, ovvero con aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti qualità e 30 punti prezzo);

PRESO ATTO che la procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/07 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it;

PRECISATO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte prevista nella lettera di invito (ore 12:00 del giorno 31/08/2026), secondo quanto risulta dalla piattaforma telematica SINTEL, hanno formulato offerta, tramite l'inserimento dei pertinenti dati sul portale suddetto, le seguenti società:

- M.G. Lorenzatto Srl P. IVA 00458450012;
- KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l. P.IVA 02733860239;

RILEVATO che in data 08/09/2026, presso la SC Ingegneria Clinica della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, ha avuto luogo la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa presentata dalle società partecipanti alla procedura concorsuale per l'aggiudicazione della fornitura esplicitata in oggetto;

PRECISATO che con decreto del Direttore Generale n. 3700 del 17/09/2026 sono stati nominati, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023, i componenti della Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative e della relativa attribuzione del punteggio, finalizzata all'aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di n. 13 sistemi di videolaringoscopia completi di lame per le necessità di vari reparti del Nuovo Building (id. 39160693);



RILEVATO che in data 22/09/2026, alle ore 14:19, presso la SC Ingegneria Clinica della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, ha avuto luogo la seduta pubblica per l'apertura della documentazione tecnica presentata dalle società partecipanti alla procedura concorsuale per l'aggiudicazione della fornitura esplicitata in oggetto;

PRECISATO che, ad esito di tale seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte presentate dalle società partecipanti a detta procedura, come riportato nel verbale del 12/10/2026 (id. 39729548 A01), ha rilevato, nel corso delle successive sedute riservate, che l'apparecchiatura offerta dalla società M.G. Lorenzatto Srl P. IVA 00458450012 non soddisfa alcuni criteri minimi inseriti nel CSA e, in particolare:

- sulla base della documentazione prodotta, la configurazione offerta dalla società M.G. Lorenzatto Srl non risulta coerente con la dotazione di una piattaforma di videolaringoscopia unica, integrata e pienamente funzionale richiesta dal CSA poiché prevede l'impiego di un monitor differente;
- Schede tecniche, manuale d'uso e relazione riportano che le lame pluriuso indicate come "MAC iperangolate" risultano associate ai medesimi codici VL-310-x proposti anche per le lame MAC standard, senza che sia stata identificata una distinta tipologia, geometria o codifica di prodotto, corredata da idonea documentazione del fabbricante, idonea a comprovare le tipologie di lame pluriuso in offerta;

PRECISATO che nel Disciplinare era espressamente riportato che "saranno in ogni caso escluse dalla fase di aggiudicazione le imprese le cui apparecchiature, ad insindacabile giudizio della Commissione, non abbiano raggiunto, prima della riparametrazione, il punteggio minimo di 42 punti su 70 attribuibili o già non posseggano i requisiti fondamentali minimi di base previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto" (id. 38567587);

DATO ATTO che alla luce di quanto rilevato dalla commissione giudicatrice, la stessa ha proposto al RUP l'esclusione della società M.G. Lorenzatto Srl P. IVA 00458450012 dalle successive fasi di valutazione della procedura di gara;

CONSIDERATO quindi che, alla luce di quanto sopra riportato, si rende necessario escludere l'operatore economico M.G. Lorenzatto Srl P. IVA 00458450012 dalle successive fasi della procedura di gara;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dall'ing. Katiuscia Carota che ne ha attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore della SC Ingegneria Clinica, ing. Paolo Cassoli, Responsabile Unico del Progetto, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:



1. di procedere con l'esclusione, per le motivazioni richiamate in premessa, del concorrente M.G. Lorenzatto Srl P. IVA 00458450012 dalle successive fasi della procedura di gara per la fornitura di n. 13 sistemi di videolaringoscopia completi di lame per le necessità di vari reparti del Nuovo Building della Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico";
2. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile del provvedimento e che da esso non derivano oneri per il BPE 2026;
3. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
5. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Matteo Stocco)