



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie  
**U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica** - Direttore: **Ing. Gianpaolo Valente**  
Tel. 02 55038302  
mail: [acquisti@policlinico.mi.it](mailto:acquisti@policlinico.mi.it) | pec: [approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it](mailto:approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it)

Atti 67/2022

Milano, 10.02.2022

**INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE EVENTUALI OPERATORI ECONOMICI IN GRADO DI FORNIRE SONDE PER FISH LOCUS SPECIFICHE**

Spett. le ditta,

la Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico" ha la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di sonde per fish locus specifiche.

I prodotti devo avere le seguenti caratteristiche indispensabili:

- essere marcate CE-IVD;
- essere pronte all'uso;
- essere termostabili,;
- essere utilizzabili con un protocollo FAST senza necessità di buffer aggiuntivi.

Di seguito si indicano i prodotti d'interesse della Fondazione IRCCS e i relativi fabbisogni annui presunti:

Descrizione	Confezione	Fabbisogno annuale
6q21/6q23/6cen	10 test/100 µl	1
CEP 7/8	5 test/50 µl	4
MECOM 3q26	10 test/100 µl	1
5q31/5q33/5p15	10 test/100 µl	4
del(7)(q22q31)	10 test/100 µl	4
7q22/q36	10 test/100 µl	4
BCR/ABL1	10 test/100 µl	4
MLL (11q23)	10 test/100 µl	4
ATM/TP53	10 test/100 µl	3
t(12;21) ETV6/RUNX1	10 test/100 µl	2
RB1/DLEU/LAMP	10 test/100 µl	1
TP53/NF1	10 test/100 µl	2
CEP 20	5 test/50 µl	1
del(20q)	10 test/100 µl	2
Aneusomy 13/21	10 test/100 µl	2
T(15;17)	10 test/100 µl	2
CBFB/MYH11	10 test/100 µl	2
CEP X/Y	20 test/200 µl	2
CEP 2	5 test/50 µl	2
CEP 9	5 test/50 µl	1
Aneusomy X/Y/18	10 test/100 µl	1





Descrizione	Confezione	Fabbisogno annuale
Wolf- Hirschhorn	5 test/50 µl	2
Williams-Beuren	5 test/50 µl	2
Smith-Magenis/Miller-Dieker	5 test/50 µl	2
Cri-du-Chat	5 test/50 µl	2

È possibile presentare la propria proposta **TECNICA** tramite il Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia (SinTel), accessibile dall'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Tale proposta dovrà comprendere:

- Relazione tecnica dettagliata che illustri dettagliatamente e sequenzialmente quanto proposto;
- Depliant illustrativo e schede tecniche dettagliate del materiale proposto;
- Istruzioni d'uso/manuale in italiano;
- Certificazioni CE;
- CND e numero di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia;
- il dettaglio dei costi medi di fornitura del materiale proposto.

Si precisa che come "costo medio di fornitura" **non deve** intendersi il prezzo di listino, bensì la quotazione media offerta alle strutture ospedaliere. Quanto presentato è valido unicamente al solo fine di indagine di mercato e pertanto non è impegnativa e vincolante per questa Fondazione IRCCS.

Quanto sopra dovrà pervenire entro le **ore 12.30** del giorno **22.02.2022**.

All'esito dell'indagine di mercato, la Fondazione IRCCS determinerà la tipologia di procedura più idonea per l'affidamento della fornitura in parola compresa, ivi compresa, nel caso ricorrano i presupposti, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, ovvero di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii.

N.B. La piattaforma telematica SinTel richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico; si precisa che nel relativo campo dovrà essere un valore simbolico (ad esempio € 0,1). La cifra non verrà in ogni caso tenuta in considerazione.

Il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse; la presente indagine non vincola in alcun modo la Fondazione IRCCS e le manifestazioni di interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA  
(Gianpaolo Valente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.