



Atti 105/2022 -

Milano, 28 marzo 2022

Chiarimenti n. 2 e 3

OGGETTO: indagine di mercato per la fornitura di n. 6 centrifughe e n. 1 centrifuga ventilata.

Con riferimento alle seguenti richieste di chiarimenti da parte di ditta interessate alla procedura in oggetto:

DOMANDA:

Per una quotazione corretta, avremmo bisogno di sapere ogni singolo strumento se andrà consegnato al piano stradale, o ai piani.

RISPOSTA:

- Nefrologia: piano 1, tramite montacarichi
- Lab. Immunologia dei trapianti: piano 1, tramite montacarichi
- Lab. Analisi: piano seminterrato, tramite montacarichi
- Lab. Immunoematologia: piano 2, tramite montacarichi
- Nido: piano 1, tramite montacarichi

DOMANDA:

- 1) Relativamente alla centrifuga ventilata laboratorio immunologia per provette e piastre si chiede se sia necessario il coperchio antiaerosol anche per le piastre
- 2) Si chiede se sia possibile offrire non tutte le centrifughe richieste (tranne un modello)

RISPOSTA:

- 1) Non è necessario offrire il coperchio anti-aerosol per le piastre,
- 2) Non è possibile presentare un'offerta parziale,

Il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria clinica

(ing. Paolo Cassoli)

Procedimento presso U.O.C. ingegneria Clinica
Responsabile del procedimento: ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da: dott. Tommaso Bruni – Tel. 02/5503.8212 – fax 02/58306067
e-mail: tommaso.bruni@policlinico.mi.it
pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it