



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica – Direttore f.f.: **Dott. Giorgio Riccardo Ruscica**

Tel. 02 55038418

mail: acquisti@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it

Atti 60/2022

Milano, 25.05.2022

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO PER LO SCREENING PRENATALE NON INVASIVO DELLA TRISOMIA 21 (SINDROME DI DOWN), TRISOMIA 18 (SINDROME DI EDWARDS), TRISOMIA 13 (SINDROME DI PATAU), ANEUPLOIDIE DEI CROMOSOMI SESSUALI MEDIANTE ANALISI DEL DNA FETALE NEL SANGUE MATERNO COMPREDENTE REAGENTI, STRUMENTAZIONE E SOFTWARE DI ALLINEAMENTO/CHIAMATA E INTERPRETAZIONE DEI DATI, NONCHÉ IL CONTRATTO DI ASSISTENZA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA STESSO, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI

CHIARIMENTO N. 3

Domanda 1: Con riferimento all'allegato A.2 del capitolato speciale siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- a) Requisito "Numero di provette di sangue materno necessarie all'analisi". Per gli scopi di questo requisito, in questo numero vanno conteggiate anche eventuali provette necessarie alla ripetizione del test su campioni da ritestare a seguito di un fallimento? La necessità di un secondo prelievo a distanza dal primo comporterebbe infatti il richiamo del paziente e uno sforzo organizzativo notevole che rischierebbe di allungare di molto i tempi di refertazione con impatto importante sulla paziente.
- b) Requisito "Sistema che garantisca la tracciabilità totale di tutti i passaggi con il minimo intervento umano" (Un minore numero di interventi da parte dell'operatore tecnico darà il massimo del punteggio, poi a scalare anche in base al rischio connesso con ciascun passaggio). Per meglio rispondere allo scopo di questo requisito potete confermare che i parametri "hands on time" e "turnaround time", in grado di dare una visione riassuntiva e confrontabile dell'intervento umano diretto e della complessità del workflow che può impegnare un operatore anche in maniera indiretta (per esempio con funzioni di controllo), saranno essi stessi gli unici oggetto dell'assegnazione dei punteggi da parte della commissione tecnica?

Risposta 1a: Sì, dovranno essere conteggiate anche le provette necessarie alla ripetizione del test, come previsto dal programma di lavoro.

Risposta 1b: Saranno presi in considerazione "hands on time", "turnaround time" e la fornitura di strumentazione che riduca al minimo i passaggi manuali.

Domanda 2: Con riferimento all'art. 1 del capitolato d'appalto si richiede se con "tutti i lavori di adattamento del laboratorio eventualmente necessari per l'installazione della strumentazione saranno a carico dell'aggiudicatario, che sarà tenuto a garantire la piena compatibilità del sistema offerto con i locali di installazione in termini impiantistici e di pesi e dimensioni" si intende che l'aggiudicatario potrà a sue spese anche apportare modifiche strutturali/definitive ai locali/e agli impianti di destinazione?



Risposta 2: Non si potranno apportare modifiche strutturali/definitive ai locali e/o agli impianti di destinazione.

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE f.f.
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Giorgio Riccardo Ruscica)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giorgio Riccardo Ruscica
Pratica trattata da: Marzia Colombo / Roberto Polli

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
Tel. 02 5503.1 - www.policlinico.mi.it - CF e P.I. 04724150968



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

Polo di ricerca, cura
e formazione universitaria