## Sistema Socio Sanitario





Atti 761/2018 - all. 25)

Milano, 11.04.2018

OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO PER CULLE NEONATALI PER IL CO-SLEEPING PER LE NECESSITA' DEI REPARTI DEGENZA NIDO E PUERPERIO DELLA CLINICA MANGIAGALLI DELLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO".

Spett.le ditta,

La Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico" ha la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di culle neonatali per il co-sleeping in sostituzione degli attuali lettini/culla neonatali, in parte vetusti ed al fine di prevenire le cadute accidentali, per favorire la relazione tra la neomamma e il suo neonato durante il roaming-in e per facilitarne l'avvio dell'allattamento materno. Nella fattispecie le culle, dovranno essere fissate al letto della madre ed essere apribili da un solo lato consentendo così il contatto diretto tra la mamma e il bambino senza rischi di schiacciamento/soffocamento del bedding-in e di cadute accidentali.

A tale proposito, la Fondazione IRCCS intende svolgere una indagine di mercato tramite il Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall'indirizzo <a href="https://www.arca.regione.lombardia.it">www.arca.regione.lombardia.it</a>, al fine di informare il mercato circa le esigenze della Fondazione IRCCS ed al fine di verificare il novero degli operatori economici in grado di fornire le predette culle aventi le caratteristiche tecniche richieste di seguito indicate:

## N. 80 Culle neonatali per il co-sleeping

Realizzata in metacrilato trasparente (plexiglas) atossico, arrotondata con angoli sgusciati fianco totalmente apribile per favorire il monitoraggio continuo del neonato e per consentire il contatto diretto tra mamma e neonato in quanto si dovrà affiancare direttamente al letto ospedaliero. Apertura completa di un fianco (apertura della spondina ruotante). La culla dovrà essere fissata su una base snella in acciaio, (prevedere la possibilità di acciaio verniciato), di altezza variabile con ruote girevoli e un sistema per l'aggancio al letto della mamma. La base della culla dovrà avere dimensioni che facilitino il suo inserimento sotto ai letti ospedalieri. Dovrà essere previsto il materassino ignifugo/antibatterico.

Le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a consegnare (a proprio carico) in visione, in forma anonima (le culle non dovranno riportare nessuna indicazione/logo/matricola ecc. ecc.) — con oneri esclusivamente a proprio carico — entro 10 gg. continuativi dalla richiesta, presso il magazzino preposto, UNA CULLA dalle caratteristiche identiche a quelle offerte in gara, completa di ogni sua parte. Detta dimostrazione è finalizzata alla più completa valutazione di quanto offerto ed alla conferma delle valutazioni tecniche effettuate sulla base della documentazione rassegnata. Tale richiesta di visione dovrà essere effettuata solo su richiesta della Fondazione IRCCS nel corso della valutazione delle offerte. La mancata disponibilità alla stessa, alle condizioni indicate, determinerà quindi l'esclusione dalla gara.

Le manifestazioni di interesse, corredate dalla relativa documentazione tecnica, devono essere formalizzate, tramite la piattaforma SINTEL, <u>entro le ore 12,00 del giorno</u>: <u>VENERDI 27 APRILE 2018</u>



## Sistema Socio Sanitario





**N.B.** si precisa che nel campo della piattaforma SINTEL relativa all'offerta economica occorre indicare un valore diverso da zero (es. 0,0001). Il valore indicato è irrilevante ai fini della presente indagine di mercato.

All'esito dell'indagine di mercato, la Fondazione IRCCS determinerà la tipologia di procedura più idonea per l'affidamento della fornitura in parola e, qualora ve ne siano i presupposti, svolgerà una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

IN ogni caso, il presente avviso è da intendersi quale indagine finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse; la presente indagine non vincola in lacun modo la Fondazione IRCCS e le manifestazioni di interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

## Per informazioni:

- <u>di carattere amministrativo U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica (Carla Tremolada **202/5503.8513**)</u>
- per l'utilizzo della piattaforma SinTel numero verde 800 116 738

IL DIRETTORE
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

(Paolo Cassoli)

PROCEDIMENTO PRESSO U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli Pratica trattata da: Carla Tremolada (202/5503.8513 – Fax 02/58306067) Indirizzo e-mail: carla.tremolada@policlinico.mi.it Indirizzo pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it



