



**OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PATOLOGIA DEL DISCO INTERVERTEBRALE E RADIOFREQUENZA ARTICOLARE E RELATIVI GENERATORI A RADIOFREQUENZA IN COMODATO D'USO GRATUITO, PER 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI - AGGIUDICAZIONE - ATTI 392/2021.**

**Il Direttore della SC Approvvigionamenti ed Economato**

**PREMESSO** che:

- con decreto del Direttore Generale n. 2354 del 12.09.2022 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, in unione d'acquisto con l'ASST Fatebenefratelli Sacco, l'ASST Melegnano e della Martesana e l'ASST Santi Paolo e Carlo, per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di dispositivi medici per patologia del disco intervertebrale e radiofrequenza articolare e relativi generatori a radiofrequenza in comodato d'uso gratuito, da aggiudicare, a lotti disgiunti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, riservandosi l'applicazione dell'art. 95, comma 12, del medesimo decreto, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- la SC Approvvigionamenti ed Economato ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - foglio inserzioni n. 117 del 07.10.2022;

**TENUTO CONTO** che l'importo posto a base d'asta è stato fissato in complessivi € 453.000,00.= I.V.A. 22% esclusa (Id. SinTel: 160255198), così suddiviso tra i diversi enti aggregati:

- € 241.500,00.= I.V.A. 22% esclusa per questa Fondazione IRCCS;
- € 116.500,00.= I.V.A. 22% esclusa per l'ASST Fatebenefratelli Sacco;
- € 85.000,00.= I.V.A. 22% esclusa per l'ASST Melegnano e della Martesana;
- € 10.000,00.= I.V.A. 22% esclusa per l'ASST Santi Paolo e Carlo;

**ACCERTATO** che, entro la scadenza stabilita dal bando di gara (ore 10.00 del giorno 14.11.2022), secondo quanto risulta dalla piattaforma telematica negoziale SinTel, hanno formulato offerta, tramite l'inserimento dei pertinenti dati sul portale suddetto, le ditte Acacia S.r.l., Kromed S.r.l., Alparoma S.r.l., Vertical S.r.l., Medival S.r.l., Uber Ros S.p.A., Ams Group S.r.l. Società Unipersonale, Arcomedica S.r.l., Stryker Italia S.r.l. S.U., Inomed S.r.l., Biopsybell S.r.l., Alfamed S.r.l.;

**ATTESO** che, in data 17.11.2022, in seduta pubblica, si è proceduto:

- alla verifica preliminare dell'esistenza della firma digitale sul file in formato ".pdf" riepilogativo dei dati dell'offerta inviata da ciascun fornitore. *Tale file viene prodotto dalla piattaforma SinTel al quarto "step" del percorso guidato "invia offerta" e deve essere scaricato sul proprio terminale e firmato digitalmente da ciascun fornitore.* Le ditte partecipanti hanno correttamente firmato tale documento in forma digitale;
- al *download*, all'apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti, con i seguenti risultati:
  - la documentazione amministrativa della ditta Acacia S.r.l. risulta carente di quanto di seguito riportato: non risulta compilata la parte III - C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o



- illeciti professionali del DGUE, relativamente ai punti seguenti: b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) ammesso a concordato con continuità aziendale;
- la documentazione amministrativa della ditta AlfaMed S.r.l. risulta carente di quanto di seguito riportato: non risulta compilata la Parte II - A: informazioni sull'operatore economico del DGUE, relativamente all'eventuale iscrizione "in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi" o al possesso di "una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice";
  - la documentazione amministrativa della ditta Alparoma S.r.l. risulta carente di quanto di seguito riportato: non risulta compilato con tutti i dati richiesti il punto 4 (cfr. codice fiscale, carica sociale) dell'istanza di partecipazione; non risulta completa la dichiarazione di cui all'art. 12.2.1 del disciplinare, lettera G), punto terzo;
  - la documentazione amministrativa della ditta Arcomedica S.r.l. risulta carente di quanto di seguito riportato: non risulta resa la dichiarazione di cui all'art. 12.2.1 del disciplinare, lettera G), ultimo punto;
  - la documentazione amministrativa della ditta Inomed S.r.l. risulta carente di quanto di seguito riportato: l'istanza di partecipazione risulta priva della marca da bollo richiesta dal disciplinare;
  - la documentazione amministrativa della ditta Kromed S.r.l. risulta carente di quanto di seguito riportato: non risultano compilati con tutti i dati richiesti il punto 3 (cfr. luogo e data di nascita per i soci persone fisiche) e il punto 4 (cfr. codice fiscale, carica) dell'istanza di partecipazione;
  - le ditte AMS Group S.r.l. S.U., Biopsybell S.r.l., Medival S.r.l., Stryker Italia S.r.l. S.U., Uber Ros S.p.A., Vertical S.r.l. hanno correttamente presentato la documentazione amministrativa richiesta dalla regola di gara;
  - all'estrazione a sorte dell'ordine per l'effettuazione delle sessioni dimostrative;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento del 06.12.2022, con il quale, per le motivazioni ivi riportate, le ditte Acacia S.r.l., AlfaMed S.r.l., Alparoma S.r.l., Arcomedica S.r.l., Inomed S.r.l., Kromed S.r.l., a seguito di richiesta di integrazione della documentazione incompleta secondo la procedura prevista dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nonché le ditte AMS Group S.r.l. S.U., Biopsybell S.r.l., Medival S.r.l., Stryker Italia S.r.l. S.U., Uber Ros S.p.A. e Vertical S.r.l. sono state ammesse alle fasi successive di gara;

**ATTESO** che in data 24.01.2023, in seduta pubblica, si è proceduto:

- alla lettura delle ditte ammesse alla successiva fase di gara: Acacia S.r.l., AlfaMed S.r.l., Alparoma S.r.l., AMS Group S.r.l. S.U., Arcomedica S.r.l., Biopsybell S.r.l., Inomed S.r.l., Kromed S.r.l., Medival S.r.l., Stryker Italia S.r.l. S.U., Uber Ros S.p.A., Vertical S.r.l.;
- al *download*, all'apertura ed alla verifica della presenza della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti da cui è risultato che tutte le ditte offerenti hanno presentato quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara;

**RICHIAMATO** il decreto del D.G. n. 161 del 27.01.2023, con cui sono stati nominati, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, i componenti della Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative e della relativa attribuzione del punteggio, finalizzata all'aggiudicazione della procedura in oggetto, come segue:



- Dott.ssa Anna Maria Ierardi, dirigente medico in servizio presso la SC Radiologia, in qualità di Presidente verbalizzante,
- Dott. Salvatore Alessio Angileri, dirigente medico in servizio presso la SC Radiologia, in qualità di commissario,
- Dott.ssa Valentina Scalzi, dirigente farmacista in servizio presso la SC Farmacia, in qualità di commissario;

**RICHIAMATI** i verbali delle sedute riservate del 30.01.2023 e del 05.04.2023 della Commissione Giudicatrice, in ordine ad una prima valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti, ai fini della verifica della sussistenza delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dalla regola di gara;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento del 28.04.2023, con il quale, preso atto delle valutazioni della Commissione giudicatrice di cui ai richiamati verbali 30.01.2023 e del 05.04.2023, è stata disposta l'esclusione della ditta Alparoma S.r.l. per il lotto 1, della ditta Arcomedica S.r.l. per il lotto 1, della ditta Ams Group S.r.l. per il lotto 3, della ditta Vertical s.r.l. per il lotto 3, poiché l'offerta tecnica presentata delle predette ditte per i lotti sopra indicati non soddisfa le caratteristiche tecniche minime previste a pena di esclusione dalla *lex specialis* di gara;

**RICHIAMATI** il verbale della seduta pubblica del 08.05.2023 e la comunicazione del RUP in data 10.05.2023, dai quali si evince la consegna del materiale per le prove pratiche/sessioni dimostrative da parte delle ditte Acacia S.r.l., AlfaMed S.r.l., Alparoma S.r.l., AMS Group S.r.l., Arcomedica S.r.l., Biopsybell S.r.l., Inomed S.r.l., Kromed S.r.l., Medival S.r.l., Stryker Italia S.r.l.;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento del 09.05.2023, con il quale, per le motivazioni ivi riportate, è stata disposta l'esclusione della ditta Uber Ros S.p.A. per non aver messo a disposizione della Commissione Giudicatrice il materiale necessario per la prova pratica/sessione dimostrativa;

**RICHIAMATO** il verbale della Commissione Giudicatrice del 15.05.2023, da cui si evincono le seguenti conclusioni in ordine all'attività di verifica della sussistenza di tutte le caratteristiche tecniche minime, all'esito della valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti e dell'esame della campionatura ove necessario:

LOTTO 1	
ACACIA S.R.L.	L'offerta tecnica soddisfa tutte le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato speciale.
ALFAMED S.R.L.	
ALPAROMA S.R.L.	L'offerta tecnica della ditta ALPAROMA S.R.L. non soddisfa la caratteristica tecnica minima richiesta dall'art. 4 del capitolato speciale, lotto 1, lettera D ("Coclea coassiale realizzata in assenza di saldature"), poiché dalla scheda tecnica risulta "Coclea coassiale realizzata in assenza di saldature tranne che sulla punta".



ARCOMEDICA S.R.L.	L'offerta tecnica della ditta ARCOMEDICA S.R.L. non soddisfa la caratteristica tecnica minima richiesta dall'art. 4 del capitolato speciale, lotto 1: - alla lettera E ("Disponibilità di cannula nelle misure da 16G a 19G"), poiché dalla documentazione tecnica risulta che il diametro del Dotomy sia 2mm= 14G; - alla lettera D ("Coclea coassiale realizzata in assenza di saldature"), poiché dalla documentazione tecnica non risulta se la coclea coassiale sia realizzata in assenza di saldature.
BIOPSYBELL S.R.L.	L'offerta tecnica soddisfa tutte le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato speciale.
STRYKER ITALIA S.R.L.	
UBER ROS S.P.A.	Con provvedimento del RUP in data 09/05/2023, la ditta Uber Ros S.p.A. è stata esclusa dalla procedura di gara per il lotto 1, in conformità a quanto previsto dalla regola di gara, poiché <i>"non ha messo a disposizione della Commissione Giudicatrice il materiale necessario per la prova pratica/sessione dimostrativa, volta alla completa valutazione dei dispositivi medici offerti ai fini dell'attribuzione del punteggio operativo ed alla conferma delle valutazioni tecniche effettuate sulla base della documentazione rassegnata"</i> .
<b>LOTTO 2</b>	
ALPAROMA S.R.L.	L'offerta tecnica soddisfa tutte le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato speciale.
BIOPSYBELL S.R.L.	
STRYKER ITALIA S.R.L.	
<b>LOTTO 3</b>	
AMS GROUP S.R.L.	L'offerta tecnica della ditta AMS GROUP S.R.L. non soddisfa la caratteristica tecnica minima richiesta dall'art. 4 del capitolato speciale, lotto 3, lettera B: "Lunghezza dell'ago disponibile nelle misure da 10 cm a 20 cm", poiché dalla scheda tecnica del kit cervicale risulta che l'ago introduttore abbia una lunghezza di 7,6 cm, in luogo della misura minima richiesta di 10 cm.
ARCOMEDICA S.R.L.	L'offerta tecnica della ditta ARCOMEDICA S.R.L. non soddisfa la caratteristica tecnica minima richiesta dall'art. 4 del capitolato speciale, lotto 3, lettera B ("Lunghezza dell'ago disponibile nelle misure da 10 cm a 20 cm").
VERTICAL S.R.L.	L'offerta tecnica della ditta VERTICAL S.R.L. non soddisfa la caratteristica tecnica minima richiesta dall'art. 4 del capitolato speciale, lotto 3, lettera B ("Lunghezza dell'ago disponibile nelle misure da 10 cm a 20 cm"), poiché dalla scheda tecnica del kit cervicale risulta che l'ago introduttore abbia una lunghezza di 7 cm, in luogo della misura minima richiesta di 10 cm.
<b>LOTTO 5</b>	
ACACIA S.R.L.	L'offerta tecnica soddisfa tutte le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato speciale.
ALFAMED S.R.L.	
AMS GROUP S.R.L.	
MEDIVAL S.R.L.	L'offerta tecnica della ditta MEDIVAL S.R.L. non soddisfa la caratteristica tecnica minima richiesta dall'art. 4 del capitolato speciale, lotto 5, lettera B ("Elettrocateretere integrato con foro laterale infusivo"), poiché da esame della campionatura si evince la mancanza della via d'infusione laterale. L'infusione può essere eseguita solo attraverso il mandrino.
<b>LOTTO 6</b>	
AMS GROUP S.R.L.	L'offerta tecnica soddisfa tutte le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato speciale.
INOMED S.R.L.	
KROMED S.R.L.	
MEDIVAL S.R.L.	

**RICHIAMATO** il verbale della seduta riservata del 29.05.2023, da quale si evince che, a seguito delle prove pratiche/ sessioni dimostrative svolte nelle date 10.05.2023 (per il lotto 1), 12.05.2023 (per il lotto 2),



15.05.2023 (per i lotti 3, 5 e 6), la Commissione Giudicatrice ha effettuato l'esame e la valutazione delle caratteristiche da sottoporre a punteggio delle ditte partecipanti, attribuendo i seguenti punteggi:

<b>LOTTO 1</b>		
<b>Ditta</b>	<b>Punteggio tecnico assegnato</b>	<b>Punteggio tecnico riparametrato</b>
ACACIA S.R.L.	32 / 70 L'offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio minimo di 42 punti su 70 attribuibili.	
ALFAMED S.R.L.	32 / 70 L'offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio minimo di 42 punti su 70 attribuibili.	
BIOPSYBELL S.R.L.	70 / 70	70 / 70
STRYKER S.R.L.	44 / 70	44 / 70
<b>LOTTO 2</b>		
<b>Ditta</b>	<b>Punteggio tecnico assegnato</b>	<b>Punteggio tecnico riparametrato</b>
ALPAROMA S.R.L.	32 / 70 L'offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio minimo di 42 punti su 70 attribuibili.	
BIOPSYBELL S.R.L.	70 / 70	70 / 70
STRYKER S.R.L.	44 / 70	44 / 70
<b>LOTTO 3:</b> Nessuna offerta soddisfa tutte le caratteristiche tecniche minime richieste dall'art. 4 del capitolato speciale, a pena di esclusione.		
<b>LOTTO 4:</b> Lotto deserto.		
<b>LOTTO 5</b>		
<b>Ditta</b>	<b>Punteggio tecnico assegnato</b>	<b>Punteggio tecnico riparametrato</b>
ACACIA S.R.L.	60 / 70	60 / 70
ALFAMED S.R.L.	70 / 70	70 / 70
AMS S.R.L.	70 / 70	70 / 70
<b>LOTTO 6</b>		
<b>Ditta</b>	<b>Punteggio tecnico assegnato</b>	<b>Punteggio tecnico riparametrato</b>
AMS S.R.L.	70 / 70	70 / 70
INOMED S.R.L.	64 / 70	64 / 70
KROMED S.R.L.	64 / 70	64 / 70
MEDIVAL S.R.L.	64 / 70	64 / 70

**ATTESO** che, in data 25.07.2023, in seduta pubblica, si è provveduto:

- a dar lettura dei verbali della Commissione giudicatrice del 15.05.2023 e del 29.05.2023, comunicando i punteggi attribuiti alle ditte sopra riportati;
- al *download* ed all'apertura telematica delle offerte economiche delle ditte, come segue:

\_\_\_\_\_



LOTTO	Numero Protocollo Informatico	Fornitore	Offerta economica €	Punteggio economico massimo	Punteggio economico
LOTTO 1	1668411567396	BIOPSYBELL S.R.L.	118.500,00	30	17,09
	1668181417409	STRYKER S.R.L.	67.500,00	30	30,00
LOTTO 2	1668411747346	BIOPSYBELL S.R.L.	39.500,00	30	17,09
	1668181616989	STRYKER S.R.L.	22.500,00	30	30,00
LOTTO 5	1667814867323	ACACIA S.R.L.	17.200,00	30	19,19
	1668413744062	ALFAMED S.R.L.	11.000,00	30	30,00
	1668181175748	AMS S.R.L.	11.980,00	30	27,55
LOTTO 6	1668182010185	AMS GROUP S.R.L.	26.940,00	30	22,72
	1668178629632	INOMED S.R.L.	29.100,00	30	21,03
	1667903696306	KROMED S.R.L.	23.400,00	30	26,15
	1668090348121	MEDIVAL S.R.L.	20.400,00	30	30,00

- il sistema telematico ex se ha individuato, per i lotti 1, 2, 5 e 6, l'offerta economicamente più vantaggiosa come segue:

Lotto	Numero Prot. Informatico	Fornitore	Offerta economica €	Punteggio economico	Punteggio tecnico riparametrato	Punteggio Totale
<b>LOTTO 1</b>	<b>1668411567396</b>	<b>Biopsybell S.r.l.</b>	<b>118.500,00</b>	<b>17,09</b>	<b>70,00</b>	<b>87,09</b>
LOTTO 1	1668181417409	Stryker S.r.l.	67.500,00	30,00	44,00	74,00
<b>LOTTO 2</b>	<b>1668411747346</b>	<b>Biopsybell S.r.l.</b>	<b>39.500,00</b>	<b>17,09</b>	<b>70,00</b>	<b>87,09</b>
LOTTO 2	1668181616989	Stryker S.r.l.	22.500,00	30,00	44,00	74,00
<b>LOTTO 5</b>	<b>1668413744062</b>	<b>AlfaMed S.r.l.</b>	<b>11.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>
LOTTO 5	1668181175748	AMS Group S.r.l.	11.980,00	27,55	70,00	97,55
LOTTO 5	1667814867323	Acacia S.r.l.	17.200,00	19,19	60,00	79,19
<b>LOTTO 6</b>	<b>1668090348121</b>	<b>Medival S.r.l.</b>	<b>20.400,00</b>	<b>30,00</b>	<b>64,00</b>	<b>94,00</b>
LOTTO 6	1668182010185	AMS Group S.r.l.	26.940,00	22,72	70,00	92,72
LOTTO 6	1667903696306	Kromed S.r.l.	23.400,00	26,15	64,00	90,15
LOTTO 6	1668178629632	Inomed S.r.l.	29.100,00	21,03	64,00	85,03

**RICHIAMATO** il verbale della Commissione Giudicatrice del 26.07.2023, da cui risulta la conferma che i prodotti offerti dalla società Arcomedica S.r.l., per il lotto 3, non sono conformi alla regola di gara;

**RICHIAMATI** i provvedimenti del Responsabile Unico del Procedimento del 27.07.2023, con i quali, preso atto delle valutazioni della Commissione giudicatrice, è stata disposta l'esclusione della ditta Arcomedica S.r.l. per il lotto 3 e della ditta Medival S.r.l. per il lotto 5, poiché l'offerta tecnica presentata delle predette



ditte per i lotti sopra indicati non soddisfa le caratteristiche tecniche minime previste a pena di esclusione dalla *lex specialis* di gara;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento del 27.07.2023, con il quale, preso atto delle valutazioni della Commissione giudicatrice di cui al verbale del 29.05.2023, è stata disposta l'esclusione delle ditte Acacia S.r.l. e AlfaMed S.r.l. dal lotto 1 e della ditta Alparoma S.r.l. dal lotto 2 della procedura in oggetto, in ragione del mancato raggiungimento del punteggio minimo di 42 punti su 70 attribuibili, come previsto dalla *lex specialis* di gara;

**RILEVATO** che, alla luce di quanto sopra, la ditta migliore offerente per lotto risulta essere:

- la ditta Biopsybell S.r.l. per i lotti 1 e 2;
- la ditta AlfaMed S.r.l. per il lotto 5;
- la ditta Medival S.r.l. per il lotto 6;

**DATO ATTO**, in particolare, del dettaglio dell'offerta economica delle ditte migliori offerenti, per lotto, qui di seguito descritto:

LOTTI	Fornitore	Importo complessivo biennale IVA escl.	Prezzo unitario IVA escl.
1	Biopsybell S.r.l.	€ 118.500,00	€ 790,00
2	Biopsybell S.r.l.	€ 39.500,00	€ 790,00
5	AlfaMed S.r.l.	€ 11.000,00	€ 550,00
6	Medival S.r.l.	€ 20.400,00	€ 340,00

così suddiviso per i singoli enti in aggregazione:

- **Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico** **€ 103.700,00**

di cui:

- lotto 1: € 79.000,00.= oltre I.V.A. 22% per 24 mesi;
- lotto 2: € 15.800,00.= oltre I.V.A. 22% per 24 mesi;
- lotto 5: € 5.500,00.= oltre I.V.A. 22% per 24 mesi;
- lotto 6: € 3.400,00.= oltre I.V.A. 22% per 24 mesi;

- **ASST Fatebenefratelli Sacco** **€ 47.300,00**

di cui:

- lotto 1: € 23.700,00.= oltre I.V.A. 22% per 24 mesi;
- lotto 2: € 7.900,00.= oltre I.V.A. 22% per 24 mesi;
- lotto 5: € 5.500,00.= oltre I.V.A. 22% per 24 mesi;
- lotto 6: € 10.200,00.= oltre I.V.A. 22% per 24 mesi;

- **ASST Melegnano e della Martesana** **€ 31.600,00**

di cui:

- lotto 1: € 15.800,00.= oltre I.V.A. 22% per 24 mesi;
- lotto 2: € 15.800,00.= oltre I.V.A. 22% per 24 mesi;



- **ASST Santi Paolo e Carlo**

**€ 6.800,00**

di cui:

- lotto 6: € 6.800,00.= oltre I.V.A. 22% per 24 mesi;

**DATO ATTO** che per la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico si riepilogano di seguito importi complessivi e CIG dedicati dei lotti d'interesse:

LOTTE	Fornitore	Prodotto, Codice fornitore, Cod. Magazzino, CND, Repertorio	Conf.	Prezzo unitario IVA escl.	Policlinico Q.tà pezzi anno	Policlinico importo pres. IVA escl. (anno)	Policlinico importo pres. IVA escl. (24 mesi)
Lotto 1	Biopsybell S.r.l.	DISKOM - toracico/lombare: cod. DKR1716-SPA, cod. mag. D845466. - cervicale: cod. DKR1908-SPA, cod. mag. D845736. CND: A01020102, Repertorio: 1772458 CIG PADRE: 94216721B2 <b>CIG DERIVATO: A00C6615ED</b>	1 pz / conf.	€ 790,00	50	€ 39.500,00	€ 79.000,00
Lotto 2	Biopsybell S.r.l.	DISKOM - toracico/lombare: cod. DKR1716CD1FL10, cod. mag. DA02023468; - cervicale: cod. DKR1908CD1FL10, cod. mag. DA02023469; CND: Kit assemblato secondo art. 12 DL 46/47. Kit composto da n. 1 Diskom (CND A01020102, RDM 1248389) e n. 1 Introduttore curvo (CND A018002, RDM 1693585). Repertorio 125876 CIG PADRE: 9421683AC3 <b>CIG DERIVATO: ZB13C61AE8</b>	1 pz / conf.	€ 790,00	10	€ 7.900,00	€ 15.800,00
Lotto 5	AlfaMed S.r.l.	Eris lumbar bipolare cod. fornitore ERIS-LUMBAR-BX, cod. mag. DA02023470, CND assemblato, RDM 136171; Eris cervical bipolare, cod. ERIS-CERVICAL-BX, cod. mag. DA02023471, CND assemblato, RDM 136172. CIG PADRE: 9421722AF2 <b>CIG DERIVATO: Z123C61B31</b> In comodato d'uso gratuito: Generatore RF mod. G4, cod. RFG-4-220V, Z121001, RDM 1807958, cod. mag. DA02023472.	1 pz / conf.	€ 550,00	5	€ 2.750,00	€ 5.500,00



LOTTI	Fornitore	Prodotto, Codice fornitore, CND, Repertorio, Cod. Magazzino	Conf.	Prezzo unitario	Policl. Q.tà pezzi anno	Policlinico importo pres.(anno)	Policlinico importo pres.(24mesi)
Lotto 6	Medival S.r.l.	KTC2150-4. KIT RF COMBO 21G 50MM 4MM, RDM 126110, DA02023464; KTC22100-2. KIT RF COMBO 22G 100MM 2MM, RDM 126115, DA02023473; KTC2254-2. KIT RF COMBO 22G 54MM 2MM, RDM 126112, DA02023474; KTC2254-4. KIT RF COMBO 22G 54MM 4MM, RDM 126113, DA02023475; KTC2254-5CS. KIT RF COMBO 22G 54MM 5MM CURVA ACUTA, RDM 126117, DA02023476; KTF18100-10. KIT RF COMBO 18G 100MM 10MM, RDM 126093, DA02023477; KTF1810010CS. KIT RF COMBO 18G 100MM 10MM CURVA ACUTA, RDM 126094, DA02023478; KTF18145-10. KIT RF COMBO 18G 145MM 10MM, RDM 126097, DA02023479; KTF1814510CS. KIT RF COMBO 18G 145MM 10MM CURVA ACUTA, RDM 126095, DA02023480; KTF18200-10. KIT RF COMBO 18G 200MM 10MM, RDM 135990, DA02023481; KTF20100-10. KIT RF COMBO 20G 100MM 10MM, RDM 126098, DA02023482; KTF2010010CB. KIT RF COMBO 20G 100MM 10MM CURVA ARR., RDM 126099, DA02023483; KTF2010010CS. KIT RF COMBO 20G 100MM 10MM CURVA ACUTA, RDM 126100, DA02023484; KTF20100-5CS. KIT RF COMBO 20G 100MM 5MM CURVA ACUTA, RDM 126085, DA02023485; KTF20145-10. KIT RF COMBO 20G 145MM 10MM, RDM 126103, DA02023486; KTF2014510CB. KIT RF COMBO 20G 145MM 10MM CURVA ARR., RDM 126104, DA02023487; KTF2014510CS. KIT RF COMBO 20G 145MM 10MM CURVA ACUTA, RDM 126105, DA02023488; KTF20145-5. KIT RF COMBO 20G 145MM 5MM, RDM 126092, DA02023489; KTF2060-10CS. KIT RF COMBO 20G 60MM 10MM CURVA ACUTA, RDM 126106, DA02023491; KTF21100-5. KIT RF COMBO 21G 100MM 5MM, RDM 126082, DA02023492;	1 pz / conf.	€ 340,00 IVA escl.	5	€ 1.700,00 IVA escl.	€ 3.400,00 IVA escl.



LOTTI	Fornitore	Prodotto, Codice fornitore, CND, Repertorio, Cod. Magazzino	Conf.	Prezzo unitario	Policl. Q.tà	Policlinico importo	Policlinico importo
		<p>KTF22100-10. KIT RF COMBO 22G 100MM 10MM, RDM 126107, DA02023493;            KTF2210010CS. KIT RF COMBO 22G 100MM 10MM CURVA ACUTA, RDM 126108, DA02023494;            KTF22100-5. KIT RF COMBO 22G 100MM 5MM, RDM 126089, DA02023495;            KTF22100-5CS. KIT RF COMBO 22G 100MM 5MM CURVA ACUTA, RDM 126087, DA02023496;            KTF2254-10CS. KIT RF COMBO 22G 54MM 10MM CURVA ACUTA, RDM 126109, DA02023497;            Per tutti i codici sopra: CND N/A - ASSEMBLATO DM.            CIG PADRE: 9421726E3E  <b>CIG DERIVATO: Z313C61BB4</b>            In comodato d'uso gratuito, n. 1 sistema a radiofrequenza per la gestione e il trattamento del dolore composta da:            - n. 1 Generatore Rf Coolief Crg-Advanced V.1.0 cod. RFG4ADVANCED, CND: K020399 RDM: 2072670, DA02023465;            - n. 1 Modulo multisonda cavo connettore cod. CND: K020380 RDM: 2072820, non sterile, DA02023466.</p>					

**DATO ATTO** che in data 01.09.2023, in seduta riservata, il Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato la verifica della congruità delle offerte presentate dalle ditte AlfaMed S.r.l. per il lotto 5 e Medival S.r.l. per il lotto 6, risultate anomale ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, ritenendo le giustificazioni prodotte dalle stesse adeguate a giustificare le offerte presentate in gara;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, di dover aggiudicare alla ditta Biopsybell S.r.l. i lotti 1 e 2, alla ditta AlfaMed S.r.l. il lotto 5 e alla ditta Medival S.r.l. il lotto 6 della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, in unione d'acquisto, per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di dispositivi medici per patologia del disco intervertebrale e radiofrequenza articolare e relativi generatori a radiofrequenza in comodato d'uso gratuito, occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico (Ente capofila), all'ASST Fatebenefratelli Sacco, all'ASST Melegnano e della Martesana e all'ASST Santi Paolo e Carlo;

**DATO ATTO** che:

- la durata della fornitura è di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi;



- la durata è prorogabile, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi;
- l'importo complessivo per i primi 24 mesi è pari a € 103.700,00= I.V.A. 22% esclusa per la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;
- è prevista la clausola di adesione agli esiti di gara, ex art. 7 del capitolato speciale d'appalto, in misura non superiore al 100% dell'importo complessivo aggiudicato;
- ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. A) ed E), e 4, del d.lgs. n. 50/2016 è inoltre prevista la possibilità di variazione contrattuale, come previsto espressamente dall'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, per un valore complessivo massimo pari al 50% del valore biennale posto a base di gara;

**TENUTO CONTO** che la somma complessiva di € 3.094,77.= I.V.A. 22% inclusa, derivante dalle spese di pubblicazione per la procedura di cui trattasi, così suddivisa:

- "Il Sole 24 Ore", per un importo di € 671,00.= I.V.A. 22% inclusa;
- "Avvenire" Nuova Editoriale Italiana S.p.A., per un importo di € 302,56.= oltre I.V.A. 22%;
- Pubblicazione Bando su GURI - Libreria Concessionari "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per un importo di € 2.119,21.= oltre I.V.A. 22%;
- imposta di bollo, per un importo di 2,00 €;

è a carico delle ditte aggiudicatrici, così come prescritto dalla regola di gara;

**ACCERTATO** che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip non v'è attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non sono in essere contratti riguardanti l'argomento, stipulati dalla Società Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;

**CONSIDERATO** che l'aggiudicazione in parola comporta una spesa complessiva di € 103.700,00= I.V.A. 22% esclusa per la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott.ssa Francesca Lodigiani che ne hanno attestato la completezza;

**DATO ATTO**, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con Decreto n. 236 del 29.01.2021, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, della regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento, il Direttore della SC Approvvigionamenti ed Economato, Responsabile del Procedimento,

#### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare i verbali relativi alle operazioni di gara, svolte nelle sedute del 17/11/2022, del 24/01/2023, del 30/01/2023, del 05/04/2023, del 08/05/2023, del 15/05/2023, del 29/05/2023, del 25/07/2023, del 26/07/2023 e del 01/09/2023;



2. di aggiudicare alla ditta Biopsybell S.r.l. i lotti 1 e 2, alla ditta AlfaMed S.r.l. il lotto 5 e alla ditta Medival S.r.l. il lotto 6 della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, in unione d'acquisto, per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di dispositivi medici per patologia del disco intervertebrale e radiofrequenza articolare e relativi generatori a radiofrequenza in comodato d'uso gratuito, occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico (Ente capofila), all'ASST Fatebenefratelli Sacco, all'ASST Melegnano e della Martesana e all'ASST Santi Paolo e Carlo, per un importo complessivo biennale per tutti gli Enti aggregati di € 189.400,00.= oltre I.V.A. 22%;
3. di non procedere all'aggiudicazione del lotto 3 in quanto non coperto da offerte valide;
4. di non procedere all'aggiudicazione del lotto 4 in quanto risultato deserto;
5. di dare atto che la durata della fornitura è di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, e prorogabile, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi;
6. di dare atto che è prevista la clausola di adesione agli esiti di gara, ex art. 7 del capitolato speciale d'appalto, in misura non superiore al 100% dell'importo complessivo aggiudicato;
7. di dare atto che è prevista la possibilità di variazione contrattuale, nelle modalità risultanti dall'art. 8 del capitolato speciale d'appalto in misura non superiore al 50% del valore biennale posto a base della gara in oggetto;
8. di stipulare i contratti di fornitura con la ditta Biopsybell S.r.l., per i lotti 1 e 2, con la ditta AlfaMed S.r.l., per il lotto 5, e con la ditta Medival S.r.l., per il lotto 6, a far data dal 15.11.2023 e sino a tutto il 14.11.2025, per un importo complessivo, per questa Fondazione IRCCS, di € 103.700,00.= I.V.A. 22% esclusa;
9. di stipulare i contratti di comodato d'uso gratuito con la ditta AlfaMed S.r.l., per il lotto 5, e con la ditta Medival S.r.l., per il lotto 6, dando atto che gli stessi diventeranno efficaci all'atto della firma tra le Parti, le quali si impegnano al rispetto delle condizioni ivi riportate ed approvate;
10. di demandare alle amministrazioni aggregate alla presente procedura concorsuale la competenza di stipulare, per la propria quota, i contratti di fornitura con le ditte aggiudicatarie, nel rispetto delle normative vigenti ed alle condizioni economiche proposte in sede di gara, dando atto che la Fondazione IRCCS provvederà ad inviare alle medesime la documentazione necessaria per gli incumbenti di cui sopra;
11. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della SC Farmacia, mentre per gli enti aggregati lo stesso verrà nominato con provvedimento autonomo, a seguito del recepimento della presente determinazione;



12. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip S.p.A o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico della Fondazione IRCCS;
13. di dare atto che il costo complessivo di € 126.514,00.= I.V.A. 22% inclusa, per la Fondazione IRCCS, sarà imputato nel BPE per gli anni 2023, 2024, 2025;
14. di dare atto, altresì, che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come nella scheda che segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	TOTALI
SAN	400191 - Dispositivi medici: Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	2022002324	€ 6.023,75	€ 48.190,00	€ 42.166,25	€ 96.380,00
	400168 - Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	2023002178	€ 1.883,37	€ 15.067,00	€ 13.183,63	€ 30.134,00
<b>Totale</b>						€ 126.514,00
RIC						
<b>Totale</b>						€ 126.514,00
<b>TOTALE</b>						<b>€ 126.514,00</b>

15. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;
16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo *online* dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
17. di disporre l'invio della presente determinazione alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente

**IL DIRETTORE**  
**SC APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO**  
**(Dott. Giorgio Riccardo Ruscica)**