DATA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 1 DEL D.Lgs. 50/2016

Atti 1163/2018 - all.10

Milano, 24 MAG. 2018

OGGETTO: Richiesta di manifestazione d'interesse per la fornitura di lamine materiale tipo Porex Surgical MEDPORE o equivalente, occorrenti all'UOC Maxillofacciale della Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico"

CHIARIMENTI

Domanda 1:
..."dovendo offrire un range di misure del prodotto richiesto, difatti sono richieste misure da 0.4 a 0.8, chiediamo che importo bisogna sottomettere a sistema se si offrono prodotti con prezzi unitari differenti".

Domanda 2:
"Dal momento che non conosciamo la natura del prodotto Medpore e quindi non siamo in grado di stabilire un'equivalenza (in particolare non sappiamo se il Medpore sia biologico o sintetico; se sia riassorbibile o meno) con la presente siamo a chiedere se possiamo rispondere con patch biologico riassorbibile della misura 2x3 avente la stessa indicazione".

Risposta 1:
Trattandosi di manifestazione di interesse, si suggerisce di inserire nella piattaforma SINTEL un prezzo medio. Il dettaglio prezzi unitario richiesto come allegato dovrà riportare i prezzi unitari di ciascuna misura.

Risposta 2:
In riferimento a quanto richiesto si specifica che il prodotto di interesse della Fondazione non è riassorbibile ed è polietilene poroso con 2 spessori da 0.4 mm e 0.8 mm e di svariate dimensioni.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Paolo Cassoli)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da: M. Colombo / M.N. Baroni