



Atti 1.6.03/2021-375 - all. 46)

Milano, 26 settembre 2023

**PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI POPPATOI E TETTARELLE IN DIVERSE TIPOLOGIE, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI**

**VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA RISERVATA DEL 25.09.2023**

**Premesso che:**

- decreto del Direttore Generale n. 1622 del 16.06.2023, è stata indetta procedura aperta, suddivisa in n. 2 lotti, in qualità di ente capofila, in unione d'acquisto con l'ASST Fatebenefratelli Sacco, l'ASST Ovest Milanese, l'ASST Rhodense, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ASST Lodi, l'ASST Santi Paolo e Carlo, l'ASST Lecco, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Monza e la Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di poppatoi e tettarelle in diverse tipologie, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
- con decreto del Direttore Generale n. 2288 del 15.09.2023, sono stati nominati, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, i componenti della Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative ed all'attribuzione dei conseguenti punteggi, ai fini dell'aggiudicazione della fornitura di cui all'oggetto, come segue:
  - Dott.ssa Pasqua Maria Loreta Piemontese, in servizio presso la SC Neonatologia e TIN della Fondazione IRCCS, in qualità di Presidente verbalizzante;
  - Dott.ssa Valentina Galbusera, in servizio presso l'Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Monza, in qualità di commissario;
  - Dott.ssa Anna Grazia Stefanelli, in servizio presso il reparto Malattie Metaboliche rare, endocrinologia allergologia pediatria - ASST Santi Paolo e Carlo, in qualità di commissario.

La Commissione giudicatrice, perfettamente costituita, si riunisce in data 25.09.2023 alle ore 14.30 presso gli Uffici della SC Approvigionamenti ed Economato.

In via preliminare, nell'accettare l'incarico conferito, il Presidente e gli altri componenti la Commissione giudicatrice dichiarano – ciascuno per sé stesso – l'insussistenza di ogni e qualsivoglia ragione di incompatibilità, di conflitto di interessi e di altri motivi comportanti l'obbligo di astensione dallo svolgimento dell'incarico. A tale scopo, il Presidente e gli altri componenti la Commissione giudicatrice sottoscrivono, nelle forme previste dal d.P.R. n. 445/2000, l'autodichiarazione in uso presso la Fondazione IRCCS e da conservarsi agli atti della procedura concorsuale.

La Commissione giudicatrice procede quindi nel richiamare i punteggi complessivamente stabiliti nella regola di gara (art. 14 – *Criterio di aggiudicazione* – Disciplinare di gara) e di seguito riportati:





**Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

<b>LOTTO 1</b>	
<b>LOTTO 1.A - Poppatoio sterile monouso</b>	<b>Punti max</b>
Praticità d'uso e maneggevolezza del prodotto	5
Ergonomia del poppatoio (accuratezza e visibilità della scala graduata, trasparenza)	10
Rigidità del poppatoio che permetta la somministrazione del pasto in sicurezza	7
Tenuta della ghiera e resistenza alla spanatura	7
Confezionamento (resistenza della confezione, visibilità del prodotto, facilità di apertura)	3
<b>Punteggio parziale</b>	<b>32</b>
<b>LOTTO 1.B - Tettarella sterile monouso</b>	<b>Punti max</b>
Morbidezza e comfort	15
Praticità d'uso e maneggevolezza del prodotto (assemblaggio facile, sicuro e che eviti spandimenti)	5
Variabilità del flusso	5
Capsula (visibilità della scala graduata, tenuta, copertura della ghiera)	10
Confezionamento (resistenza della confezione, visibilità del prodotto, facilità di apertura)	3
<b>Punteggio parziale</b>	<b>38</b>
<b>Punteggio totale</b>	<b>70</b>

**Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

<b>LOTTO 2</b>	
<b>LOTTO 2.A Poppatoio sterile monouso per banca del latte</b>	<b>Punti max</b>
Praticità d'uso e maneggevolezza del prodotto	10
Ergonomia del poppatoio (accuratezza e visibilità della scala graduata, trasparenza)	20
Rigidità del poppatoio che permetta la somministrazione del pasto in sicurezza	15
Tenuta della ghiera e resistenza alla spanatura	15
Confezionamento (facilità di apertura, resistenza della confezione, visibilità del prodotto)	10
<b>Punteggio totale</b>	<b>70</b>

I punteggi inerenti gli aspetti qualitativi saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base della documentazione tecnica riguardante gli elementi oggetto di valutazione, delle schede tecniche e di ogni altro atto e/o documento richiesti, necessari e/o opportuni, nonché della campionatura che verrà presentata nelle modalità previste dal disciplinare di gara, attribuendo i medesimi punteggi sulla base dei seguenti giudizi: insufficiente, scarso, sufficiente, buono ed ottimo, cui corrisponderà il relativo punteggio, come da tabella che segue:





max punteggio	Ottimo	Buono	Sufficiente	Scarso	Insufficiente
3	3,0	2,4	1,8	1,2	0,6
5	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
7	7,0	5,6	4,2	2,1	1,4
10	10,0	8,0	6,0	4,0	2,0
15	15,0	12,0	9,0	6,0	3,0
20	20,0	16,0	12,0	8,0	4,0

In caso di assoluta carenza del requisito, non sarà attribuito punteggio alcuno.

In seguito la Commissione giudicatrice procede alla lettura delle caratteristiche tecniche della fornitura e degli elementi inerenti i requisiti minimi indispensabili di partecipazione, e contestualmente procede alla verifica degli stessi, previsti a pena di esclusione, come esplicitato nella documentazione posta a base di gara.

Come da verbale del saggio di gara del 27.07.2023 sono state ammesse alla procedura concorsuale le seguenti ditte:

- Ditta Adria Med S.r.l.;
- Ditta Cair Italia S.r.l.;
- Ditta Labor Baby S.r.l..

Ai fini della verifica delle caratteristiche minime, la Commissione procede ad una prima valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti per i sottoindicati lotti, con i seguenti risultati:

LOTTO 1		
ADRIA.MED S.r.l.	IDONEA CON RISERVA	In base alle schede tecniche la commissione giudicatrice ritiene opportuno richiedere il seguente chiarimento: "Si chiede cortesemente di voler chiarire se i biberon da 120 ml e 240 ml presentano la scala di graduazione con partenza da 5/10 ml e incrementi di 5ml, come previsto nella regola di gara"
LABOR BABY S.r.l.	IDONEA CON RISERVA	In base alle schede tecniche la commissione giudicatrice ritiene opportuno richiedere il seguente chiarimento: "Si chiede cortesemente di voler chiarire se i biberon da 250 ml presentano la scala di graduazione con partenza da 5/10 ml e incrementi di 5ml, come previsto nella regola di gara"
CAIR ITALIA S.r.l.	IDONEA	In base alle schede tecniche, tutti i prodotti offerti hanno i requisiti indispensabili per il proseguo della gara





LOTTO 2		
CAIR ITALIA S.r.l.	IDONEA	In base alle schede tecniche, tutti i prodotti offerti hanno i requisiti indispensabili per il proseguo della gara

La Commissione giudicatrice si riserva di valutare, successivamente all'arrivo ed all'esame della campionatura, le caratteristiche minime richieste nella regola di gara ed, in caso di conferma dell'idoneità dei prodotti, all'attribuzione del relativo punteggio di qualità.

Conclusa l'attività in parola, alle ore 16.30; la Commissione giudicatrice dichiara conclusa la seduta e rinvia la prosecuzione dei lavori ad altra seduta.

Dott.ssa Pasqua Maria Loreta Piemontese

Dott.ssa Valentina Galbusera

Dott.ssa Anna Grazia Stefanelli

