



Atti 1.6.03/2021-375 - all. 53)

Milano, 08 novembre 2023

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI POPPATOI E TETTARELLE IN DIVERSE TIPOLOGIE, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI

VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA RISERVATA DEL 08.11.2023

RICHIAMATO il verbale relativo alla seduta riservata del 25.09.2023, nel quale la commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore Generale n. 2288 del 15.09.2023, a seguito di una prima valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti ai fini della verifica delle caratteristiche minime, ha rassegnato le seguenti risultanze:

LOTTO 1		
ADRIA.MED S.r.l.	IDONEA CON RISERVA	In base alle schede tecniche la commissione giudicatrice ritiene opportuno richiedere il seguente chiarimento: "Si chiede cortesemente di voler chiarire se i biberon da 120 ml e 240 ml presentano la scala di graduazione con partenza da 5/10 ml e incrementi di 5ml, come previsto nella regola di gara"
LABOR BABY S.r.l.	IDONEA CON RISERVA	In base alle schede tecniche la commissione giudicatrice ritiene opportuno richiedere il seguente chiarimento: "Si chiede cortesemente di voler chiarire se i biberon da 250 ml presentano la scala di graduazione con partenza da 5/10 ml e incrementi di 5ml, come previsto nella regola di gara"
CAIR ITALIA S.r.l.	IDONEA	In base alle schede tecniche, tutti i prodotti offerti hanno i requisiti indispensabili per il proseguo della gara

LOTTO 2		
CAIR ITALIA S.r.l.	IDONEA	In base alle schede tecniche, tutti i prodotti offerti hanno i requisiti indispensabili per il proseguo della gara

La Commissione giudicatrice, perfettamente costituita, si riunisce in data 08.11.2022 alle ore 14.30 presso gli Uffici della SC Approvvigionamenti ed Economato al fine di procedere con il proseguo della valutazione delle caratteristiche da sottoporre a punteggio, dei lotti precedentemente presi ad esame.

Detta valutazione viene effettuata avvalendosi anche della campionatura richiesta sulla piattaforma telematica Sintel in data 28.09.2023.





La Commissione al fine di poter procedere con l'attribuzione dei punteggi dei prodotti presentati dalle ditte partecipanti prende in esame le specifiche tecniche di chiarimento precedentemente richieste; in particolare:

ditta ADRIA.MED S.r.l.: "Si chiede cortesemente di voler chiarire se i biberon da 120 ml e 240 ml presentano la scala di graduazione con partenza da 5/10 ml e incrementi di 5ml, come previsto nella regola di gara".

Tale chiarimento viene inviato in data 26.09.2023: "Come riportato nelle schede tecniche dei prodotti, precisiamo quanto segue:

- Biberon 120 Partenza scala da 5 ml e incrementi a partire da 1 ml per favorire i microdosaggi, dando quindi un plus al prodotto;
- Biberon 250 Partenza scala da 10 ml e incrementi da 5 ml."

La Commissione accetta la specifica.

ditta LABOR BABY S.r.l.: "Si chiede cortesemente di voler chiarire se i biberon da 250 ml presentano la scala di graduazione con partenza da 5/10 ml e incrementi di 5ml, come previsto nella regola di gara".

Tale chiarimento viene inviato in data 26.09.2023: "Si conferma che i poppatoi da 250 presentano scala con partenza da 10 ml e incremento ogni 5 ml, come da scheda tecnica inviata..."

La Commissione accetta la specifica.

La Commissione giudicatrice inizia con la valutazione della proposta tecnica della ditta **Labor Baby S.r.l.** (lotto n. 1) attribuendo alla stessa i seguenti giudizi:

LOTTO 1.A - Poppatoio sterile monouso	Punteggio Massimo	Punteggio attribuito
Praticità d'uso e maneggevolezza del prodotto	5	3 tutti i poppatoi hanno il tappo già avvitato, causando un doppio passaggio sulla preparazione del pasto
Ergonomia del poppatoio (accuratezza e visibilità della scala graduata, trasparenza)	10	4 I poppatoi non sono trasparenti; presentano inoltre una scala graduata poco visibile.
Rigidità del poppatoio che permetta la somministrazione del pasto in sicurezza	7	0 Il poppatoio non è rigido
Tenuta della ghiera e resistenza alla spanatura	7	7
Confezionamento (resistenza della confezione, visibilità del prodotto, facilità di apertura)	3	3
Punteggio parziale	32	17



Lotto 1.B - Tettarella sterile monouso	Punteggio Massimo	Punteggio attribuito
Morbidezza e comfort	15	6 In generale le tettarelle risultano poco morbide. In particolare, la tettarella per i bambini prematuri risulta della medesima dimensione delle altre tettarelle
Praticità d'uso e maneggevolezza del prodotto (assemblaggio facile, sicuro e che eviti spandimenti)	5	5
Variabilità del flusso	5	0 Requisito non presente se non cambiando la tipologia di tettarella, comportando quindi l'utilizzo di più materiale
Capsula (visibilità della scala graduata, tenuta, copertura della ghiera)	10	6 La scala è visibile nettamente solo in controluce
Confezionamento (resistenza della confezione, visibilità del prodotto, facilità di apertura)	3	3
Punteggio parziale	38	20
Punteggio totale	70	37

La Commissione giudicatrice inizia con la valutazione della proposta tecnica della ditta **Adria Med S.r.l.** (lotto n. 1) attribuendo alla stessa i seguenti giudizi:

LOTTO 1.A - Poppatoio sterile monouso	Punteggio Massimo	Punteggio attribuito
Praticità d'uso e maneggevolezza del prodotto	5	5
Ergonomia del poppatoio (accuratezza e visibilità della scala graduata, trasparenza)	10	8 I poppatoi presentano una buona visibilità
Rigidità del poppatoio che permetta la somministrazione del pasto in sicurezza	7	7
Tenuta della ghiera e resistenza alla spanatura	7	7
Confezionamento (resistenza della confezione, visibilità del prodotto, facilità di apertura)	3	3
Punteggio parziale	32	30





Lotto 1.B - Tettarella sterile monouso	Punteggio Massimo	Punteggio attribuito
Morbidezza e comfort	15	6 In generale le tettarelle risultano poco morbide e non trasparenti.
Praticità d'uso e maneggevolezza del prodotto (assemblaggio facile, sicuro e che eviti spandimenti)	5	4 Poca tenuta della capsula sulla tettarella
Variabilità del flusso	5	0 Nella tettarella a tre velocità, non essendo trasparente non è visibile la regolazione stessa.
Capsula (visibilità della scala graduata, tenuta, copertura della ghiera)	10	0 La capsula, non essendo trasparente, non consente la visibilità della scala graduata
Confezionamento (resistenza della confezione, visibilità del prodotto, facilità di apertura)	3	3
Punteggio parziale	38	13
Punteggio totale	70	43

La Commissione giudicatrice inizia con la valutazione della proposta tecnica della ditta Cair Italia S.r.l. (lotto n. 1) attribuendo alla stessa i seguenti giudizi:

LOTTO 1.A - Poppatoio sterile monouso	Punteggio Massimo	Punteggio attribuito
Praticità d'uso e maneggevolezza del prodotto	5	5
Ergonomia del poppatoio (accuratezza e visibilità della scala graduata, trasparenza)	10	10
Rigidità del poppatoio che permetta la somministrazione del pasto in sicurezza	7	7
Tenuta della ghiera e resistenza alla spanatura	7	7
Confezionamento (resistenza della confezione, visibilità del prodotto, facilità di apertura)	3	3
Punteggio parziale	32	32





Lotto 1.B - Tettarella sterile monouso	Punteggio Massimo	Punteggio attribuito
Morbidezza e comfort	15	15
Praticità d'uso e maneggevolezza del prodotto (assemblaggio facile, sicuro e che eviti spandimenti)	5	5
Variabilità del flusso	5	5
Capsula (visibilità della scala graduata, tenuta, copertura della ghiera)	10	8
Confezionamento (resistenza della confezione, visibilità del prodotto, facilità di apertura)	3	3
Punteggio parziale	38	36
Punteggio totale	70	68

La Commissione giudicatrice inizia con la valutazione della proposta tecnica della ditta **Cair Italia S.r.l.** (lotto n. 2 – unica offerente con prodotti ritenuti idonei) attribuendo alla stessa i seguenti giudizi:

Lotto 2.A Poppatoio sterile monouso per banca del latte	Punteggio Massimo	Punteggio attribuito
Praticità d'uso e maneggevolezza del prodotto	10	10
Ergonomia del poppatoio (accuratezza e visibilità della scala graduata, trasparenza)	20	20
Rigidità del poppatoio che permetta la somministrazione del pasto in sicurezza	15	15
Tenuta della ghiera e resistenza alla spanatura	15	15
Confezionamento (facilità di apertura, resistenza della confezione, visibilità del prodotto)	10	10
Punteggio totale	70	70

La Commissione giudicatrice, sulla base dell'attività valutativa sopra esposta, riepiloga i giudizi definitivi attribuiti alle ditte in gara e decide di procedere con la riparametrazione del punteggio complessivo esclusivamente delle sole ditte che hanno raggiunto un punteggio di 42/70, soglia di sbarramento prevista dall'art. 13 del disciplinare di gara:

LOTTO 1	DITTA ADRIA MED S.R.L.	DITTA CAIR ITALIA S.R.L.
PUNTEGGIO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE	44,26/70	70/70

LOTTO 2	DITTA CAIR ITALIA S.R.L.
PUNTEGGIO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE	70/70





Conclusa l'attività in parola, alle ore 16.30, la Commissione giudicatrice, avendo completato i propri lavori con l'attribuzione dei punteggi come su riportati, stabilisce di rassegnare al RUP i precedenti ed il presente verbale per l'assunzione dei successivi provvedimenti ed in particolare per l'apertura delle offerte.

Dott.ssa Pasqua Maria Loreta Piemontese

Piemontese

Dott.ssa Valentina Galbusera

Valentina Galbusera

Dott.ssa Anna Grazia Stefanelli

Stefanelli A. Grazia

