



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

SC Approvvigionamenti ed Economato – Direttore: Dott. Giorgio Riccardo Ruscica

Tel. 02 5503.8418

E-mail: acquisti@policlinico.mi.it | [pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it](mailto:approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it)

Atti 266/2023

Milano, 02.05.2024

FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO IN MICROPIASTRA PER L'ESECUZIONE DI TEST IMMUNOEMATOLOGICI PRETRASFUSIONALI E PER LA DIAGNOSTICA IMMUNOEMATOLOGICA DI PAZIENTI, DONNE GRAVIDE E DONATORI

CHIARIMENTO N. 2

Domanda 1: Allegato A.3 - Caratteristiche preferenziali - Caratteristiche strumentali Autonomia operativa degli strumenti offerti a pieno carico di reagenti (allegare simulazione).

Ai fini della comparazione completa, si chiede su quali profili va calcolata l'autonomia operativa.

Risposta 1: Al fine di una corretta valutazione si riportano di seguito i profili da considerare per il calcolo dell'autonomia operativa:

- 1) Gruppo ABO diretto e determinazione Rh (con 2 anti-D) + determinazione indiretta di gruppo ABO
- 2) Fenotipo Rh (con 1 clone)
- 3) Ricerca di anticorpi eritrocitari.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Riccardo Ruscica)

