



Atti 1189/2018 - all.7

Milano, 06.06.2018

OGGETTO: Richiesta di manifestazione d'interesse per la fornitura di kit per Peg tecnica tipo Pull (Peg pediatriche), occorrente alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico".

CHIARIMENTI

Domanda 1:

1) "...con la presente siamo a chiedere chiarimenti circa la vs richiesta di Kit per riparazione PEG: chiediamo cortesemente di specificare di quale materiale debba comporsi tale kit.

Risposta 1:

1) Materiale : Poliuretano.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Paolo Cassoli)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da: M. Colombo / M.N. Baroni

