

REGISTRAZIONE EXCEL

BLOCCATA AL 19/04/2023
FATTURA NON BLOCCATA AL
SBLOCCATA IL 19/04/2023

MESE: Aprile RICEZIONE
RICEVUTO:

- DATA CONSEGNA
- RICEZIONE IN ORACLE
- N° INVENTARIO
- COLLAUDO

ORDINE N°: 8326

DEL 13/03/2023

DITTA: Henry Schein Krugg Spa

REPARTO: Alfieri – Odonto, piano R e 1° piano

IMPORTO € 89.609,00 I.V.A. compresa

APPARECCHIATURA: N.5 riuniti

CONSEGNATO IL: 14/04/2023

COLLAUDATO IL: 12/04/2023

INVENTARIO: 208079 - 208080 - 208081 - 208120 - 208104

NOLEGGIO:

RICERCA:

GAEM:

ORACLE:

RISCATTO: €

NOTE: N.2 riuniti al piano R e n.3 riuniti al 1° piano



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Regione Lombardia

Sistema Sanitario Regionale Lombardia

Via Francesco Sforza, 28
 20122 Milano - Tel. 02/5503.1
 Codice Fiscale/Partita IVA 04724150968
 FORNITURA DA CONSEGNARE PRESSO:
 U.O.C. Ingegneria Clinica
 Via Comenda 9
 20122 Milano MI

Milano, 11
 ORDINE NUMERO 2023008326-rev0
 Data di stampa 13/03/2023

ATTI 286/2022 N. 5 RIUNITI ODONTIATRICI E N. 10 MANIPOLI ABLATORI per la SC CHIR. MAXILLO-FACCIAL

Riga Descrizione Vs.cod. Q.ta' P.u.(euro) Sconti IVA

1 RIUNITO BASE A3 PLUS 5 13.950,00000 Nr 22

CONTINENTAL codice HSK 890573, codice prod. 71HQ0000, COLORE N. 113 (BLU PACIFICO), COMPLETO DI ACCESSORI COME DA OFFERTA del 14.02.2023 (td. 20495608).
 cod.int.ASRDE A3PLUS AS1410

1 COLORE N. 113 BLU PACIFICO CIG 960359514E CUP C44E22000350002

2 R-ABLATORE MOD. U-PZ6 (E) ANTHOS CODICE HSK 862450 Nr 10 370,00000

CONDIZIONI COME DA OFFERTA del 14.02.2023 - CONSEGNA PREVIA ACCORDI CON ING. CLINICA TEL. 02.55034499 (ING. D AMBROSIO O SIG. TOGNI)

Impon. Euro 73.450,00 IVA Euro 16.159,00 Tot. Euro 89.609,00

merce resa franco ns. magazzino (merce depositata a terra)
 2023000113 PS Atti 0 (020410) Euro 89.609,00

Consegna della merce entro il
 Condizioni di cui ns. invito
 Condizioni di cui vs. offerta
 N. di richiesta interna : (1) .-420W27 (2) .-420W27

Il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica
 (Paolo Cassoli)

pratica trattata da : MERCURIO IC,

IMPORTANTE PER IL FORNITORE: dovrà essere presentata fattura per ogni singolo ordine citando per intero il numero della presente ordinazione.



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

VERBALE DI COLLAUDO TECNICO E MESSA IN SERVIZIO

IN CONTRADDITTORIO UNILATERALE

ATTI: 286/2022

OGGETTO DELL'APPALTO: Riuniti

IMPORTO DELL'APPALTO (IVA COMPRESA): € 89.609,00

DITTA FORNITRICE: Henry Schein Krugg Spa

FORNITORE ASS. TECNICA Henry Schein Krugg Spa

NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE: 2023008326 del 13/03/2023

CIG:960359514E

In riferimento alle seguenti apparecchiature oggetto dell'appalto in argomento

N. INV	N.SERIE	TIPOLOGIA	MODELLO	PRODUTTORE	UNITA' OPERATIVA	REPARTO	CDRCDC
208081	71HQ2504	Riunito	A3 Plus Continental	Cefla S.C.	Chirurgia maxillo-facciale	Odonto	420/W27
208080	71HQ2506	Riunito	A3 Plus Continental	Cefla S.C.	Chirurgia maxillo-facciale	Odonto	420/W27
208079	71HQ2502	Riunito	A3 Plus Continental	Cefla S.C.	Chirurgia maxillo-facciale	Odonto	420/W27
208120	71HA2503	Riunito	A3 Plus Continental	Cefla S.C.	Chirurgia maxillo-facciale	Odonto	420/W27
208104	71HQ2505	Riunito	A3 Plus Continental	Cefla S.C.	Chirurgia maxillo-facciale	Odonto	420/W27

Il sottoscritto Ing. Paolo Cassoli in qualità di Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, accertata:

- la corrispondenza con l'ordine e la completezza della documentazione tecnica Sì No
- la corrispondenza delle A.M.S. alle normative applicabili Sì No
- l'esecuzione dei controlli visivi e di sicurezza elettrica conformemente alle norme CEI 62-148 IEC EN 62353/CEI EN 61010-1 Sì No
- il verbale di installazione e collaudo della ditta fornitrice attestante il corretto e sicuro funzionamento delle suddette apparecchiature ed accessori/software ad esse connesse Sì No non applicabile
- la sottoscrizione del modulo P.03.095.M.05 da parte del Direttore dell'U.O. di destinazione o suo delegato che attesta l'affidamento delle apparecchiature sopra elencate



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

Riserve ai fini del successivo positivo collaudo:

DESCRIZIONE RISERVA	DEROGA CONCESSA (n. giorni e data di scadenza)

acquisiti i SEGUENTI pareri di competenza:

- Il Tecnico U.O.I.C.:

sig. GIOVANNI TOGNONI
Nome e Cognome

[Firma]
firma
- Il Responsabile dell'UO richiedente..... (.....)
Unità Operativa Cdr/Cdc

dott. GIANPAOLO BELLUCCI
Nome e Cognome

[Firma]
firma
- Per la Ditta (messa in servizio in contraddittorio):

sig. MARCO PULEO
Nome e Cognome

[Firma]
firma
- Altro (specificare): il Responsabile dell'UO..... CASSALA

sig. VALERIA FANTONI
Nome e Cognome

[Firma]
firma

AUTORIZZA

la messa in servizio delle apparecchiature su elencate.

Letto, confermato e sottoscritto in data 12/04/2023

Il Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica

Ing. Paolo Cassali

[Firma]



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

VERBALE DI COLLAUDO TECNICO E MESSA IN SERVIZIO



IN CONTRADDITTORIO



UNILATERALE

ATTI: Atti 286/2022

OGGETTO DELL'APPALTO: ...Riuniti odontoiatrici IMPORTO DELL'APPALTO (IVA COMPRESA): € 89.609,00

DITTA FORNITRICE: Henry Schein Krugg

FORNITORE ASS. TECNICA: Henry Schein Krugg

NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE: 2023008326 del 13/03/2023

CIG: 960359514E

In riferimento alle seguenti apparecchiature oggetto dell'appalto in argomento

N. INV	N.SERIE	TIPOLOGIA	MODELLO	PRODUTTORE	UNITA' OPERATIVA	REPARTO	CDRCDC
208097	2226941	CONTRANGOLO	ULTIMATE ANELLO ROSSO	BA LTD INTERNATIONAL	CARVERA MAXILLO-FACCIALE		
208098	2226942	"	ULTIMATE ANELLO ROSSO	BA LTD INTERNATIONAL	"		
208099	2226943	"	ULTIMATE ANELLO ROSSO	BA LTD INTERNATIONAL	"		
208100	2226940	"	ULTIMATE ANELLO ROSSO	BA LTD INTERNATIONAL	"		
208101	2226944	"	ULTIMATE ANELLO ROSSO	BA LTD INTERNATIONAL	"		
208107	2222117	CONTRANGOLO	ULTIMATE + ANELLO BLU	BA LTD INTERNATIONAL	"		
208108	2222119	"	ULTIMATE + ANELLO BLU	BA LTD INTERNATIONAL	"		
208109	2222120	"	ULTIMATE + ANELLO BLU	BA LTD INTERNATIONAL	"		
208110	2222121	"	ULTIMATE + ANELLO BLU	BA LTD INTERNATIONAL	"		
208111	2222118	"	ULTIMATE + ANELLO BLU	BA LTD INTERNATIONAL	"		
208096	2384169	TURBINA	BORA 2 LED	BIEN-AIR	"		
208095	2384170	"	BORA 2 LED	BIEN-AIR	"		
208094	2384176	"	BORA 2 LED	BIEN-AIR	"		
208093	2384173	"	BORA 2 LED	BIEN-AIR	"		
208092	2384174	"	BORA 2 LED	BIEN-AIR	"		



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

Il sottoscritto Ing. Paolo Cassoli in qualità di Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, accertata:

- la corrispondenza con l'ordine e la completezza della documentazione tecnica Sì No
- la corrispondenza delle A.M.S. alle normative applicabili Sì No
- l'esecuzione dei controlli visivi e di sicurezza elettrica conformemente alle norme CEI 62-148 IEC EN 62353/CEI EN 61010-1 Sì No
- il verbale di installazione e collaudo della ditta fornitrice attestante il corretto e sicuro funzionamento delle suddette apparecchiature ed accessori/software ad esse connesse Sì No non applicabile
- la sottoscrizione del modulo P.03.095.M.05 da parte del Direttore dell'U.O. di destinazione o suo delegato che attesta l'affidamento delle apparecchiature sopra elencate

Riserve ai fini del successivo positivo collaudo:

DESCRIZIONE RISERVA	DEROGA CONCESSA (n. giorni e data di scadenza)

acquisiti i SEGUENTI pareri di competenza:

- **Il Tecnico U.O.I.C.:**

sig.....
Nome e Cognome firma

- **Il Responsabile dell'UO richiedente**.....(.....)

Unità Operativa Cdr/CdC

dott.....
Nome e Cognome firma

- **Per la Ditta (messa in servizio in contraddittorio):**

sig.....
Nome e Cognome firma



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

VERIFICA: RQ LC
APPROVAZIONE: RUOC PC

VERBALE DI COLLAUDO TECNICO E MESSA IN SERVIZIO

IN CONTRADDITTORIO UNILATERALE

ATTI: Atti 286/2022

OGGETTO DELL'APPALTO: ...Riuniti odontoiatrici **IMPORTO DELL'APPALTO (IVA COMPRESA):** € 89.609,00

DITTA FORNITRICE: Henry Schein Krugg **FORNITORE ASS. TECNICA:** Henry Schein Krugg

NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE: 2023008326 del 13/03/2023 **CIG:** 960359514E

In riferimento alle seguenti apparecchiature oggetto dell'appalto in argomento

N. INV	N.SERIE	TIPOLOGIA	MODELLO	PRODUTTORE	UNITA' OPERATIVA	REPARTO	CDRCDC
208103	AMB0688	MICROMOTORI	I-MMR L	CEFLA SC	CH. MAXILLO-FACCIALE ODONTOIATRICA		
208105	AMB0700	"	I-MMR L	CEFLA SC	CH. MAXILLO-FACCIALE ODONTOIATRICA		
208107	AMB0697	"	I-MMR L	CEFLA SC	CH. MAXILLO-FACCIALE ODONTOIATRICA		
208113	AMB0696	"	I-MMR L	CEFLA SC	CH. MAXILLO-FACCIALE ODONTOIATRICA		
208114	AMB0703	"	I-MMR L	CEFLA SC	CH. MAXILLO-FACCIALE ODONTOIATRICA		
208112	AADN0725	ABLATORI	U-P26	CEFLA SC	CH. MAXILLO-FACCIALE ODONTOIATRICA		
208115	AADN0723	"	U-P26	CEFLA SC	CH. MAXILLO-FACCIALE ODONTOIATRICA		
208102	AADN0726	"	U-P26	CEFLA SC	CH. MAXILLO-FACCIALE ODONTOIATRICA		
208106	AADN0722	"	U-P26	CEFLA SC	CH. MAXILLO-FACCIALE ODONTOIATRICA		
208078	AADN0724	"	U-P26	CEFLA SC	CH. MAXILLO-FACCIALE ODONTOIATRICA		





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

Il sottoscritto Ing. Paolo Cassoli in qualità di Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, accertata:

- la corrispondenza con l'ordine e la completezza della documentazione tecnica Sì No
- la corrispondenza delle A.M.S. alle normative applicabili Sì No
- l'esecuzione dei controlli visivi e di sicurezza elettrica conformemente alle norme CEI 62-148 IEC EN 62353/CEI EN 61010-1 Sì No
- il verbale di installazione e collaudo della ditta fornitrice attestante il corretto e sicuro funzionamento delle suddette apparecchiature ed accessori/software ad esse connesse Sì No non applicabile
- la sottoscrizione del modulo P.03.095.M.05 da parte del Direttore dell'U.O. di destinazione o suo delegato che attesta l'affidamento delle apparecchiature sopra elencate

Riserve ai fini del successivo positivo collaudo:

DESCRIZIONE RISERVA	DEROGA CONCESSA (n. giorni e data di scadenza)

acquisiti i SEGUENTI pareri di competenza:

- **Il Tecnico U.O.I.C.:**
 sig.....
 Nome e Cognome firma
- **Il Responsabile dell'UO richiedente**..... (.....)
 Unità Operativa Cdr/CdC
 dott.....
 Nome e Cognome firma
- **Per la Ditta (messa in servizio in contraddittorio):**
 sig.....
 Nome e Cognome firma





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

VERIFICA: RQ LC
APPROVAZIONE: RUOC PC

VERBALE DI COLLAUDO TECNICO E MESSA IN SERVIZIO



IN CONTRADDITTORIO



UNILATERALE

ATTI: Atti 286/2022

OGGETTO DELL'APPALTO: ...Riuniti odontoiatrici IMPORTO DELL'APPALTO (IVA COMPRESA): € 89.609,00

DITTA FORNITRICE: Henry Schein Krugg

FORNITORE ASS. TECNICA: Henry Schein Krugg

NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE: 2023008326 del 13/03/2023

CIG: 960359514E

In riferimento alle seguenti apparecchiature oggetto dell'appalto in argomento

N. INV	N.SERIE	TIPOLOGIA	MODELLO	PRODUTTORE	UNITA' OPERATIVA	REPARTO	CDRCDC
208072	22746720	MANIPOLO	BA 280	B.A. LTD INTERNATIONAL	ODONTOIATRIA		
208073	22746792	"	BA 280	B.A. LTD INTERNATIONAL	"		
208074	22746791	"	BA 280	B.A. LTD INTERNATIONAL	"		
208075	22746799	"	BA 280	B.A. LTD INTERNATIONAL	"		
208076	22746522	"	BA 280	B.A. LTD INTERNATIONAL	"		
208082	AADNφ279	ABLATORS	UP26	CEFLA SC	"		
208083	AADNφ406	"	U-P26	CEFLA SC	"		
208084	AADNφ421	"	U-P26	CEFLA SC	"		
208085	AADNφ414	"	U-P26	CEFLA SC	"		
208086	AADNφ280	"	U-P26	CEFLA SC	"		
208087	AADNφ419	"	U-P26	CEFLA SC	"		
208088	AADNφ396	"	U-P26	CEFLA SC	"		
208089	AADNφ386	"	U-P26	CEFLA SC	"		
208090	AADNφ395	"	U-P26	CEFLA SC	"		
208091	AADNφ393	"	U-P26	CEFLA SC	"		





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

Il sottoscritto Ing. Paolo Cassoli in qualità di Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, accertata:

- la corrispondenza con l'ordine e la completezza della documentazione tecnica Sì No
- la corrispondenza delle A.M.S. alle normative applicabili Sì No
- l'esecuzione dei controlli visivi e di sicurezza elettrica conformemente alle norme CEI 62-148 IEC EN 62353/CEI EN 61010-1 Sì No
- il verbale di installazione e collaudo della ditta fornitrice attestante il corretto e sicuro funzionamento delle suddette apparecchiature ed accessori/software ad esse connesse Sì No non applicabile
- la sottoscrizione del modulo P.03.095.M.05 da parte del Direttore dell'U.O. di destinazione o suo delegato che attesta l'affidamento delle apparecchiature sopra elencate

Riserve ai fini del successivo positivo collaudo:

DESCRIZIONE RISERVA	DEROGA CONCESSA (n. giorni e data di scadenza)

acquisiti i SEGUENTI pareri di competenza:

- **Il Tecnico U.O.I.C.:**
 sig.....
 Nome e Cognome firma
- **Il Responsabile dell'UO richiedente**.....(.....)
 Unità Operativa _Cdr/CdC
 dott.....
 Nome e Cognome firma
- **Per la Ditta (messa in servizio in contraddittorio):**
 sig.....
 Nome e Cognome firma



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

SCHEDA DI RACCOLTA DATI TECNICI, ECONOMICI CON VERIFICHE ELETTRICHE E VISIVE

PADIGLIONE Alferi PIANO R CdR/CdC 420, W27

U.O. Chirurgia Maxillo-facciale C.D.C. odont

APPARECCHIO PIUNTO CIVAB

PRODUTTORE CEFLA S.C.

MODELLO A3 PLUS CONTINENTAL SERIE 21492503 / 21492505

INVENTARIO 208120 - 208104 ACC. DI

ORDINE N° 2023008326 DATA ORD. 13 / 03 / 2023

DITTA FORNITRICE Henry Schein KWOG DITTA MANUTENTRICE Henry Schein KWOG

VALORE CON IVA € 89.609,00 PROPRIETA' Ospedale Università Altro

FORMA PRESENZA Service Comodato d'uso Donazione Università Noleggio Acquisto

E' PRESENTE
Manuale d'uso Si No
Manuale Tecnico Si No
Schemi Tecnici Si No

APPARECCHIATURA Elettromedicale Medica Da Laboratorio

CERTIFICAZIONI IMQ VDE TUV CE CE Dispositivo Medico Auto Certificazione

CLASSIFICAZIONE: REGOLAMENTO UE 2017/745 DISPOSITIVI MEDICI I IIA IIB III
 REGOLAMENTO UE 2017/746 IVD

CLASSE CEI I II Alimentazione Interna TIPO CEI B BF BF protetto CF CF protetto

NORME DI RIFERIMENTO IEC EN 60601-1

PRESENZA DI PARTI APPLICATE Si No N° 5 TIPO B

ALIMENTAZIONE Interna Esterna CAVO SEPARABILE Si No CONNESSIONE Permanente A spina

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 240V AC DC POTENZA 10 W VA A

TIPO Stagno all'immersione Comune Protetto contro lo stillicidio Protetto contro lo spruzzo

NOTE completi di attacchi UNIFIX - LOT: 216, 22B, 22E, 21H, 21K (TOT n° 5)
Ref: 1600363-001



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

VERIFICA: RQ LC
APPROVAZIONE: RUOC PC

VERIFICA VISIVA

OGGETTO DEL CONTROLLO	ok	non ok	non applicabile	NOTE
Integrità telaio - Involucro	X			
Protezione parti in movimento	X			
Presenza maniglie	X			
Parti in pressione (esterne)			X	
Serigrafie dei dispositivi di controllo, sicurezza e comandi	X			
Integrità dispositivi di controllo, sicurezza e comandi (spie) - (display) - (spine) - (prese) (interruttori) (portafusibili) (differenziali)...	X			
Cavo alimentazione			X	
Blocca cavo - Passacavo			X	
Portata adeguata dei fusibili (se esterni)	X			1 x T10A
Ruote - Freni - Slitte.....			X	
Filtri esterni (acqua) (aria) (olio).....	X			
Dati di targa	X			

VERIFICA ELETTRICA DI SICUREZZA SECONDO CEI 62-148 IEC EN 62353 / CEI EN 61010-1

ANALIZZATORE UTILIZZATO

- FLUKE, ESA 615, inv. 203010, calibrato il _____
 BIO-TEK, 601 PRO Series XL, inv.095454, calibrato il 10-10-2022

VERIFICA ESEGUITA PRESSO

- Locale ad uso medico Laboratorio Officina

I RISULTATI DEL TEST SONO ALLEGATI ALLA PRESENTE

- Si No

SE NON SONO ALLEGATI INDICARE IL MOTIVO _____

EVENTUALI NOTE

DATA MESSA IN SERVIZIO 12 / 04 / 2023
 GARANZIA 12 / 04 / 2025

SCADENZA _____

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA
 Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
 Tel. 02 5503.1 - www.policlinico.mi.it - CF e P.I. 04724150968



Tenore Carlo F...

Polo di ricerca, cura
e formazione universitaria



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

SCHEDA DI RACCOLTA DATI TECNICI, ECONOMICI CON VERIFICHE ELETTRICHE E VISIVE

PADIGLIONE ACFIERI PIANO 1° Cdr/Cdc 420, w27

U.O. CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE C.D.C. ODONTO

APPARECCHIO RUNITO DENTISTICO CIVAB ROEANT A3

PRODUTTORE CEFLA S.C. (ANTHOS)

MODELLO A3 PLUS COMPACTAL SERIE 71HQ2502 / 71HQ2506 / 71HQ2504

INVENTARIO 208079-208080-208081 ACC. DI //

ORDINE N° 2023008326 DATA ORD. 13 / 03 / 2023

DITTA FORNITRICE HENRY SEHIN KENGG DITTA MANUTENTRICE HENRY SEHIN KENGG

VALORE CON IVA € 89.609,00 PRORIETA' Ospedale Università Altro

FORMA PRESENZA Service Comodato d'uso Donazione Università Noleggio Acquisto

E' PRESENTE
Manuale d'uso Si No
Manuale Tecnico Si No
Schemi Tecnici Si No

APPARECCHIATURA Elettromedicale Medica Da Laboratorio

CERTIFICAZIONI IMQ VDE TUV CE CE Dispositivo Medico Auto Certificazione

CLASSIFICAZIONE: REGOLAMENTO UE 2017/745 DISPOSITIVI MEDICI I IIA IIB III
 REGOLAMENTO UE 2017/746 IVD

CLASSE CEI I II Alimentazione Interna TIPO CEI B BF BF protetto CF CF protetto

NORME DI RIFERIMENTO IECEN CEI 601.1

PRESENZA DI PARTI APPLICATE Si No N° 5 TIPO B

ALIMENTAZIONE Interna Esterna CAVO SEPARABILE Si No CONNESSIONE Permanente A spina

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 240V AC DC POTENZA 10 W VA A

TIPO Stagno all'immersione Comune Protetto contro lo stillicidio Protetto contro lo spruzzo

NOTE Componenti di attacchi UNIFIX - lot: 216, 22B, 22E, 21H, 21K (TOT 15)
REF: 1600363 - 001





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

VERIFICA VISIVA

OGGETTO DEL CONTROLLO	ok	non ok	non applicabile	NOTE
Integrità telaio - Involucro	X			
Protezione parti in movimento	X			
Presenza maniglie	X			
Parti in pressione (esterne)			X	
Serigrafie dei dispositivi di controllo, sicurezza e comandi	X			
Integrità dispositivi di controllo, sicurezza e comandi (spie) - (display) - (spine) - (prese) (interruttori) (portafusibili) (differenziali)...	X			
Cavo alimentazione			X	
Blocca cavo - Passacavo			X	
Portata adeguata dei fusibili (se esterni)	X			1 x T 10A
Ruote - Freni - Slitte.....			X	
Filtri esterni (acqua) (aria) (olio).....	X			
Dati di targa	X			

VERIFICA ELETTRICA DI SICUREZZA SECONDO CEI 62-148 IEC EN 62353 / CEI EN 61010-1

ANALIZZATORE UTILIZZATO

FLUKE, ESA 615, inv. 203010, calibrato il _____
 BIO-TEK, 601 PRO Series XL, inv.095454, calibrato il 10-10-2022

VERIFICA ESEGUITA PRESSO

Locale ad uso medico Laboratorio Officina

I RISULTATI DEL TEST SONO ALLEGATI ALLA PRESENTE

Si No

SE NON SONO ALLEGATI INDICARE IL MOTIVO _____

EVENTUALI NOTE

DATA MESSA IN SERVIZIO 12 / 04 / 2023
 GARANZIA 12 / 04 / 2025

SCADENZA _____

Tecnico caio pentoy

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA
 Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
 Tel. 02 5503.1 - www.policlinico.mi.it - CF e P.I. 04724150968

Polo di ricerca, cura
e formazione universitaria



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

ATTESTATO DI FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ALL'UTILIZZO DI AMS

ATTI:

OGGETTO DELL'APPALTO: Riuniti odontoiatrici

IMPORTO DELL'APPALTO (IVA COMPRESA): € 89.609,00

DITTA FORNITRICE: Henry Schein Krugg

FORNITORE ASS. TECNICA: Henry Schein Krugg

NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE: ...2023008326 del 13/03/2023.... CIG: 960359514E

Il sottoscritto

DICHIARA

che in data 14/04 - 21/04 sono state correttamente istruite ed addestrate all'uso delle seguenti apparecchiature ed accessori/software ad esse connessi

N. INVENTARIO	N. SERIE	TIPOLOGIA	MODELLO	PRODUTTORE
208079		RUNITO DENTISTICO	A3	CEFLA SC
208030		RUNITO DENTISTICO	A3	CEFLA SC
208081		RUNITO DENTISTICO	A3	CEFLA SC
208120		RUNITO DENTISTICO	A3	CEFLA SC
208104		RUNITO DENTISTICO	A3	CEFLA SC



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

le persone sotto elencate

NOME	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
IDA ALBINA	DI PIERRO	25490	<i>Albina Di Pierro</i>
SABRINA	SOGLIA	29804	<i>Sabrina Soglia</i>
TIZIANA	RUSSO	29729	<i>Tiziana Russo</i>
ANTONietta	DI PALMA	22888	<i>Antonietta Di Palma</i>
CINZIA	LANZUISE		
GIUSEPPE	LANZA		
CRISTINA	ALBANESE	29814	<i>Cristina Albanese</i>
DONATA	CEA	31452	<i>Donata Cea</i>
ANGELA	ARCIDIACONO		
VALERIA	FANTONI	29923	<i>Valeria Fantoni</i>
GIONANA	Bellucci	29860	<i>Gionana Bellucci</i>
ANGELA	ARCIDIACONO	27536	<i>Angela Arcidiacono</i>
MARCO	GHEZZI	32793	<i>Marco Ghezzi</i>
GIUSEPPE	LANZA	21675	<i>Giuseppe Lanza</i>
MYRIAM	NEGA		
CINZIA	LANZUISE	25675	<i>Cinzia Lanzuise</i>
FABIO	MORGAN	26605	<i>Fabio Morgan</i>
MESSINA	SALVATORE	23933	<i>Messina Salvatore</i>
MARIA-TERESA	FERRI	24422	<i>Maria-Teresa Ferri</i>
CECILIA	ROSSI	24665	<i>Cecilia Rossi</i>
A. GIUSIA	CECCIANI	25459	<i>A. Giusia Cecciani</i>

Letto, confermato e sottoscritto in data 14/04/2023

MARIAH STANCU
COPPA ANNITA

30553
3108

Luca Polli
h

Docente

Nome e Cognome LUCA POLLI

Firma *Luca Polli*





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

RESPONSABILITA' DI GESTIONE, CURA E CUSTODIA DELL'APPARECCHIATURA AFFIDATA

Il sottoscritto/a (Cognome).....**Bellucci**.....(Nome).....**Gionata**.....Direttore dell'U.O
CdR/CdC.....**Chirurgia maxillo-facciale**....., in qualità di affidatario delle apparecchiature e
relativi accessori specificati nella documentazione di collaudo allegata alla presente dichiarazione, presa visione e
conoscenza del codice etico e di comportamento dei dipendenti formalizzato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Ca' Granda n. 140 del 26/04/2018,

DICHIARA

- di ricevere e prendere in carico i beni suindicati di cui all'ordine/delibera/determina n.....**2023008326**.....del.....**13/03/2023**.....;
- di essere responsabile dei beni ricevuti in custodia e di curare con diligenza la conservazione e l'utilizzo appropriato ed efficiente degli stessi fino a che non saranno stati formalmente messi fuori uso e cancellati dall'inventario dei cespiti ospedaliari;
- di delegare la gestione della corretta conservazione e custodia dei beni in argomento al sig./sig.ra/dr./dr.ssa (Cognome)..... (Nome).....
- di delegare, se del caso, la gestione della corretta sanificazione/disinfezione/sterilizzazione (Reprocessing) dei beni in argomento al sig./sig.ra/dr./dr.ssa (Cognome)..... (Nome).....
- di delegare la gestione del corretto utilizzo dei beni in argomento al sig./sig.ra/dr./dr.ssa (Cognome)..... (Nome).....

Data... **14/09/2023**

Firma per accettazione dell'incarico

Il delegato alla gestione della conservazione e custodia

.....

Il delegato alla gestione del reprocessing

.....

Il delegato alla gestione del corretto utilizzo

.....

X **Il Direttore dell'UO**
Gionata Bellucci



