

BLOCCATA AL 20/03/2023
FATTURA NON BLOCCATA AL
SBLOCCATA IL ... 21/03/2023

REGISTRAZIONE EXCEL
DATA CONSEGNA
RICEZIONE IN ORACLE
N° INVENTARIO
COLLAUDO

RICEZIONE
MESE: MARZO
RICEVUTO:

ORDINE N°: 5678 DEL 16/02/2023

DITTA: LIFE TECHNOLOGIES

**REPARTO: FISIOPATOLOGIA DELLE ANEMIE
LABORATORIO**

IMPORTO € 72431,40 I.V.A. compresa

APPARECCHIATURA: ELETTROFORESI CAPILLARE

CONSEGNA IL: 27/10/2023 COLLAUDATO IL: 23/03/2023

INVENTARIO: 214448 APP. x elettroforesi - 214449 referenz

NOLEGGIO: RICERCA:

GAEM: ORACLE: RISCATTO: €

NOTE:



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Milano, li 16/02/2023
ORDINE NUMERO 2023005678-rev0
Data di stampa 16/02/2023

Via Francesco Sforza, 28
0122 Milano - Tel. 02/5503.1
Codice Fiscale/Partita IVA 04724150968

FORNITURA DA CONSEGNARE PRESSO:

U.O.C. Ingegneria Clinica
Via Commenda 9
0122 Milano MI

Spett.
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA fil L Cod. 22997
Via G. B. Tiepolo, 18
20090 MONZA
Fax () 039/8389492

ATTI 432/22 N. 1 APPARECCHIO PER ELETTROFORESI CAPILLARE per LA SS FISIOPATOLOGIA DELLE ANEMIE, I
Riga Descrizione Vs.cod. Q.ta' P.u.(euro) Sconti IV

Riga Descrizione	Vs.cod.	Q.ta'	P.u.(euro)	Sconti	IV
ELETTROFORESI CAPILLARE		1	59.370,00000		2
MOD. SEQSTUDIO GENETIC		Nr			
ANALYZER COD. A35645					

Cod.int.ASEFC AS1410

CIG 9562856E67

CONDIZIONI COME DA OFFERTA N. S4941180 PRATICA N. 67482 DEL 24/01/2023 - CONSEGNA PREVI
ACCORDI CON ING. CLINICA TEL. 02.55034499 (ING. D AMBROSIO O SIG. TOGNI)

Impon. Euro 59.370,00	IVA Euro 13.061,40	Tot. Euro 72.431,40
-----------------------	--------------------	---------------------

Merce resa franco ns. magazzino (merce depositata a terra)

022004206 PS Atti 0 (020410) Euro 72.431,40

Consegna della merce entro il
Condizioni di cui ns.invito .
Condizioni di cui vs.offerta .

N. di richiesta interna : (1) .-175LB7

Il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica
(Paolo Cassoli)

Pratica trattata da : Giovanna Mercurio,

IMPORTANTE PER IL FORNITORE: dovrà essere presentata fattura per ogni singolo ordine citando pe-
ntero il numero della presente ordinazione.



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

SCHEDA DI RACCOLTA DATI TECNICI, ECONOMICI CON VERIFICHE ELETTRICHE E VISIVE

PADIGLIONE MANGIAGALLI PIANO PT CdR/CdC 175 / LB7
 U.O. EMATOLOGIA C.D.C. LABORATORIO DIAGNOSI ALLE ANEMIE
 APPARECCHIO AR x Elettrofisiologia CARINAS CIVAB EFCLOGSS
 PRODUTTORE THEIRMO RShee - Life Technologies HOLDINGS PTE LTD
 MODELLO SEA STUDIO SERIE 232003066
 INVENTARIO 24648 ACC. DI //
 ORDINE N° 2023005678 DATA ORD. 16 / 02 / 2023
 DITTA FORNITRICE Life Technologies DITTA MANUTENTRICE LIFE TECHNOLOGIES
 VALORE CON IVA € 72.631,40 PROPRIETA' Ospedale Università Altro _____
 FORMA PRESENZA Service Comodato d'uso Donazione Università Noleggio Acquisto
 E' PRESENTE Manuale d'uso Si No
 Manuale Tecnico Si No
 Schemi Tecnici Si No
 APPARECCHIATURA Elettromedicale Medica Da Laboratorio
 CERTIFICAZIONI IMQ VDE TUV CE CE Dispositivo Medico Auto Certificazione
 CLASSIFICAZIONE: REGOLAMENTO UE 2017/745 DISPOSITIVI MEDICI I IIA IIB III
 REGOLAMENTO UE 2017/746 IVD
 CLASSE CEI I II Alimentazione Interna TIPO CEI B BF BF protetto CF CF protetto
 NORME DI RIFERIMENTO IEC 1010
 PRESENZA DI PARTI APPLICATE Si No N° _____ TIPO _____
 ALIMENTAZIONE Interna Esterna CAVO SEPARABILE Si No CONNESSIONE Permanente A spina
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 240 AC DC POTENZA 400 W VA A
 TIPO Stagno all'immersione Comune Protetto contro lo stillicidio Protetto contro lo spruzzo
 NOTE PRESENTE PC LAPTOP 24648 con lettore CD esterno



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

RESPONSABILITA' DI GESTIONE, CURA E CUSTODIA DELL'APPARECCHIATURA AFFIDATA

Il sottoscritto/a (Cognome) BARCELLINI (Nome) WILMA Direttore dell'U.O CdR/CdC.....Ematologia, laboratorio diagnosi anemie....., in qualità di affidatario delle apparecchiature e relativi accessori specificati nella documentazione di collaudo allegata alla presente dichiarazione, presa visione e conoscenza del codice etico e di comportamento dei dipendenti formalizzato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Ca' Granda n. 140 del 26/04/2018,

DICHIARA

- di ricevere e prendere in carico i beni suindicati di cui all'ordine/delibera/determina n.....2023005678.....del.....16/02/2023.....;
- di essere responsabile dei beni ricevuti in custodia e di curare con diligenza la conservazione e l'utilizzo appropriato ed efficiente degli stessi fino a che non saranno stati formalmente messi fuori uso e cancellati dall'inventario dei cespiti ospedalieri;
- di delegare la gestione della corretta conservazione e custodia dei beni in argomento al sig./sig.ra/dr./dr.ssa (Cognome).....BLANCHI..... (Nome).....PAOLA.....
- di delegare, se del caso, la gestione della corretta sanificazione/disinfezione/sterilizzazione (Reprocessing) dei beni in argomento al sig./sig.ra/dr./dr.ssa (Cognome).....BLANCHI..... (Nome).....PAOLA.....
- di delegare la gestione del corretto utilizzo dei beni in argomento al sig./sig.ra/dr./dr.ssa (Cognome).....BLANCHI..... (Nome).....PAOLA.....

Data.....23/03/2023.....

Firma per accettazione dell'incarico

Il delegato alla gestione della conservazione e custodia

.....Blanchi.....

Il delegato alla gestione del reprocessing

.....Blanchi.....

Il delegato alla gestione del corretto utilizzo

.....Blanchi.....

Il Direttore dell'UO

.....Blanchi.....
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O.S. FISIOPATOLOGIA DELLE ANEMIE
DOTT.SSA WILMA BARCELLINI





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Ingegneria Clinica

VERBALE DI COLLAUDO TECNICO E MESSA IN SERVIZIO



IN CONTRADDITTORIO



UNILATERALE

ATTI.....432/2022

OGGETTO DELL'APPALTO: Apparecchio per elettroforesi..... IMPORTO DELL'APPALTO (IVA COMPRESA):€ 72.431,40.....

DITTA FORNITRICE:Life Technologies..... FORNITORE ASS. TECNICA..... Life Technologies

NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE:2023005678 del 16/02/2023..... CIG:.....9562856E67.....

In riferimento alle seguenti apparecchiature oggetto dell'appalto in argomento

N. INV	N.SERIE	TIPOLOGIA	MODELLO	PRODUTTORE	UNITA' OPERATIVA	REPARTO	CDRCDC
214648	232003066	Apparecchio per elettroforesi	Sel studio	Thermo Fisher Life Technologies Holding Inc US	Ematologia	Laboratorio diagnosi anemie	175/LB7
214649	Jc9XDS	PC-LAPTOP	P80F	DELL	"	"	A5/CB

Il sottoscritto Ing. Paolo Cassoli in qualità di Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, accertata:

- la corrispondenza con l'ordine e la completezza della documentazione tecnica Sì No
- la corrispondenza delle A.M.S. alle normative applicabili Sì No
- l'esecuzione dei controlli visivi e di sicurezza elettrica conformemente alle norme CEI 62-148 IEC EN 62353/CEI EN 61010-1 Sì No
- il verbale di installazione e collaudo della ditta fornitrice attestante il corretto e sicuro funzionamento delle suddette apparecchiature ed accessori/software ad esse connesse Sì No non applicabile
- la sottoscrizione del modulo P.03.095.M.05 da parte del Direttore dell'U.O. di destinazione o suo delegato che attesta l'affidamento delle apparecchiature sopra elencate

