



Atti 1250/2018 - all.18

Milano, 20 GIU. 2018

OGGETTO: indagine di mercato per la fornitura di mezzi di osteosintesi per terzo medio facciale – terzo inferiore facciale occorrenti all'UOC Maxillofacciale ed Odontostomatologia.

CHIARIMENTI

Domanda 1:

".....siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: Sistema osteosintesi terzo medio facciale - Punto 3: viene richiesta placca spessore 0.7 mm - si richiede la possibilità di offrire placca spessore 0.6 mm - Punto 5: viene richiesta placca spessore 0.7 mm - si richiede la possibilità di offrire placca spessore 0.6 mm - Punto 6: viene richiesta vite \varnothing 1.5 si richiede la possibilità di offrire vite \varnothing 1.6 e 2.0 - Punto 6c: vengono richieste lunghezze di emergenza mm 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18 - si richiede la possibilità di offrire lunghezze di emergenza mm 3-5-7 - Sistema osteosintesi terzo inferiore facciale - Punto 2: viene richiesta placca spessore 1.25 mm - si richiede la possibilità di offrire placca spessore 1.00 mm - Punto 7: viene richiesta placca spessore 2.80 mm - si richiede la possibilità di offrire placca spessore 2.50 mm - Punto 9a: viene richiesta vite \varnothing 1.5 - si richiede la possibilità di offrire vite \varnothing 2.0 \varnothing 2.3 \varnothing 2.7."

Risposta 1:

Risposta affermativa per tutti i quesiti sopra riportati.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Paolo Cassoli)

