



Atti 787/2018 - all. 60

Milano, 29 GIU. 2018

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SIRINGHE PER EMOGASANALISI OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO", PER IL PERIODO DI 12 MESI, IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE ARCA.

CHIARIMENTI n. 1 e 2

Domanda 1): Si chiede conferma che nel lotto 2 è possibile offrire siringhe con CND A020199.

Risposta 1): E' possibile offrire prodotti con CND A020199, purché tali dispositivi siano rispondenti alle caratteristiche tecniche minime e alla destinazione d'uso richieste nella lettera di invito, siano conformi alla normativa vigente e siano dotati di marchio CE ai sensi della direttiva 93/42/CE.

Domanda 2): Si chiede conferma che la dicitura "filtro idrofobico", presente nelle caratteristiche minime, si riferisca allo stantuffo e non al tappo di conservazione.

Risposta 2): Il filtro idrofobico richiesto è presente sul sistema di espulsione delle bolle d'aria, che funziona anche come tappo di conservazione (il prodotto in uso è dotato di un tappo dotato di membrana in PTFE).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Paolo Cassoli)

PROCEDIMENTO PRESSO U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da: M. Colombo/ F. Lodigiani