



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

SC Ingegneria Clinica - Direttore: Ing. Paolo Cassoli

Tel. 02 5503.8417

E-mail: paolo.cassoli@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it

Atti 1.6.03/2008-1141 All. 32 PC/kc

Milano, 04/03/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU STRUMENTI VIDEOENDOSCOPICI INSTALLATI PRESSO VARI REPARTI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.

1

Oggetto: Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica su strumenti videoendoscopici installati presso vari reparti della Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Destinazione: Il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica deve essere eseguito sugli strumenti videoendoscopici di seguito riportati:

Apparecchiatura	Modello
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-1870K
VIDEOBRONCOSCOPIO	EB-1570K
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-3490K
VIDEOCOLONSCOPIO	EC-3490FK
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-2790K
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-2790K
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-1690K
VIDEOCOLONSCOPIO	EC-3490FK
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-2490K
VIDEOECOGASTROSCOPIO	EG-3870UTK
VIDEOGASTROSCOPIO	EG29-I10/P
VIDEOCOLONSCOPIO	EC38-I10L/P
VIDEOCOLONSCOPIO	EC38-I10L/P
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-3490K
VIDEOGASTROSCOPIO	EG29-I10/P
VIDEOGASTROSCOPIO	EG29-I10/P
VIDEOCOLONSCOPIO	EC-3490TLI
VIDEOCOLONSCOPIO	EC38-I10L/P
VIDEOGASTROSCOPIO	EG 3490K
VIDEOGASTROSCOPIO	EG 3490K
VIDEODUODENOSCOPIO	ED 34-I10T2
VIDEODUODENOSCOPIO	ED 34-I10T2
VIDEODUODENOSCOPIO	ED34-I10T2
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-29-i10
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-34-I10





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

SC Ingegneria Clinica - Direttore: Ing. Paolo Cassoli

Tel. 02 5503.8417

E-mail: paolo.cassoli@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it

VIDEOCOLONSCOPIO	EC-38-i10L
VIDEOCOLONSCOPIO	EC-38-i10L
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-29-i10
VIDEOCOLONSCOPIO	EC-38-i10L
VIDEOCOLONSCOPIO	EC34-I10L
VIDEOCOLONSCOPIO	EC34-I10L
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-29-i10
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-34-I10
VIDEOGASTROSCOPIO	EG-17-J10
VIDEOECOGASTROSCOPIO	EG38-J10UT

Requisiti minimi:

Il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dovrà garantire quanto di seguito meglio specificato:

- intervento entro massimo 8 ore lavorative;
- tempo massimo di fermo macchina <20 gg/anno;
- mp e vse come da indicazioni del fabbricante;
- obbligo di fornire "apparecchiature muletto" al fine di garantire la continuità del servizio per tutti i modelli oggetto dell'appalto;
- disponibilità a fornire corsi di formazione al personale;
- riparazioni per danni accidentali dovuti al normale uso clinico (morsicatura, foratura della guaina se strumento non infiltrato,...)
- n° 6 riparazioni all'anno per danni esclusi da contratto (infiltrazione, urti,...) indipendentemente dall'importo della riparazione;
- utilizzo di parti di ricambio originali;

Documentazione a corredo:

- Dichiarazione firmata digitalmente dalla quale risulti se la società partecipante è produttrice e/o rivenditrice e/o esclusivista dell'apparecchiatura oggetto di manutenzione;





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

SC Ingegneria Clinica - Direttore: Ing. Paolo Cassoli

Tel. 02 5503.8417

E-mail: paolo.cassoli@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it

- Descrizione del servizio di assistenza tecnica con particolare riferimento a logistica, magazzino parti di ricambio, personale (numerosità, formazione specifica sulle apparecchiature in oggetto), muletti (disponibilità sia in termini di modello che di numerosità);
- Protocolli e/o check list utilizzate per l'esecuzione di manutenzioni correttive e preventive;
- Canone annuo di riferimento per ogni strumento ricompreso in elenco. Si precisa che per "canone" **deve** intendersi il prezzo medio offerto alle strutture ospedaliere. Detta quotazione economica presentata su apposito prospetto, è valida unicamente al solo fine di indagine di mercato e pertanto non è impegnativa e vincolante per questa Fondazione IRCCS.

3

Si precisa inoltre, che l'importo da riportare sulla piattaforma Sintel è pari a € 1,00000.

Per partecipare alla presente indagine è necessario presentare la propria proposta tramite il Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall'indirizzo www.aria.regione.lombardia.it.

Quanto sopra dovrà pervenire entro:

LE ORE 10:00 DEL GIORNO 20 MARZO 2024

Il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse; la presente indagine non vincola in alcun modo la Fondazione IRCCS e le manifestazioni di interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 79 e del dell'allegato II.5 comma 8 del d.lgs. 36/2023, l'offerente, ove necessario, deve dimostrare nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SC INGEGNERIA CLINICA
(ing. Paolo Cassoli)

Procedimento presso SC Ingegneria Clinica
Responsabile Unico del Progetto: ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da: ing. Katuscia Carota
Tel. 02/5503.8212 – fax 02/58306067
e-mail: katuscia.carota@policlinico.mi.it
pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it

