



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica - Direttore: Ing. Gianpaolo Valente
Tel. 02 55035925
mail: acquisti@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it

14 FEB. 2019

Atti 1382/2017 - all. 68)

Milano, 04.02.2019

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA, PER 60 MESI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO (AMMINISTRAZIONE CAPOFILIA) E ALLE SEGUENTI AZIENDE AGGREGATE: ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, ASST NORD MILANO, ASST LODI E ASST RHODENSE

VERBALE DI ESITO DELLE VALUTAZIONI TECNICHE

A seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in raffronto alle specifiche tecniche richieste dalla regola di gara, sono emerse le risultanze che si vanno di seguito ad elencare.

LOTTO 1: SET PER BIOPSIA ENDOMETRIALE SENZA ANESTESIA - METODICA VABRA - MISURE 3MM, 4MM E 5MM.

Ditte offerenti: CONFERTA S.r.l..

Esito della valutazione tecnica:

Il prodotto della ditta CONFERTA S.r.l. **non risulta conforme** in quanto, a seguito di prova d'uso sulla campionatura presentata dalla ditta stessa, i sanitari hanno dichiarato che il dispositivo non è idoneo per l'utilizzo richiesto: la curette è troppo morbida, in particolare nelle incisive finali, con il rischio che si pieghi o che, addirittura, nell'utilizzo si rompa la punta.

LOTTO 2: MORSETTI PER CORDONE OMBELICALE

Ditte offerenti: KALTEK S.r.l., IDS S.r.l. e FEMA S.r.l..

Esito della valutazione tecnica:

Le ditte KALTEK S.r.l., IDS S.r.l. e FEMA S.r.l. hanno offerto un prodotto **idoneo** rispetto alle esigenze della Fondazione IRCCS.

LOTTO 3: CLIPPER PER RIMOZIONE MORSETTI PER CORDONE OMBELICALE

Per il lotto in oggetto non è pervenuta alcuna offerta.

LOTTO 4: PERFORATORE DI MEMBRANA AMNIOTICA

Ditte offerenti: KALTEK S.r.l. e IDS S.r.l..

Esito della valutazione tecnica:





Le ditte KALTEK S.r.l. ed IDS S.r.l. hanno offerto un prodotto **idoneo** rispetto alle esigenze della Fondazione IRCCS.

LOTTO 5: SACCA PER LA RACCOLTA DI SANGUE PLACENTARE

Ditte offerenti: AMD ESAFARMA S.r.l., AORTA S.r.l. e FEMA S.r.l..

Esito della valutazione tecnica:

Le ditte AMD Esafarma S.r.l., Aorta S.r.l. e Fema S.r.l. hanno offerto un prodotto **idoneo** rispetto alle esigenze della Fondazione IRCCS.

LOTTO 6: VENTOSA OSTETRICA

Ditte offerenti: Intermedica S.r.l. e Praesidia S.r.l..

Esito della valutazione tecnica:

La ditta PRAESIDIA S.R.L. ha offerto un prodotto **non idoneo**. A seguito della prova pratica della campionatura presentata dalla ditta, i sanitari utilizzatori del dispositivo hanno riferito che nello stesso "... manca una rilevazione in cm, requisito obbligatorio per il corretto posizionamento. Pertanto è da considerarsi non idoneo per l'uso richiesto ...".

La ditta INTERMEDICA S.R.L. ha offerto un prodotto **conforme** alle esigenze della Fondazione IRCCS.

LOTTO 7: CANNULA PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA PER IVG METODO KARMAN, PUNTA DRITTA

Per il lotto in oggetto non è pervenuta alcuna offerta.

LOTTO 8: KIT PER CATETERISMO VESCICALE

Ditte offerenti: CAM HOSPITAL S.r.l.

Esito della valutazione tecnica:

La ditta CAM HOSPITAL S.r.l. ha offerto un prodotto **idoneo** rispetto alle esigenze della Fondazione IRCCS.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Gianpaolo Valente)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile del procedimento: Ing. Gianpaolo Valente
Pratica trattata da: Sig.ra Merzia Colombo / Sig.ra Monica Varisco

