



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica - Direttore: **Ing. Gianpaolo Valente**
Tel. 02 55038418

mail: acquisti@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it

Atti 1923/2018 - all. 53

Milano, 20.05.2019

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DI ESAME COMPLETO DELLE URINE: ANALISI CHIMICO-FISICA E DEL SEDIMENTO O FRAZIONE CORPUSCOLATA COMPREDENTE GLI STRUMENTI UNITAMENTE AGLI ACCESSORI, I RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI NONCHÈ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA STESSO OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, ALL'ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, ALL' ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI/CTO E ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI

CHIARIMENTO 3

Domanda 1: Ritenete ancora validi i sopralluoghi già effettuati?

Risposta 1: Si conferma la validità dei sopralluoghi eventualmente già in precedenza effettuati.

Domanda 2: I chiarimenti precedente comunicati e ancora presente sul portale SinTel unitamente alla documentazione di gara sono tutt'ora da considerarsi validi?.

Risposta 2: Si conferma la validità dei chiarimenti a suo tempo forniti.

Domanda 3: Potete darci conferma che il file pubblicato il 30 Aprile sul portale Sintel 1923-2018 - All. 3 rettificato. docx sia corretto? In quanto dopo nostra verifica ci risulta identico al precedente (1923-2018 - All A3.docx)

Risposta 3: Si precisa che per mero errore materiale è stato caricato l'allegato A.3 non modificato. Si prega di prendere visione della versione corretta.

Domanda 4: Si chiede se la strumentazione offerta debba essere nuova di fabbrica e di ultima generazione.

Risposta 4: Si rimanda al chiarimento 2, risposta n. 4.



Domanda 5: In relazione agli Allegati A.3 rettificato e A2, si riscontra una discordanza tra le caratteristiche sotto indicate:

Allegato A3 rettificato	Allegato A2 rettificato
Differenziazione automatica delle emazie (indicazione dell'origine dell'ematuria)	Differenziazione delle emazie (indicazione dell'origine dell'ematuria)
Utilizzo del sistema per analisi altri liquidi biologici con specifico programma, senza pretrattamento del campione	Utilizzo del sistema per analisi altri liquidi biologici
Controllo di qualità a 2 livelli e a 5 parametri (eritrociti, leucociti, cellule, batteri, cilindri)	Controllo di qualità

Risposta 5: Si rimanda alla risposta n.3.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Gianpaolo Valente)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile del procedimento: Ing. Gianpaolo Valente
Pratica trattata da: Marzia Colombo / Roberto Polli

